

MEMORANDO SEI N° 0019989021/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 01 de fevereiro de 2024.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise de amostras

Pregão Eletrônico 327/2023 - Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de insumos da linha têxtil para atendimento aos pacientes no Hospital São José de Joinville e Unidades de Saúde da Rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville

Encaminhamos as informações acerca dos pareceres das amostras que já foram analisadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	EMPRESA	MARCA	8.10 - Registro ANVISA	Parecer
44	912974 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PACOTE COM 2 UNIDADES	PCT	ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ORTOFEN	8020529009	Conforme parecer SEI nº 0019989015, a amostra possui trama aberta, não contendo o sangramento com facilidade e não mantém os curativos ocluídos. O fato da trama ser aberta não inibe a entrada de sujidade. Amostra reprovada.
46	912973 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT	ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ORTOFEN	80205290009	Conforme parecer SEI nº 0019989020, a amostra possui trama aberta, não contendo o sangramento com facilidade e não mantém os curativos ocluídos. O fato da trama ser aberta

UNIDADES					não inibe a entrada de sujidade. Amostra reprovada.
----------	--	--	--	--	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 01/02/2024, às 18:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019989021** e o código CRC **C09B8573**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.176853-2

0019989021v4

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 327/2023

ITEM: 44

DESCRIÇÃO: 912974 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PACOTE COM 2 UNIDADES COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO MEDINDO NO MINIMO 25X28CM PRE-ENCOLHIDO, CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO QUADRUPLO SOBREPOSTO TIPO TELA, FIXADAS ENTRE SI, DE FORMA A EVITAR DESLIZAMENTO DAS CAMADAS, COM NO MINIMO 20 GRAMAS POR UNIDADE E FILAMENTO RADIOPACO. POSSUIR COSTURAS PARA EVITAR DESFIAMENTO DAS LATERAIS E DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM FORMA DE CADARCO DUPLO FORMANDO UMA ALCA. A COMPRESSA DEVE SER ISENTA DE SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTES OPTICOS, MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, RASGOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS EM PACOTES DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME TERMOPLASTICO CONTENDO 2 UNIDADES. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICACOES DA NBR14.767. Cota Reservada até 25%
FORNECEDOR: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
MARCA: ORTOFEN
Registro Anvisa: 8020529009
LOTE: 231504
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 4 PACOTES COM 2 UNIDADES CADA

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

() Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: A alta de absorção de compressa não garante a hemostasia da ferida, pois a mesma pode continuar "bebendo" sangue, sendo necessário a utilização de mais unidades ou outros materiais. A forma do tecido é mais abete do que a

() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Aprova o produto () SIM (X) NÃO

JUSTIFICATIVA (apenas em caso de reprovação):

As descritas na funcionalidade

DATA: 30/1/24

Daniel F. S. Tomasel
Enfermeiro
COREN/SC 213797

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

que utilizamos (Vibrose), não contendo o amolecimento com facilidade, também ainda a tração se mais elástica não mantém os curvaturas ocultas. O fato de tração se maior não inibe a entrada de rigidez.

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 327/2023

ITEM: 46

DESCRIÇÃO: 912973 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PACOTE COM 5 UNIDADES COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO MEDINDO NO MINIMO 25X28CM PRE-ENCOLHIDO, CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO QUADRUPLO SOBREPOSTO TIPO TELA, FIXADAS ENTRE SI, DE FORMA A EVITAR DESLIZAMENTO DAS CAMADAS, COM NO MINIMO 20 GRAMAS POR UNIDADE E FILAMENTO RADIOPACO. POSSUIR COSTURAS PARA EVITAR DESFIAMENTO DAS LATERAIS E DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM FORMA DE CADARCO DUPLO FORMANDO UMA ALCA. A COMPRESSA DEVE SER ISENTA DE SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTES OPTICOS, MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, RASGOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS EM PACOTES DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME TERMOPLASTICO CONTENDO 5 UNIDADES. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICACOES DA NBR14.767.

FORNECEDOR: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

MARCA: ORTOFEN

Registro Anvisa: 8020529009

LOTE: 231537

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 4 PACOTES COM 5 UNIDADES CADA

AVALIAÇÃO TÉCNICA

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

() Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Apontamentos: *A alta absorção da compressa não garante a hermeticidade de feuda, pois a mesma pode conter "babarros" mesmo sendo necessário a utilização de mais unidades ou outros tratamentos. A trama do tecido é mais aberta do que a que utilizamos.*

() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

Approva o produto () SIM (X) NÃO

JUSTIFICATIVA (apenas em caso de reprovação):

As divergências na funcionalidade

DATA: 30/1/24

Daniel S. Tomasel
Enfermeiro
COREN/SC 213297

ASSINATURA DO PROFISSIONAL / CARIMBO

(Vitória), não contendo o sangramento com facilidade, também devido a trama su mais aberta não mantém os curativos colados. O fato de trama su maior não inibe a entrada de sujidade.