



MEMORANDO SEI Nº 0019892474/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 24 de janeiro de 2024.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 581/2023.**Objeto:** Aquisição de Materiais Hospitalares (Insumos para Suporte Ventilatório, Acessórios para equipamentos e Materiais para Radioterapia).

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0019827604), segue a análise técnica solicitada:

| Item | Material/Serviço | Unid. medida | Fornecedor | Marca/Modelo | Amostras? | Descritivo de acordo com o edital? | 8.10.1- Registro ANVISA | 8.10.2 - Prospecto | PARECER |
|------|---|--------------|---|--------------|-----------|------------------------------------|---|--------------------|---|
| 56 | 13079 - FILTRO BACTERIANO E VIRAL COM UMIDIFICADOR FILTRO ESTÉRIL, BACTERIANO E VIRAL COM UMIDIFICADOR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PESO: MÁXIMO DE 30 GRAMAS, CONEXÃO: 15 MM FÊMEA/22 MACHO, CONEXÃO PARA LINHA DE AMOSTRA DE GASES: LUER LOCK, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO: BACTERIANA: (%)1=99,9999, VIRAL (%)1=99,99. RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE ATÉ 0,04 MICRA, VOLUME CORRENTE ENTRE 150 A 1500ML, DEVERÁ ACOMPANHAR TRAQUÉIA DE 15CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, | Peças | DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA | HAIBREATH | EXIGE | Apresentou descrição resumida. | 81045420001- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa | Apresentou | A ficha técnica apresentada pela empresa não trás informações acerca da retenção de partículas. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado às seguintes exigências do edital: 1- Retenção de partículas de até 0,04 micra. |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------|--|---------------------|-------|--------------------------------------|--|---|
| | ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. | | | | | | | |
| 57 | 24952 - FILTRO HEPA PARA VENTILADOR PULMONAR PARA USO EM CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS DE APARELHOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA E ANESTESIA; CARÇAÇA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO; CONECTORES: ENTRADA 22 M / 15 F E SAÍDA: 22 F; MEMBRANA FILTRANTE CONSTITUÍDA DE PAPEL DE FIBRA DE VIDRO HIDROFÓBICO E AGLUTINANTE ORGÂNICO, CAPAZ DE REMOVER PARTÍCULAS ENTRE 1 E 0,1 MICRÔMETRO; EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA: 99,99999%; EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL: 99,99999%; PESO MÁXIMO: 70 G; PERMANÊNCIA EM USO: NO MÍNIMO 24 HORAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. | Unidade | DBV COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DO BRASIL LTDA | HAIBREATH | EXIGE | Apresentou descrição resumida. | 81045420001- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa | Apresentou A ficha técnica apresentada pela empresa não trás algumas informações exigidas no edital. Aprovação condicionada a empresa comprovar o atendimento às seguintes exigências do edital: 1- capaz de remover partículas entre 1 e 0,1 micrômetro; 2- Permanência em uso: no mínimo 24 horas. Há a necessidade de apresentar documentação complementar. |
| 61 | 919409 - MASCARA DE ALTA CONCENTRACAO DE OXIGENIO PARA ADULTO COM RESERVATORIO MASCARA EM VINIL TRANSPARENT, E MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E | UNID | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | COMPOWER/ XIAMEN | ----- | De acordo | 80901110017- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa | Apresentou Proposta classificada |

| | | | | | | | | | |
|----|--|----|---|-----------|-------|---|---|------------|-----------------------|
| | AVALIAÇÃO VISUAL TECNICO, TAMANHO APROXIMADO (ALT. 10CM X LARG. 8 CM X PROF. 5 CM), COM ELASTICO E PRESILHA EM AÇO AJUSTAVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTAVEL VALVULA UNIDIRECIONAL PARA CONEXAO COM RESERVATORIO 1.000 ML E EXTENSAODE MÍNIMO 1,5 M EM PVC PARA CONEXAO DA MASCARA COM OXIGENIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO DATA VAL/FABRICACAO. LOTE, ISENCAO/ REGISTRO NO M.S/ANVISA. | | | | | | | | |
| 81 | 910422 - SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 6.5 COM BALAO SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 6.5 COM BALAO, FABRICADA EM PVC COM ANEIS EM AÇO INOX, CONECTOR FIXO, VÁLVULA PARA SERINGAS LUER-LOCK, RADIOPACA, GRADUADA, SILICONIZADA, ISENTA DE LATEX, DESCARTAVEL. EMBALAGEM ESTÉRIL CONTENDO Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA. | PC | DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA | HAIBREATH | ----- | Apresentou descrição resumida, porém a documentação apresentada descreve o item ofertado. | 81045429005- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa | Apresentou | Proposta classificada |
| 82 | 911011 - SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 7.0 COM BALAO SONDA ENDOTRAQUEAL | PC | DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | HAIBREATH | ----- | Apresentou descrição resumida, porém a documentação | 81045429005- Registro vigente, confirmado no portal da | Apresentou | Proposta classificada |

| | | | | | | | | | |
|----|---|----|---|-----------------|--|---|---|------------|-----------------------|
| | ARAMADA 7.0 COM BALAO, FABRICADA EM PVC COM ANEIS EM AÇO INOX, CONECTOR FIXO, VÁLVULA PARA SERINGAS LUER-LOCK, RADIOPACA, GRADUADA, SILICONIZADA, ISENTA DE LATEX, DESCARTAVEL. EMBALAGEM ESTÉRIL CONTENDO Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA. | | DO BRASIL LTDA | | | apresentada descreve o item ofertado. | Anvisa | | |
| 83 | 910839 - SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 7.5 COM BALAO SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 7.5 COM BALAO, FABRICADA EM PVC COM ANEIS EM AÇO INOX, CONECTOR FIXO, VÁLVULA PARA SERINGAS LUER-LOCK, RADIOPACA, GRADUADA, SILICONIZADA, ISENTA DE LATEX, DESCARTAVEL. EMBALAGEM ESTÉRIL CONTENDO Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA. | PC | DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA | HAIBREATH ----- | | Apresentou descrição resumida, porém a documentação apresentada descreve o item ofertado. | 81045429005- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa | Apresentou | Proposta classificada |
| 84 | 910729 - SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 8.0 COM BALAO SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 8.0 COM BALAO, FABRICADA EM PVC COM ANEIS EM AÇO INOX, CONECTOR FIXO, VÁLVULA PARA SERINGAS LUER-LOCK, RADIOPACA, GRADUADA, SILICONIZADA, ISENTA DE LATEX, DESCARTAVEL. EMBALAGEM | PC | DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA | HAIBREATH ----- | | Apresentou descrição resumida, porém a documentação apresentada descreve o item ofertado. | 81045429005- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa | Apresentou | Proposta classificada |

| | | | | | | | | | |
|----|---|----|---|-----------|-------|--|--|------------|--------------------------|
| | ESTÉRIL CONTENDO Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA. | | | | | | | | |
| 85 | 910371 - SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 8.5 COM BALAO SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 8.5 COM BALAO, FABRICADA EM PVC COM ANEIS EM AÇO INOX, CONECTOR FIXO, VÁLVULA PARA SERINGAS LUER- LOCK, RADIOPACA, GRADUADA, SILICONIZADA, ISENTA DE LATEX, DESCARTAVEL. EMBALAGEM ESTÉRIL CONTENDO Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA. | PC | DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA | HAIBREATH | ----- | Apresentou descrição resumida, porém a documentação apresentada descreve o item ofertado. | 81045429005- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa | Apresentou | Proposta classificada |
| 86 | 910372 - SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 9.0 COM BALAO SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 9.0 COM BALAO, FABRICADA EM PVC COM ANEIS EM AÇO INOX, CONECTOR FIXO, VÁLVULA PARA SERINGAS LUER- LOCK, RADIOPACA, GRADUADA, SILICONIZADA, ISENTA DE LATEX, DESCARTAVEL. EMBALAGEM ESTÉRIL CONTENDO Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA. | PC | DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA | HAIBREATH | ----- | Apresentou descrição resumida, porém a documentação apresentada descreve o item ofertado. | 81045429005- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa | Apresentou | Proposta classificada |
| 87 | 909156 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO Nº 9,5 BAIXA PRESSAO SONDA | PC | DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | HAIBREATH | ----- | Apresentou descrição resumida, porém a documentação | 81045420006- Registro vigente, confirmado no portal da | Apresentou | Proposta classificada |

| | | | | | | | | | |
|----|--|----|--|-----------|---------------------------------------|--|--|-------------------|------------------------------|
| | <p>ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 9,5 BAIXA PRESSAO = MATERIAL: PVC ATOXICO, DESCARTAVEL, SILICONIZADA, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA, EXTREMIDADE ATRAUMATICA, NAO ADERENTE A SECRECAO, COM PRESERVACAO DE LUMEN PARA OXIGENACAO, RADIOPACO, TRANSPARENTE, COM INTERMEDIARIO UNIVERSAL, CUFF DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, BALONETE PILOTO COM VALVULA DE SEGURANCA. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO GRAVADOS EXTERNAMENTE. EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DO LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.</p> | | DO BRASIL LTDA | | apresentada descreve o item ofertado. | Anvisa | | | |
| 88 | <p>909751 - SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALAO 3.0 SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALAO 3.0 EM PVC, COM SILICONE, DESCARTAVEL, COM CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO, RADIOPACO, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO N ° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE</p> | PC | <p>DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA</p> | HAIBREATH | ----- | <p>Apresentou descrição resumida, porém a documentação apresentada descreve o item ofertado.</p> | <p>81045420006- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa</p> | <p>Apresentou</p> | <p>Proposta classificada</p> |

| | | | | | | | | | |
|----|--|----|---|-----------|-------|---|---|------------|-----------------------|
| | VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. | | | | | | | | |
| 89 | 909752 - SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALAO 3.5 SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALAO 3.5 EM PVC, COM SILICONE, DESCARTAVEL, COM CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO, RADIOPACO, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. | PC | DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA | HAIBREATH | ----- | Apresentou descrição resumida, porém a documentação apresentada descreve o item ofertado. | 81045420006- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa | Apresentou | Proposta classificada |
| 90 | 909753 - SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALAO 4.0 SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALAO 4.0 EM PVC, COM SILICONE, DESCARTAVEL, COM CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO, RADIOPACO, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO N° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. | PC | DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA | HAIBREATH | ----- | Apresentou descrição resumida, porém a documentação apresentada descreve o item ofertado. | 81045420006- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa | Apresentou | Proposta classificada |
| 91 | 909754 - SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALAO 4.5 SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALAO 4.5 EM PVC, COM SILICONE, DESCARTAVEL, | PC | DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA | HAIBREATH | ----- | Apresentou descrição resumida, porém a documentação apresentada descreve o item ofertado. | 81045420006- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa | Apresentou | Proposta classificada |

| | | | | | | | | |
|-----|--|----|---|-------------------------|-------|-----------|--|--|
| | COM CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO, RADIOPACO, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO N ° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. | | | | | | | |
| 107 | 911803 - BOLSA PRESSORICA PARA SORO/SANGUE BOLSA PRESSORICA, COM MANÔMETRO PARA INFUSÃO DE SORO/SANGUE. CONFECCIONADO EM MATERIAL QUE PERMITA HIGIENIZAÇÃO. CAPACIDADE PARA INFUSÃO DE FRASCO DE ATÉ 1000 ML. | PC | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | ASCLEPIOS/ ASCLEPIOS | ----- | De acordo | 81941110002- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa | Apresentou Proposta classificada |

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 24/01/2024, às 13:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019892474** e o código CRC **60885CE0**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.280614-4

0019892474v7