



MEMORANDO SEI N° 25712809/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 06 de junho de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 149/2025

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos)

Em atenção ao Memorando (SEI nº 25708728), segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto/Ficha técnica/Print de tela	Amostragem?	Parecer
15	909309 - CATETER DUPLO J ADULTO 6 FR CATETER DUPLO J 6FR COMPRIMENTO 28 CM, BIOCMPATÍVEL, RADIOPACO E FABRICADO EM POLIURETANO A PROVA DE DOBRAS. REVESTIMENTO HIDROFÍLICO. MARCAÇÃO NO CORPO DO CATETER, VÁRIOS ORIFÍCIOS E EXTREMIDADES ABERTAS. FIO GUIA HIDROFÍLICO COM COMPRIMENTO SUPERIOR A 130 CM. EMBALAGEM ESTÉRIL,CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO	Pç.	TOTAL SUPRI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Ingamed	De acordo	Cateter - 81175140004, Fio guia- 81175140023. Registros ativos, confirmado no Portal ANVISA	Apresentou	EXIGE	O edital exige cateter com comprimento de 28 cm. Na proposta a empresa indicou a medida exigida no edital, porém, na ficha técnica apresentada consta a informação de cateter com comprimento de 26 cm. Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme: 1- Qual a medida do cateter ofertado?

								Caso seja informado comprimento de 28 cm, há a necessidade de apresentar documentação comprobatória.
67	910969 - AGULHA BIOPSIA P/EXAME MIELOGRAMA 15G X 4,3 A 5CM DESC. AGULHA PARA MIELOGRAMA (ASPIRADO DE MEDULA ÓSSEA), 15G x 4,3 A 5CM DESCARTÁVEL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Pc	UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACA O E EXPORTACA O LIMITADA	UNIT/ EMO-B 15/28L	De acordo	10287070024- Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA	Apresentou	EXIGE O edital exige agulha com comprimento de 4,3 a 5 cm. A ficha técnica apresentada pela empresa indica 3 possibilidades de variação: 8, 28 e 75 mm, porém, não resta claro que é possível ajustar a agulha para a medida exigida no edital. Para continuidade na análise solicitamos que a empresa informe: 1- É possível ajustar a agulha para a medida exigida no edital (4,3 a 5 cm)?

Ainda conforme solicitado, informamos que as amostras devem ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2719, Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 h às 17:00 h.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 09/06/2025, às 07:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25712809** e o código CRC **332F0F18**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.023330-2

25712809v11