



## MEMORANDO SEI Nº 0019988474/2024 - HMSJ.SUP.CAME

Joinville, 01 de fevereiro de 2024.

À

SAPLCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 061/2024.**Objeto:** Aquisição de Materiais de Uso Hospitalar.

Em atendimento ao Memorando SAPLCT (SEI nº 0019977767), segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Proposta de acordo com o edital?	8.10.1- registro Anvisa	8.10.2- Prospecto	11.2- Amostra	Parecer
1	13078 - FRASCO DE ASPIRAÇÃO FRASCO PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO A VÁCUO RÍGIDO, MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA EM POLISULFONA, AUTOCLAVÁVEL A 134° C, GRADUADO, COM CAPACIDADE DE 5.000 ML, COM TAMPAS ROSQUEÁVEL E VÁLVULA DE SEGURANÇA (FUNÇÃO ANTIREFLUXO) OU COM TAMPAS VEDANTE EM BORRACHA (02 HASTES + BÓIA), COM DIÂMETRO DE 19 A 21 CM.	Peças	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	OLIDEF / A-45 PLUS	De acordo	10227189021- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Exige	Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras
2	910683 - PLACA ELETROCIRURGICA PLACA DE RETORNO (PLACA TERRA) DESCARTAVEL, ADULTO, RECOBERTA COM POLIMERO HIDROGEL CONDUTOR QUE ADAPTA-SE TOTALMENTE A REGIÃO DO CORPO ONDE ESTÁ SENDO APLICADA, COM BORDAS ADESIVAS QUE IMPEÇAM A PENETRAÇÃO DE FLUIDOS NA ZONA DE CONTATO, POSSUIR SISTEMA DE MONITORAÇÃO DA QUALIDADE DE CONTATO QUE IMPEÇA QUEIMADURAS POR FUGA DE CORRENTE (COMPATIVEL COM	PC	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	DBI MEDICAL	Apresentou descrição resumida do item ofertado	80722800013- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Não apresentou	Exige	<b>Proposta desclassificada</b> por não atender o item 8.10.2 do edital.

	SISTEMA REM), QUE BLOQUEIA O USO DO BISTURI ELETRICO QUANDO OCORRER QUEDA NO SINAL DE IMPEDANCIA, BIPARTIDA, SEM CABO CONECTOR ELETRICO. COMPATIVEL COM O CABO/CONECTOR DOS BISTURIS ELETRICOS WEN, MODELO SS-500; VALLEYLAB MODELO FORCE 2, BIRTCHEER MODELO 4400 POWER PLUS.								
3	42180 - SENSOR DE MONITORIZAÇÃO DA FUNÇÃO CEREBRAL UNILATERAL OU BILATERAL SENSOR ADESIVO HIPOALÉRGICO, CIRCUITO EM POLIÉSTER, COM ELETRODOS COMPOSTOS POR GEL AQUOSO E DISCO EM PLÁSTICO NYLON, ISENTO DE LÁTEX E PVC, RADIOTRANSARENTE. DEVE POSSIBILITARN O MÍNIMO, A MONITORIZAÇÃO DOS SEGUINTE S PARÂMETROS: CURVA DE EEG, ÍNDICE DE PROFUNDIDADE ANESTÉSICA OU ÍNDICE DE SEDAÇÃO, EMG (ELETROMIOGRAFIA FACIAL), ÍNDICE DE ARTEFATOS OU ÍNDICE DE QUALIDADE DE SINAL E SR (RELAÇÃO/FATOR DE SUPRESSÃO). DEVE POSSUIR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO MS, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.	Unidade	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	FRESENIUS/ Quantum Medical S.L.U.	De acordo. Empresa indicou na proposta o fornecimento dos itens em comodato, exigido no edital	80145110256- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Exige	Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 01/02/2024, às 17:39, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019988474** e o código CRC **86B373A1**.

23.0.294509-8

0019988474v3