

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 014/2024.

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores) utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.

Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0020543080), segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Fornecedor	Marca/Fabricante	Modelo/ Versão	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Prospecto/Ficha Técnica/Imagem de site	11 - Amostras (itens 8, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27)	Parecer
25	917691 - SONDA NASOENTERAL Nº 08 ELASTICA, DE SILICONE OU POLIURETANO, 105 A 120CM DE COMPRIMENTO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, BIOCOMPATIVEL, RADIOPACA COM MARCAÇÃO DE REFERENCIA, PESO SOLIDO EM TUNGSTENIO OU METAL ATOXICO, NA EXTREMIDADE DISTAL, ORIFICIOS NA PONTA DISTAL DA SONDA PERMITINDO A INFUSAO DE SOLUCOES, COMPATIVEL COM A NUMERACAO, ATRAUMATICA, CONEXAO UNIVERSAL PRECISA, TAMPACOMPLADA VEDANTE, LUBRIFICADA, MADRIL FLEXIVEL EM ACO INOX, DE FACIL RETIRADA, PROJETADA PARA SER REMOVIDA SEM ADICAO DE LUBRIFICANTES OU AGUA, QUE NAO TRACIONE A SONDA E NAO SALA PELOS ORIFICIOS DA PONTA DISTAL, ESTERIL DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VAL/FABRICACAO. LOTE, ISENCAO/ REGISTRO NO M.S/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DE NF DE ENTREGA	PC	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	SOLUMED / SOLUMED	NUTRICAO	De acordo	Apresentou, não trás todas as informações exigidas no edital.	exige	Na análise preliminar foi solicitado: 1- Que o item atende na integra o descritivo exigido no edital. 2- Que o item é confeccionado em silicone ou poliuretano; 3- Qual o comprimento do item ofertado; 4- Complemente a ficha técnica com as demais informações do produto ofertado, em especial, acerca do comprimento do produto. No retorno, a empresa ajustou a proposta de acordo com o descritivo do edital, indicando medidas de 105 a 120 cm, assim como, anexou documentação complementar com informações do item ofertado, porém, na documentação técnica do produto não é indicado o comprimento da sonda ofertada. Desta forma, para evitar o atraso com o envio de amostra que não atende o edital, solicitamos que a empresa informe: 1- Qual o comprimento da sonda ofertada? Caso não haja manifestação da empresa acerca do comprimento da sonda ou que a medida informada seja em desacordo com o edital, a proposta está reprovada. Caso a medida informada pela empresa seja entre 105 cm e 120 cm, será necessário solicitar amostra.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 14/03/2024, às 13:34, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020543142** e o código CRC **5C0D8EB1**.