

MEMORANDO SEI Nº 25903137/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 26 de junho de 2025.

SAP.LCT

Assunto: Solicitação de anulação - Pregão Eletrônico nº 170/2025.**Objeto:** Aquisição de materiais de radiologia

Em atenção ao Memorando 25901047, segue a análise solicitada:

Item	Material/ Serviço	Unid. medida	Forneced or	Marca	Descritiv o de acordo com o Edital	8.10 alínea "a" - ANVISA	8.10 alínea "b" - Certificad o de Aprovaçã o (CA)	8.11 alíneas "a", "b" e "c" - Prospecto	Parecer
									Na análise preliminar foi solicitado que a empresa confirmasse as seguintes informações: 1- Que a empresa confirme a equivalência de chumbo; 2- Que apresente Certificado de Aprovação comprovando espessura de 0,50

7	909024 - PROTETOR DE TIREÓIDE 0.50 CHUMBO PROTETOR DE TIREÓIDE CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL, LAVAVEL, COM EQUIVALÊNCIA DE 0,50MM DE CHUMBO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO AO CA.	PC	CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	PLANIDEIA PRS008	De acordo	80697670001- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa.	Apresentou (página 5) com a informação "com espessura de 0,35 mmPb.	Apresentou (página 4) referente a vários modelos, com 0,25, 0,35 ou 0,50 mm de chumbo.	mm de chumbo. No retorno a empresa informou: <i>Boa tarde! Pedimos desculpas pelo não retorno, mas o site do comprasnet estava fora para nós distribuidores apresentava erro quanto a equivalência em chumbo, o produto será entregue com 0,50mmpb quanto ao CA, está disponível apenas com a nomenclatura de 0,35.</i> Considerando que o edital exige a apresentação de Certificado de Aprovação do item a ser ofertado e que não foi enviado o CA do modelo com 0,50 mmpb, a proposta está reprovada por não atender ao item 8.10 alínea "b" do Edital.
---	--	----	---	------------------	-----------	--	---	--	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Elenise Sobral Bonfim, Servidor(a) Público(a)**, em 26/06/2025, às 10:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25903137** e o código CRC **405F0067**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.029738-6

25903137v6