Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 0023679731/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 26 de novembro de 2024.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **453/2024**.

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração).

Em atenção ao documento SEI nº 0023678941, segue análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unidade de medida	Empresa	Marca	Proposta de acordo com o edital	8.10.1- Registro Anvisa	8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica	Amostra	Parecer
51	13214 - COBERTURA PARA FIXAÇÃO DE CATETER CURATIVO AUTOADESIVO DE POLIURETANO, TRANSPARENTE QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO SÍTIO DE INSERÇÃO, SEMIPERMEAVEL AS TROCAS GASOSAS, HIPOALERGENICO. RESISTENTE A UMIDADE INTERNA. FLEXIVEL. UTILIZADO EM ESTABILIZACAO DE CATETERES. APRESENTAR FENDA PARA SAÍDA DE EQUIPOS E TUBULAÇÕES. **DEVE POSSUIR TIRAS EXTRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DO CATETER E FIXAÇÃO ADEQUADA** E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO. MEDIDAS APROXIMADAS ENTRE 6 A 9 CM DE	Unidade	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	VITALDERME/ ZHEJIANG	O descritivo da proposta não descreve que o item possui tiras extras para estabilização do cateter.	10296900073- Registro Ativo, Confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou, porém não especifica todas as exigências do edital.	------	O edital exige cobertura com fenda para saída de equipos e tiras extras para fixação adequada. Na proposta a empresa não indicou tiras extras; na documentação apresentada, constam dois modelos, com e sem fenestra; também constam várias medidas; não consta informação acerca das tiras extras. Para continuidade na análise, solicitamos as seguintes informações:

	LARGURA E 7 A 10CM DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO: Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESP. TECNICO E REG. NA ANVISA. Cota Principal								1- O produto ofertado possui fenda para saída de equipos e tubulações? 2- Qual a medida do produto ofertado? 3- O produto ofertado possui tiras extras para estabilização do cateter?
53	911571 - DISPOSITIVO PARA IRRIGACAO DISPOSITIVO PARA IRRIGACAO TIPO ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO, SENDO UM LADO COM PONTA TRIFACETADA E OUTRA PONTA LUER LOCK. EMBALAGEM UNITARIA ESTERIL CONTENDO Nº LOTE, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA. Cota Principal	PC	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	TKL	De acordo	80288090076-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou, porém, não trás a informação de uma ponta luer lock.	------	Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado possui uma ponta Luer Lock.
56	916950 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº 21 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PUNCAO VENOSA, CURTA DURACAO, DESCARTAVEL, ESTERIL, HASTE EM ACO INOXIDAVEL, PAREDE FINA, BISEL CURTO, TRIFACETADO, CORTANTE COM FACIL INTRODUCAO, SILICONIZADO, SEM COLAGEM ENTRE O TUBO VINILICO, TRANSPARENTE, ATOXICO E APIROGENICO, FLEXIVEL, COM PROTETOR RIGIDO DE CONECTORES DE AGULHA E ASAS, ASA DE EMPUNHADURA FLEXIVEL, COM IDENTIFICACAO DO CALIBRE NA ASA, PROTECAO LUER NA PORCAO DISTAL, COR UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 2O MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	UNID	SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	INJEX	Apresentou descrição resumida, porém, no portal da Anvisa constam informações que comprovam o atendimento às exigências do edital	10160619014-Registro Ativo, referente a scalp com dispositivo de segurança, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	------	Proposta de acordo com o edital, Classificada.

61	44207 - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS; ISENTO DE PONTOS DE VAZAMENTOS; BICO PERFURANTE COM TAMPA DE PROTEÇÃO, CAPAZ DE PERFURAR E PENETRAR FRASCO/ BOLSA DE SORO SEM A NECESSIDADE DE PERFURAÇÃO PRÉVIA OU USO DE FORÇA EXTRA E SEM DEFORMAR OU QUEBRAR; COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS EM SEU INTERIOR, COM GOTEJADOR PRECISO OBEDECENDO A RELAÇÃO 1 ML=20 GOTAS; COM ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E TAMPA REVERSÍVEL; TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE NO MÍNIMO 1,50 METROS DE COMPRIMENTO, QUE NÃO APRESENTE MEMÓRIA APÓS USO DA PINÇA ROLETE; INJETOR LATERAL ISENTO DE LATEX, QUE NÃO APRESENTE VAZAMENTO APÓS O USO; PINÇA ROLETE (REGULADOR DE FLUXO) DE ALTA PRECISÃO, COM AJUSTE PROGRESSIVO DA VAZÃO (DEVE PERMITIR AO PROFISSIONAL REGULAR O FLUXO DE GOTAS/MINUTO DA INFUSÃO ENTRE O ZERO E VAZÃO LIVRE, SEM VARIAÇÃO ABRUPTA DO FLUXO); CONECTOR DISTAL LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA, QUE ENCAIXE-SE AO CATÉTER OU CONEXÃO DUAS VIAS SEM VAZAMENTOS, SEM A NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE PERMITA A DESCONEXÃO AO FINAL DA INFUSÃO SEM EXIGIR FORÇA EXTRA; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA, EM CONFORMIDADE COM A	Unidade	LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	GLOMED	Indicou descritivo divergente do edital; a empresa indicou descritivo de acordo com o sistema, porém, divergente do exigido no edital.	80273459004-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa.	Apresentou	EXIGE	Na análise preliminar, a aprovação foi condicionada a empresa corrigir a proposta e confirmar que o item ofertado é embalado em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. No retorno, a empresa informou *"SR PREGOEIRO referente a embalagem do nosso produto,a embalagem e estéril plástica (padrão) abertura em pétula* **pétala"* Considerando que o edital exige embalagem em papel grau cirúrgico e que a empresa informou embalagem plástica, **a proposta está reprovada por não atender as exigências do edital.**

	PORTARIA INMETRO 502 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011 E SUAS ATUALIZAÇÕES. Cota Principal								
72	25698 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM TAMPAS SOBRESSALENTES POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK FEMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS E TAMPAS SOBRESSALENTES (4 NO TOTAL), TUBO FLEXIVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE NO MINIMO 6 CM DE COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM CONECTOR LUER-LOCK MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICACAO, LOTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Cota Principal	Unidade	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	VITALGOLD	De acordo	10296900113- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	EXIGE	A documentação técnica não trás todas as informações descritas no edital. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o produto atende as seguintes exigências do edital: 1- O produto ofertado possui 4 tampas no total? 2- É embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico? 3- Possui 2 conectores luer-lock fêmea universais e um conector luer-lock macho? **Haverá a necessidade de apresentar amostras.**
91	917190 - SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 60 ML EM POLIPROPILENO CAPACIDADE 60 ML, BICO PARA CATETER/SONDA, SILICONIZADA, GRADUACAO EXATA NITIDA PERMANENTE, EMBOLO COM PISTAO (BORRACHA), DESLIZANTE, COM VEDACAO, CORPO TRANSLUCIDO, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, FABRICACAO, VALIDADE, LOTE E ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 2O MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA . EMBALAGEM SEGURA PARA ARMAZENAMENTO.	PC	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	SR	De acordo	80026180049- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 26/11/2024, às 16:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **0023679731** e o código CRC **C73CABE2**.