MEMORANDO SEI Nº 26249341/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 28 de julho de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica de amostras- Pregão Eletrônico **071/2025**.

Objeto: Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Em atenção ao Memorando (SEI nº 26246880), encaminhamos as análises solicitadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10 b) Laudos BFE para os itens 38, 39/40, 41	8.10 c) Prospeto, Ficha Técnica/ Print de Tela	11 - Amostra	Parecer
39	274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL DESCARTÁVEL, COM FENESTRA DE 10 CM DE DIÂMETRO, GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 40G/M², TAMANHO MINIMO 50 X 50 CM, NA COR AZUL OU BRANCO, ESTERIL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO, IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, SENDO	Unidade	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pion G 598312/Pion G	De acordo	80342069001- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Apresentou	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras.

	QUE UMA DEVERÁ SER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%									
55	912413 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7.5 X 7.5CM 13 FIOS PCT.C/10 UNIDADES COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL MEDINDO 7.5 X 7.5 CM FECHADA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2 CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO TIPO TELA. 08 CAMADAS E CINCO DOBRAS, ALVEJADAS,ISENTOS DE IMPUREZA, SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES OPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALAGENS EM PACOTES COM 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE	PCT	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	AMED	Apresentou descrição resumida	81481900001- Registro vigente, com medida cautelar "Ativa" para o produto Compressa de Gaze Hidrófila Estéril - Registro: 81481900001 Lote B01-1, indicando o recolhimento do lote e a suspensão de distribuição, uso e comercialização.	----------	Apresentou	EXIGE	Aprovação condicionada a a empresa confirmar que não serão entregues compressas do lote B01-1 ou outro lote que venha a ter medidas cautelares pela agencia reguladora. Haverá a necessidade de apresentar amostras.

	IDENTIFICACAO, LOTE E VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA. - Cota Principal									

Encaminhamos também as informações das amostras já análisadas por esta Secretaria da Saúde:

Item	**Material/Serviço**	**Fornecedor**	**Parecer**
57	909690 - CO MP R E SSA G AZE HIDR OF ILA 10 CM X 10 CM 13 FIOS C O M 500 PEÇ AS	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA	Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 26246988.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 28/07/2025, às 08:57, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **26249341** e o código CRC **93AF0FBF**.

Impresso no ambiente corporativo da Prefeitura de Joinville por u73891 2025/07/25

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 71/2025
ITEM:57

909690 - COMPRESSA GAZE HIDROFILA 10 CM X 10 CM 13 FIOS COM 500 PEÇAS COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 10CM X10CM 13 FIOS - CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO TIPO TELA, COM OITO CAMADAS E CINCO DOBRAS. ALVEJADAS E PURIFICADAS. ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES OPTICOS. DEVEM POSSUIR DOBRAS PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO PARA EVITAR DESFIAMENTO. ALTA CAPACIDADE DE ABSORSAO. IDENTIFICACAO: NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO.PACOTE COM 500 UNIDADES - Cota Principal
FORNECEDOR: Comercial Mark Atacadista Ltda
MARCA: ERIMAX
LOTE: 01031224
REGISTRO (ANVISA): 80698130002
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 pacotes

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM
Apontamentos:________________________________

(X) Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO
Apontamentos:________________________________

(X) Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA
Apontamentos:________________________________

(X) Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

CONCLUSÃO
APROVA O PRODUTO: (X) SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA:________________________________

DATA: 25/ 7 / 25

Prefeitura de Joinville
Secretaria da Saúde
Rodney Jesus Leite Bueno
COREN/SC 178.626 - Matríc. 39.031

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

ANÁLISE SEI Nº 26256383/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 28 de julho de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: **071/2025**

ITEM 26- AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO MÉDIO

DESCRIÇÃO	9423 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO MÉDIO PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, HIDRORREPELENTE, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Principal
FORNECEDOR	GOLDENPLUS COM. DE MED.E PRODS. HOSPITALARES LTDA
MARCA	SP ODONTO
REGISTRO ANVISA	81150410003
LOTE	K148/2024
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	4 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

(X) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: O edital exige tamanho médio e o produto ofertado não possui discriminação de tamanho. O produto possui um tamanho único.

( ) Adequada (X) inadequada ( ) Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:Não possui diferenciação de tamanhos

( ) Adequada (X) inadequada ( ) Não se aplica

CONCLUSÃO: REPROVADO

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 28/07/2025, às 12:57, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **26256383** e o código CRC **611AC71B**.