



MEMORANDO SEI Nº 0023688555/2024 - SES.UFL.LAB

Joinville, 27 de novembro de 2024.

À
SAP.LCT
HMSJ.CAOP

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **518/2024**.

Objeto: Aquisição de mobiliário e equipamentos laboratoriais, para a Secretaria da Saúde e Hospital São José de Joinville

Prezados,

Em atenção aos MEMORANDOS SEI Nº 0023677919 - SAP.LCT e 0023684350 - HMSJ.CAOP, encaminhamos análise técnica dos Documentos de Habilitação e Propostas Comerciais apresentadas pelas empresas arrematantes do Pregão Eletrônico 518/2024.

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Descritivo (a)	Registro ANVISA 8.10.1	Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2	Parecer
1	25725 - AGITADOR DE KLINE AGITADOR MULTIFUNCIONAL (KLINE), TIPO DE AGITAÇÃO: HORIZONTAL ORBITAL, QUE REALIZA MOVIMENTOS SUAVES E CONTÍNUOS. MODOS DE AÇÃO CONTÍNUO E TEMPORIZADO. CONTROLADOR DE VELOCIDADE AJUSTÁVEL DE NO MÍNIMO 0 ATÉ 210 RPM. CONTROLADOR DE TEMPO (TIMER) AJUSTÁVEL. BAIXO RUÍDO.	EVEN COMERCIAL LTDA	SATRA	Sim	Isento	Sim	Proposta aprovada

	BANDEJA DE METAL COM ANTIDERRAPANTE, TAMANHO MÍNIMO: 300 X 200 MM (LARGURA X PROFUNDIDADE). VOLTAGEM: 220 VOLTS OU BIVOLT AUTOMÁTICO; ACOMPANHA CABO DE ENERGIA E PLUG CONFORME ABNT NBR VIGENTE E MANUAL DE INSTRUÇÕES.						
2	25734 - CENTRÍFUGA LABORATORIAL MACROCENTRÍFUGA MICROPROCESSADA DIGITAL DE BANCADA. PARA USO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA CENTRIFUGAÇÃO DE DIFERENTES AMOSTRAS E VOLUMES, COM A FUNÇÃO DE SEPARAR AS AMOSTRAS CONTIDAS NOS TUBOS NELA INSERIDOS, FAZENDO COM QUE A PARTE LÍQUIDA DA AMOSTRA SEJA SEPARADA DA PARTE SÓLIDA. CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO E PINTURA ANTICORROSIVA, ACESSO AMPLO À CÂMARA DE CENTRIFUGAÇÃO E SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO MOTOR. COM CAÇAPAS E ADAPTADORES PARA NO MÍNIMO 36 TUBOS DE 10 ML, EM MATERIAL RESISTENTE NA ÁREA DE CENTRIFUGAÇÃO. TRAVA DE SEGURANÇA NA TAMPA, PAINEL DIGITAL, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO E TECLADO, FREIO AUTOMÁTICO OU ACIONADO ATRAVÉS DO TECLADO. MOTOR POR INDUÇÃO LIVRE DE ESCOVAS, COM ROTOR DE ÂNGULO FIXO (ANGULAR). SENSORES DE DESBALANCEAMENTO, TAMPA ABERTA E VARIAÇÃO DE TENSÃO. AJUSTE DE TEMPO (TIMER) REGULÁVEL NO MÍNIMO DE 1 A 99 MIN. CONTROLE DE VELOCIDADE AJUSTÁVEL DE NO MÍNIMO 500 A 3.500 RPM, AJUSTE DE VELOCIDADE DE 100 EM 100 RPM OU INFERIOR. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO.	EVEN COMERCIAL LTDA	ANCO	Conforme pág. 2 da proposta comercial 0023677737: "PORTA TUBOS BASCULANTE PARA 28 TUBOS DE 15ML (...) MODELO/VERSÃO: CD-5000- BI+CRUZ-4V+PT4V-2815".	81906560001 - Confirmado no Portal da Anvisa	Sim, porém o Modelo/versão CD-5000- BI+CRUZ-4V+PT4V-2815 informado na proposta comercial não foi localizado no prospecto.	Proposta reprovada por não atender a capacidade mínima de tubos exigida no Edital: "COM CAÇAPAS E ADAPTADORES PARA NO MÍNIMO 36 TUBOS DE 10 ML(...)"

	VOLTAGEM: 220 VOLTS OU BIVOLT AUTOMÁTICO, 50/60 HZ. COM CABO DE ENERGIA E PLUG CONFORME ABNT NBR VIGENTE. COM MANUAL DE INSTRUÇÕES.						
5	25744 - ESTRADO TIPO PALETE 40 CM X 40 CM X 4,5 CM PLACAS MODULÁVEIS EM PLÁSTICO, FABRICADO EM POLIPROPILENO. TIPO ESTRADO. ALTA RESISTÊNCIA, ENCAIXE MACHO FÊMEA, MONTAGEM SIMPLES. SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE. ATENDER AS NORMAS DA ANVISA. SUPORTAR 500 KG OU MAIS DE CARGA. COR EM TOM ESCURO: CHUMBO, AZUL ESCURO, MARRON OU PRETO.	CAIAN LTDA	Lar plásticos	Sim	Isento	Sim	Proposta aprovada
8	25747 - BICO DE BUNSEN FONTE DE AQUECIMENTO PARA LABORATÓRIO, PARA USO EM MICROBIOLOGIA. COM REGISTRO PARA GÁS, COM REGULAGEM DE ENTRADA DE AR. COM BASE EM FERRO FUNDIDO, OU EM AÇO CARBONO E ALUMÍNIO FUNDIDO REVESTIDA POR EPÓXI. TUBO/GUIA DA CHAMA EM ALUMÍNIO POLIDO OU LATÃO CROMADO. ALTURA: 140 A 150 MM.	EVEN COMERCIAL LTDA	ION	Conforme pág. 3 da proposta comercial 0023677737: "QUEIMADOR PARA BICO DE BUNSEN BASE CIRCULAR SIMPLES - MODELO/VERSÃO: 4011901"	Isento	Sim	Solicitamos diligência para questionar de qual material o item é composto, visto que o descritivo da proposta/modelo enviado é muito sucinto.
9	20913 - HOMOGENEIZADOR DE SANGUE PARA 22 A 30 TUBOS DE 10 A 13MM. HOMOGENEIZADOR DE SANGUE P/ 22 A 30 TUBOS DE 10 A 13MM: PERMITE MANTER AS CÉLULAS SANGUÍNEAS EM PERFEITA SUSPENSÃO HOMOGÊNEA, SISTEMA DE PRESILHAS QUE PERMITE COLOCAR OU REMOVER TUBOS OU FRASCOS EM FUNCIONAMENTO. VELOCIDADE REGULÁVEL DE 8 A 22RPM, 220V.	VDR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	VDR	Sim	82124370010 - Confirmado no Portal da Anvisa	Sim	Proposta aprovada
11	25743 - MICROSCÓPIO LABORATORIAL MICROSCÓPIO BINOCULAR DE CAMPO CLARO PARA UTILIZAÇÃO EM ANÁLISES CLÍNICAS, OCULAR 10 X NÚMERO DE CAMPO 20 MM COM SISTEMA DE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	LABOR IMPORT	Sim	Isento	Sim	Proposta aprovada

SEGURANÇA PARA MANUSEIO, ÓPTICA COM CORREÇÃO INFINITA, SISTEMA ÓPTICO CONSTRUÍDO EM CRISTAL COM PROTEÇÃO ANTI-FUNGO EM TODO CONJUNTO ÓPTICO. REVÓLVER PARA 04 (QUATRO) OBJETIVAS MOVIDAS POR ESFERAS DE SISTEMA DE PARADA CLICK STOP. COM 01 JOGO DE OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS INFINITAS COM OS SEGUINTE AUMENTOS: 4X, 10X, 40X RESTRÁTIL E 100X IMERSÃO E RESTRÁTIL À ÓLEO. CONDENSADOR COM FILTRO, ILUMINAÇÃO POR LÂMPADA LED DE 1 W OU SUPERIOR, INTENSIDADE LUMINOSA AJUSTÁVEL. AJUSTE MACRO E MICROMÉTRICOS BILATERAIS, COM GRADUAÇÃO E DESLOCAMENTO PADRÃO PARA CHARRIOT, PLATINA RETANGULAR COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA EVITAR QUEBRA DE LÂMINA E COM MOVIMENTO CRUZADO X E Y. CABEÇOTE BINOCULAR SIEDENTOPF COM ANGULAÇÃO DE 30 GRAUS E GIRO DE 360 GRAUS. AJUSTE DE DIFERENTES DIOPTRIAS COM AJUSTE INDEPENDENTE PARA AMBAS OCULARES, DISTÂNCIA INTER-PUPILAR AJUSTÁVEL. VOLTAGEM: 220 VOLTS OU BIVOLT AUTOMÁTICO, 50/60 HZ. COM CAPA DE PROTEÇÃO. COM CABO E PLUG PARA LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA, CONFORME ABNT NBR VIGENTE. COM MANUAL DE INSTRUÇÕES.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenador(a)**, em 28/11/2024, às 12:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023688555** e o código CRC **2E572306**.

Rua Itajaí, 268 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.229325-4

0023688555v23