

MEMORANDO SEI Nº 30540509/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 13 de agosto de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **279/2026** e Portal de Compras do Governo Federal nº **38/2026**.

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para Suporte Ventilatório).

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao documento SEI nº 30479974 segue a análise solicitada:

Lo te	It e m	Material/Serviço	Uni d. med ida	Fornecedor	Marca	Descriti vo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prosp ecto, Ficha técnica ' Image m de site (print de tela)	11 - Amos tras?	Parecer
-	3	918303 - CÂNULA DE GUEDEL Nº 0 EM PVC, ATÓXICA E INODORA, RESISTENTE A SOLUÇÕES, COM APROXIMADAMENTE 50 MM DE COMPRIMENTO.	UNID	CIRURGICA UNIAO LTDA	VITAL GOLD WELLM ED	De acordo	1029690 0076, Registro Ativo Vigente confirma do no Portal ANVISA em 14/08/20 26	Apresen tou	----- --	Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	4	918304 - CÂNULA DE GUEDEL Nº 1 EM PVC, ATÓXICA E INODORA, RESISTENTE A	UNID	JF COMERCIO DE MATERIAL E	MEDIX	De acordo	Não apresent	Não apresen	----- --	Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e

		SOLUÇÕES, COM APROXIMADAMENTE 60 MM DE COMPRIMENTO.		MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA			ou	tou		8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado.
-	5	918305 - CÂNULA DE GUEDEL Nº 2 EM PVC, ATÓXICA E INODORA, RESISTENTE A SOLUÇÕES, COM APROXIMADAMENTE 70 MM DE COMPRIMENTO.	UNID	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX	De acordo	Não apresentou	Não apresentou	----- --	Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado.
-	6	918306 - CÂNULA DE GUEDEL Nº 3 EM PVC, ATÓXICA E INODORA, RESISTENTE A SOLUÇÕES, COM APROXIMADAMENTE 80 MM DE COMPRIMENTO.	UNID	CIRURGICA UNIAO LTDA	VITAL GOLD WELLMED	De acordo	10296900076, Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou	----- --	Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	7	918307 - CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 EM PVC, ATÓXICA E INODORA, RESISTENTE A SOLUÇÕES, COM APROXIMADAMENTE 90 MM DE COMPRIMENTO.	UNID	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX	De acordo	Não apresentou	Não apresentou	----- --	Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item

										ofertado que deverá ser analisado.
-	8	918308 - CANULA DE GUEDEL Nº 5 EM PVC, ATÓXICA E INODORA, RESISTENTE A SOLUÇÕES, COM APROXIMADAMENTE 100 MM DE COMPRIMENTO	UNID	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX	De acordo	Não apresenta ou	Não apresentou	----- --	Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado.
-	9	910963 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA LONGA Nº 04 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA LONGA Nº 04 , COM ENDOCANULA E GUIA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO.TAM ANHO 10,0 MM X 9,0 CM COM IDENTIFICACAO DA MARCA E NUMERACAO NA CANULA.	PC	CIRURGICA UNIAO LTDA	VITAL	De acordo	10296909037Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou, porém o prospecto não deixa claro a seguinte exigência do edital: 1. Longa Nº 04 2. Tamanho 10,0 mm X 9,0 cm.	----- --	Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende as seguintes exigências do edital que não constam no prospecto apresentado: 1. Longa Nº 04 2. Tamanho 10,0 mm X 9,0 cm.
-	10	910964 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA LONGA Nº 05 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA LONGA Nº 05 , COM ENDOCANULA E GUIA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO.TAM ANHO 11,0 MM X 9,5 CM, COM IDENTIFICACAO DA MARCA E NUMERAÇÃO NA CANULA.	PC	CIRURGICA UNIAO LTDA	VITAL	De acordo	10296909037Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou, porém o prospecto não deixa claro a seguinte exigência do edital: 1. Longa Nº 05 2. Tamanho 11,0 mm X 9,5 cm.	----- --	Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende as seguintes exigências do edital que não constam no prospecto apresentado: 1. Longa Nº 05 2. Tamanho 11,0 mm X 9,5 cm.

-	11	910965 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA LONGA Nº 06 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA LONGA Nº 06 , COM ENDOCANULA E GUIA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. TAMANHO 12,0 MM X 10,0 CM, COM IDENTIFICACAO DA MARCA E NUMERACAO NA CANULA.	PC	CIRURGICA UNIAO LTDA	VITAL	De acordo	10296909037Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou, porém o prospecto não deixa claro a seguinte exigência do edital: 1. Longa Nº 06 2. Tamanho 12,0 mm X 10,0 cm.	----- --	Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende as seguintes exigências do edital que não constam no prospecto apresentado: 1. Longa Nº 06 2. Tamanho 12,0 mm X 10,0 cm.
-	12	910223 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA Nº 03 C/MANDRIL CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA Nº 03 , CONTENDO MANDRIL, CÂNULA INTERNA E EXTERNA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. TAMANHO 09,0 MM X 6,5 CM, COM IDENTIFICAÇÃO DA MARCA E NUMERAÇÃO NA PARTE EXTERNA DO MATERIAL.	PC	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	FRADEL	De acordo	80039960001Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos.	----- --	A empresa apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra as medidas exigidas neste descritivo.
-	13	910224 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA Nº 04 C/MANDRIL CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA Nº 04 , CONTENDO MANDRIL, CANULA INTERNA E EXTERNA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. 10,0 MM X 7,0 CM, COM IDENTIFICACAO DA MARCA E NUMERACAO NA PARTE EXTERNA DO MATERIAL.	PC	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	FRADEL	De acordo	80039960001Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos.	----- --	A empresa apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra as medidas exigidas neste descritivo.
		909531 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA								A empresa apresentou

-	14	METALICA Nº 05 C/MANDRIL CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA Nº 05 , CONTENDO MANDRIL, CANULA INTERNA E EXTERNA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. 11,0 MM X 7,5 CM COM IDENTIFICACAO DA MARCA E NUMERACAO NA PARTE EXTERNA DO MATERIAL.	PC	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	FRADEL	De acordo	8003996 0001Regi stro Ativo Vigente confirma do no Portal ANVISA em 14/08/20 26	Apresen tou prospec to com diverso s modelo s e tamanh os.	----- --	prospecto com diversos modelos e tamanhos. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra as medidas exigidas neste descritivo.
-	15	910226 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA Nº06 C/MANDRIL CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METALICA Nº 06 , CONTENDO MANDRIL, CANULA INTERNA E EXTERNA. RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO.12,0 MM X 8,0 CM COM IDENTIFICACAO DA MARCA E NUMERACAO NA PARTE EXTERNA DO MATERIAL.	PC	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	FRADEL	De acordo	8003996 0001Regi stro Ativo Vigente confirma do no Portal ANVISA em 14/08/20 26	Apresen tou prospec to com diverso s modelo s e tamanh os.	----- --	A empresa apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra as medidas exigidas neste descritivo.
-	16	912968 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA (AJUSTAVEL) COM BALAO 7.0 BAIXA PRESSAO LONGA CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO 7.0 BAIXA PRESSAO LONGA AJUSTAVEL, FABRICADA EM PVC, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, LONGA, CURVATURA EM ANGULO RETO, COM BALAO DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME, COM VALVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGA LUER LOCK, PONTA RETRAIDA, ATRAUMATICA, MANDRIL AUXILIAR, LINHA RADIOPACA, CONECTOR COLOCADO E ANEL ROSQUEAVEL PERMITINDO AJUSTE	PC	AABA COMERCIO DE EQUIPAME NTOS MEDICOS LTDA	BCI Medical	De acordo	1029702 0065Regi stro Ativo Vigente confirma do no Portal ANVISA em 14/08/20 26	Apresen tou prospec to com diverso s modelo s e tamanh os.	----- --	A empresa apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste

		DE PROFUNDIDADE, ASA DE FIXAÇÃO FLEXIVEL E FITA DE FIXAÇÃO. EMBALAGEM UNITARIA, ESTERIL, CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.							descriptivo.
-	17	909761 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA (AJUSTAVEL) COM BALAO 8.0 BAIXA PRESSAO LONGA CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA (AJUSTAVEL) COM BALAO 8.0 BAIXA PRESSAO LONGA - CANULA TRAQUEAL COM BALAO 8.0, FABRICADA EM PVC, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, LONGA, CURVATURA EM ANGULO RETO, COM BALAO DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME, COM VALVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGA LUER LOCK, RETRAIDA, ATRAUMATICA, MANDRIL AUXILIAR, LINHA RADIOPACA, CONECTOR COLOCADO E ANEL ROSQUEAVEL PERMITINDO AJUSTE DE PROFUNDIDADE, ASA DE FIXAÇÃO FLEXIVEL E FITA DE FIXAÇÃO. EMBALAGEM UNITARIA, ESTERIL, CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.	PC	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BCI Medical	De acordo	10297020065Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos.	----- -- Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo.
		909762 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA (AJUSTAVEL) COM BALAO 9.0 BAIXA PRESSAO LONGA CANULA PARA							

-	18	TRAQUEOSTOMIA (AJUSTAVEL) COM BALAO 9.0 BAIXA PRESSAO LONGA - CANULA TRAQUEAL COM BALAO 9.0, FABRICADA EM PVC, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, LONGA, CURVATURA EM ANGULO RETO, COM BALAO DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME, COM VALVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGA LUER LOCK, PONTA RETRAIDA, ATRAUMATICA, MANDRIL AUXILIAR, LINHA RADIOPACA, CONECTOR COLOCADO E ANEL ROSQUEAVEL PERMITINDO AJUSTE DE PROFUNDIDADE, ASA DE FIXAÇÃO FLEXIVEL E FITA DE FIXAÇÃO. EMBALAGEM UNITARIA, ESTERIL, CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.	PC	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BCI Medical	De acordo	10297020065Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos.	----- --	A empresa apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo.
-	19	3612 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ALTA COMPLACENCIA Nº 6,0 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO Nº 6,0 BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME - CANULA TRAQUEAL COM BALAO Nº 6,0, FABRICADA EM PVC, ATOXICO, SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA, RADIOPACA, BALONETE DE BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME COM VALVULA DE SEGURANCA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR, ASA DE FIXACAO E FITA DE FIXACAO,	Unidade	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX MEDIX CX C/10	De acordo	80495510047Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou prospecto genérico, sem especificar o tamanho do item ofertado.	----- --	A empresa apresentou prospecto genérico, sem especificar o tamanho do item ofertado. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste

		ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.							descriptivo.
-	20	3613 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ALTA COMPLACENCIA Nº 7,0 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO Nº 7,0 BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME - CANULA TRAQUEAL COM BALAO Nº 7,0, FABRICADA EM PVC, ATOXICO, SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA, RADIOPACA, BALONETE DE BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME COM VALVULA DE SEGURANCA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR, ASA DE FIXACAO E FITA DE FIXACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.	Unid dade	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA	MEDIX MEDIX CX C/10	De acordo	8049551 0047Regi stro Ativo Vigente confirma do no Portal ANVISA em 14/08/20 26	Apresen tou prospec to genéric o, sem especifi car o tamanh o do item ofertad o.	----- -- A empresa apresentou prospecto genérico, sem especificar o tamanho do item ofertado. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descriptivo.
		3614 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ALTA COMPLACENCIA Nº 7,5 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO Nº 7,5 BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME - CANULA TRAQUEAL COM BALAO Nº 7,5, FABRICADA EM PVC, ATOXICO, SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA,					8049551 0047Regi stro Ativo	Apresen tou prospec to	A empresa apresentou prospecto genérico, sem especificar o tamanho do item

-	21	RADIOPACA, BALONETE DE BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME COM VALVULA DE SEGURANCA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR, ASA DE FIXACAO E FITA DE FIXACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.	Unidad e	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX MEDIX CX C/10	De acordo	Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	genérico, sem especificar o tamanho do item ofertado.	----- --	ofertado. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo.
-	22	3615 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ALTA COMPLACENCIA Nº 8,0 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO Nº 8,0 BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME - CANULA TRAQUEAL COM BALAO Nº 8,0, FABRICADA EM PVC, ATOXICO, SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA, RADIOPACA, BALONETE DE BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME COM VALVULA DE SEGURANCA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR, ASA DE FIXACAO E FITA DE FIXACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.	Unidad e	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX MEDIX CX C/10	De acordo	80495510047Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou prospecto genérico, sem especificar o tamanho do item ofertado.	----- --	A empresa apresentou prospecto genérico, sem especificar o tamanho do item ofertado. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo.
		3616 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ALTA COMPLACENCIA Nº 8,5 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA								

-	23	COM BALAO Nº 8,5 BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME - CANULA TRAQUEAL COM BALAO Nº 8,5, FABRICADA EM PVC, ATOXICO, SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA, RADIOPACA, BALONETE DE BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME COM VALVULA DE SEGURANCA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR, ASA DE FIXACAO E FITA DE FIXACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.	Unid dad e	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA	MEDIX MEDIX CX C/10	De acordo	8049551 0047Regi stro Ativo Vigente confirma do no Portal ANVISA em 14/08/20 26	Apresen tou prospec to genéric o, sem especificar o tamanh o do item ofertad o.	----- --	A empresa apresentou prospecto genérico, sem especificar o tamanho do item ofertado. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo.
-	24	3617 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ALTA COMPLACENCIA Nº 9,0 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO Nº 9,0 BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME - CANULA TRAQUEAL COM BALAO Nº 9,0, FABRICADA EM PVC, ATOXICO, SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA, RADIOPACA, BALONETE DE BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME COM VALVULA DE SEGURANCA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR, ASA DE FIXACAO E FITA DE FIXACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO,	Unid dad e	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA	MEDIX MEDIX CX C/10	De acordo	8049551 0047Regi stro Ativo Vigente confirma do no Portal ANVISA em 14/08/20 26	Apresen tou prospec to genéric o, sem especificar o tamanh o do item ofertad o.	----- --	A empresa apresentou prospecto genérico, sem especificar o tamanho do item ofertado. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo.

		VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.							
-	25	910475 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO 5.0 BAIXA PRESSAO CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO 5.0 BAIXA PRESSAO - CANULA TRAQUEAL COM BALAO 5.0, FABRICADA EM PVC, ATOXICO, SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA, RADIOPACA, BALONETE DE BAIXA PRESSÃO COM VALVULA DE SEGURANÇA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR, ASA DE FIXAÇÃO E FITA DE FIXAÇÃO. ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	PC	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX MEDIX CX C/10	De acordo	80495510047Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou prospecto genérico, sem especificar o tamanho do item ofertado.	----- -- A empresa apresentou prospecto genérico, sem especificar o tamanho do item ofertado. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo.
-	26	910923 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO 5.5 BAIXA PRESSAO CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO 5.5 BAIXA PRESSAO - CANULA TRAQUEAL COM BALAO 5.5, FABRICADA EM PVC, ATOXICO, SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA, RADIOPACA, BALONETE DE BAIXA PRESSÃO COM VALVULA DE SEGURANÇA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR, ASA DE FIXAÇÃO E FITA DE FIXAÇÃO. ESTERIL, EMBALAGEM	PC	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX MEDIX CX C/10	De acordo	80495510047Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou prospecto genérico, sem especificar o tamanho do item ofertado.	----- -- A empresa apresentou prospecto genérico, sem especificar o tamanho do item ofertado. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste

		INDIVIDUAL CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.							descritivo.
-	27	916936 - CATETER PARA OXIGENIO NASAL TIPO OCULOS ADULTO MODELO ADULTO, EM POLIMERO PLASTICO, CALIBRE 12, DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MININA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	UNI D	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAME NTOS HOSPITALA RES LTDA	BIOSAN I	De acordo	Não apresent ou	Não apresen tou	----- -- Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado.
-	28	917484 - CATETER PARA OXIGENIO Nº 06 EM POLIMERO PLASTICO, CALIBRE 06, DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	UNI D	CIRURGICA UNIAO LTDA	MEDSO NDA	De acordo	8016357 0002Regi stro Ativo Vigente confirma do no Portal ANVISA em 14/08/20 26	Apresen tou prospec to com diverso s modelo s e tamanh os.	----- -- A empresa apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo.
		916935 - CATETER PARA OXIGENIO Nº 08 EM POLIMERO							

-	29	PLASTICO, CALIBRE 08, DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	UNID	CIRURGICA UNIAO LTDA	MEDSONDA	De acordo	80163570002Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos.	----- --	A empresa apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo.
-	30	916933 - CATETER PARA OXIGENIO Nº 10 EM POLIMERO PLASTICO, CALIBRE 10, DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	UNID	CIRURGICA UNIAO LTDA	MEDSONDA	De acordo	80163570002Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos.	----- --	A empresa apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo.
-	31	916934 - CATETER PARA OXIGENIO Nº 12 EM POLIMERO PLASTICO, CALIBRE 12, DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE	UNID	CIRURGICA UNIAO LTDA	MEDSONDA	De acordo	80163570002Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos.	----- --	A empresa apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na

		ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.							íntegra o tamanho exigido neste descritivo.	
-	32	28836 - CONECTOR PARA AEROSOLTERAPIA MDI (PUFF) ADULTO PARA USO EM CIRCUITO DA VENTILAÇÃO MECÂNICA DISPOSITIVO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO AEROSOL EM PACIENTES EM VENTILAÇÃO MECÂNICA; CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO, MEDIDAS: 22 MM INTERNA DE UM LADO E 22 MM EXTERNA X 15 MM INTERNA DO OUTRO LADO. DEVERÁ POSSUIR SETA INDICANDO A DIREÇÃO DO SPRAY DE MEDICAÇÃO; COMPATÍVEL COM FRASCOS DE MDI PADRÃO; COMPATÍVEL A TODO TIPO DE CIRCUITO VENTILATÓRIO OU CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA; POSSUIR TAMPA À PROVA DE VAZAMENTOS OU ENTRADA DE POEIRA; ORIFÍCIO PARA COLOCAÇÃO DO MDI UNIVERSAL.	Unidade	PROMES LIFE MATERIAL HOSPITALAR E COMERCIO LTDA	VENTCARE Modelo: VENT33	Apresentou descrição resumida do item.	80677040003Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Não há necessidade de apresentar amostras, item já utilizado e aprovado anteriormente, conforme SEI nº 0015072703.
-	33	46200 - CONECTOR Y ADULTO SEM FURO PARA CIRCUITO RESPIRATÓRIO CONECTOR PARA TRAQUEIA, UTILIZADO EM CIRCUITO RESPIRATÓRIO,	Unidade	INJEMEDIC MATERIAL MEDICO E	MEDICAL	De	82405099004Registro Ativo Vigente confirmado no	Apresentou prospecto com vários modelos, sem indicação de qual é o item ofertado e o prospecto descreve "Conector Interme	-----	Para continuidade da análise é necessário que a empresa confirme: 1. Qual é o modelo ofertado 2. Se o modelo ofertado atende a seguinte exigência do

		TAMANHO ADULTO, EM POLÍMERO ATÓXICO FORMATO Y COM DIÂMETROS EXTERNO 22 MM E INTERNO 15 MM A CADA ENTRADA, AUTOCLAVÁVEL A 134º C.	e	HOSPITALA R LTDA	FLEX	acordo	Portal ANVISA em 14/08/2026	<i>diário de Policarbonato (PC), não deve ser submetido a temperatura superior à 121 °C" e o edital exige "autoclavável a 134º C"</i>	--	edital "autoclavável a 134º C", pois o prospecto de forma genérica descreve "Conector Intermediário de Policarbonato (PC), não deve ser submetido a temperatura superior à 121 °C".
-	34	46231 - DRENO COLETOR DE ÁGUA PARA CIRCUITO RESPIRATÓRIO DRENO COLETOR DE ÁGUA PARA USO NA CONEXÃO DE TRAQUEIAS USADAS EM CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS COM OBJETIVO DE DRENAR A UMIDADE EXISTENTE NO CIRCUITO RESPIRATÓRIO, TAMANHO ADULTO, EM MATERIAL ATÓXICO COM DIÂMETROS DAS CONEXÕES EXTERNO 22 MM E INTERNO 15 MM, AUTOCLAVÁVEL A 134ºC.	Unidade	PROMES LIFE MATERIAL HOSPITALA R E COMERCIO LTDA	VENTCARE Modelo: 31	Apresentou descrição resumida do item.	80677040004Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou	----- --	Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	35	25612 - ESPAÇADOR ADULTO PARA USO EM TRATAMENTOS RESPIRATÓRIOS (RESISTENTE À DESINFECÇÃO EM ALTAS TEMPERATURAS) VÁLVULA DE SILICONE; BOCAL ENCAIXE UNIVERSAL; VOLUME 200 A 250 ML; ACOMPANHA MÁSCARA ADULTO MACIA; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPORTAR REPROCESSAMENTO	UN	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALA R LTDA	MAXX CHAMBER MS8047	De acordo	80470750004, Registro Ativo Vigente confirmado no Portal	Apresentou, porém o prospecto apresentado não deixa claro as seguintes exigências do edital: 1. Resistente à desinfecção em altas temperaturas; 2.	EXIG E	Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra as exigências do edital: 1. Resistente à desinfecção em altas temperaturas ; 2. Volume 200 a 250 ml; 3. Todas as

		E DESINFECÇÃO EM ALTAS TEMPERATURAS (TERMODESINFECTORA); FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REG. M/SAÚDE E INSTRUÇÕES DE USO..			07-5		ANVISA em 14/08/2026	Volume 200 a 250 ml; 3. Todas as peças devem suportar reproprocessamento e desinfecção em altas temperaturas (termodesinfectora).	peças devem suportar reproprocessamento e desinfecção em altas temperaturas (termodesinfectora). Haverá a necessidade de apresentar a amostra.
-	36	44875 - ESPAÇADOR ADULTO PARA USO EM TRATAMENTOS RESPIRATÓRIOS (RESISTENTE À DESINFECÇÃO QUÍMICA) VÁLVULA DE SILICONE, BOCAL COM ENCAIXE UNIVERSAL; VOLUME 200 A 250 ML; ACOMPANHA MÁSCARA ADULTO MACIA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 12 X 8 CM; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPORTAR REPROCESSAMENTO E DESINFECÇÃO QUÍMICA; FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REG. M/SAÚDE E INSTRUÇÕES DE USO.	UN	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	MAXX CHAMBER MS804707-5	De acordo	Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou, porém o prospecto apresentado não deixa claro as seguintes exigências do edital: 1. Volume 200 a 250 ml; 2. Máscara adulta macia com medidas mínimas de 12 x 8 cm.	EXIGE Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra as exigências do edital: 1. Volume 200 a 250 ml; 2. Máscara adulta macia com medidas mínimas de 12 x 8 cm. Haverá a necessidade de apresentar a amostra.
-	37	917520 - ESPAÇADOR INFANTIL PARA USO EM TRATAMENTOS RESPIRATÓRIOS (RESISTENTE À DESINFECÇÃO QUÍMICA) VÁLVULA DE SILICONE, BOCAL COM ENCAIXE UNIVERSAL; VOLUME 150 A 250 ML; ACOMPANHA MÁSCARA INFANTIL EM PVC ATÓXICA E MACIA; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPORTAR	UN	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	MAXX CHAMBER MS8047	De acordo	80470750002 Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA	Apresentou, porém o prospecto apresentado não deixa claro as seguintes exigências do edital:	EXIGE Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra as exigências do edital: 1. Volume 150 a 250 ml;

		REPROCESSAMENTO E DESINFECÇÃO QUÍMICA; EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REG. M/SAÚDE E INSTRUÇÕES DE USO.			07-5		em 14/08/2026	1. Volume 150 a 250 ml; 2. Acompanha máscara infantil.	2. Acompanha máscara infantil. Haverá a necessidade de apresentar a amostra.
-	38	13079 - FILTRO BACTERIANO E VIRAL COM UMIDIFICADOR FILTRO ESTÉRIL, BACTERIANO E VIRAL COM UMIDIFICADOR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CONEXÃO: 15 MM FÊMEA/22 MACHO, CONEXÃO PARA LINHA DE AMOSTRA DE GASES: LUER LOCK, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO: BACTERIANA: (%)1=99,9999, VIRAL (%)1=99,99. RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE ATÉ 0,04 MICRA, VOLUME CORRENTE ENTRE 150 A 1500ML, DEVERÁ ACOMPANHAR TRAQUÉIA DE 15CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	PC	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	BE CARE BE CARE PCT C /10	De acordo	80808489020Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou	EXIGE Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar a amostra.
		24952 - FILTRO HEPA PARA VENTILADOR PULMONAR PARA USO EM CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS DE APARELHOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA E ANESTESIA; CARÇA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO; CONECTORES: ENTRADA 22 M / 15 F E SAÍDA: 22 F; MEMBRANA FILTRANTE CONSTITUÍDA DE PAPEL DE FIBRA DE VIDRO HIDROFÓBICO		JF COMERCIO		Apresentar			Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em

-	39	E AGLUTINANTE ORGÂNICO, CAPAZ DE REMOVER PARTÍCULAS ENTRE 1 E 0,1 MICRÔMETRO; EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA: 99,99999%; EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL: 99,9999%; PESO MÁXIMO: 70 G; PERMANÊNCIA EM USO: NO MÍNIMO 24 HORAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA RESPONSÁVEL TÉCNICO.	Unidade	DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX	tem descrição resumida do item	Não apresenta	Não apresenta	EXIGE	editais: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado.
-	40	912552 - INTRODUTOR BOUGIE PARA TUBO ENDOTRAQUEAL INTRODUTOR BOUGIE, FABRICADO A PARTIR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E BAIXA RIGIDEZ (PROPORCIONA RIGIDEZ ADEQUADA PARA INSERÇÃO), CALIBRADO (DISTÂNCIA DE INSERÇÃO FACILMENTE OBSERVADO PARA SEGURANÇA), COM DIÂMETRO EXTERNO DE 5 A 6 MM E COMPRIMENTOS DE 60-70 CM, PONTA TIPO COUDÉ COM ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 35 A 40º (PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DE ANÉIS TRAQUEAIS). REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.	PC	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	gcmedica	Apresenta descrição resumida do item.	Não apresenta	Não apresenta	-----	Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em editais: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado.
		4286 - INTRODUTOR BOUGIE PARA TUBO ENDOTRAQUEAL COM CANAL CENTRAL INTRODUTOR BOUGIE, FABRICADO A PARTIR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E BAIXA RIGIDEZ (PROPORCIONA								Para continuidade da análise, é necessário que a

-	41	RIGIDEZ ADEQUADA PARA INSERCAO), CALIBRADO (DISTANCIA DE INSERCAO FACILMENTE OBSERVADO PARA SEGURANCA), COM DIAMETRO EXTERNO DE 05 A 06 MM E COMPRIMENTOS DE 60-70 CM, PONTA TIPO COUDE COM ANGULACAO APROXIMADA DE 35 A 40º (PARA FACILITAR A IDENTIFICACAO DE ANEIS TRAQUEAIS) E CANAL CENTRAL PARA ASPIRACAO DE SECRECOES OU FORNECIMENTO DE OXIGENIO. REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.	Unidade	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	gcmedica	Apresentou descrição resumida do item.	Não apresentou	Não apresentou	----- --	empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado.
-	42	2133 - LINHA DE AMOSTRA DE GASES LINHA DE AMOSTRA DE GASES DE NO MÍNIMO 03 METROS COMPATIVEL COM ANALISADOR DE GASES SCIO FOUR OXI PLUS DO MONITOR MULTIPARAMETRO DRAGER MODELO KAPPA	Peças	PROMES LIFE MATERIAL HOSPITALAR E COMERCIO LTDA	VENTCARE Modelo: VENT163P3000MM	Apresentou descrição resumida do item.	80677049004, Registro Anvisa Ativo Vigente. Confirmação no Portal ANVISA 14/08/2026.	Apresentou.	----- --	Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	43	910268 - MACRONEBULIZADOR OXIGENIO COMPLETO MACRONEBULIZADOR DE OXIGENIO COMPLETO - CONJUNTO COMPLETO PARA INALACAO COM TAMPA, HASTES E CONEXOES FABRICADAS EM NYLON COM FIBRAS. FRASCOS DE POLICARBONATO 500ML, TRAQUEIA CORRUGADA ATOXICA DE 1,20M E MASCARA FACIAL ADULTO EM PVC. COM TRAQUEIA DE PVC ATOXICO. IDENTIFICACAO: NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E	PC	PROMES LIFE MATERIAL HOSPITALAR E COMERCIO LTDA	VENTCARE Modelo: VENT40-DPC	Apresentou descrição resumida do item.	80677040005Registro Anvisa Ativo Vigente. Confirmação no Portal ANVISA 14/08/2026.	Apresentou.	----- --	Proposta de acordo com o edital, classificada.

		RESPONSAVEL TECNICO.								
-	44	910704 - MASCARA ANESTESIA N º 4 ADULTO GRANDE MASCARA PARA ANESTESIA COM BOJO EM POLICARBONETO TRANSPARENTE, COXIM INFLAVEL EM PVC TRANSPARENTE, TAMANHO ADULTO Nº 04	PC	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	ADVANTIVE	Apresentou descrição o resumo do item.	Não apresentou	Não apresentou	----- --	Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado.
-	45	910705 - MASCARA ANESTESIA Nº 3 ADULTO MASCARA PARA ANESTESIA COM BOJO EM POLICARBONETO TRANSPARENTE, COXIM INFLAVEL EM PVC TRANSPARENTE, TAMANHO ADULTO Nº 03	PC	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	ADVANTIVE	Apresentou descrição o resumo do item.	Não apresentou	Não apresentou	----- --	Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado.
		919412 - MASCARA DE ALTA CONCENTRACAO DE OXIGENIO INFANTIL COM RESERVATORIO MASCARA EM VINIL TRANSPARENT, MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E AVALIAÇÃO VISUAL TECNICO, TAMANHO APROXIMADO (ALT. 10CM X LARG. 8 CM X PROF. 5 CM), COM								Para continuidade da análise, é necessário que a empresa

-	46	ELASTICO E PRESILHA EM AÇO AJUSTAVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTAVEL VALVULA UNIDIRECIONAL PARA CONEXAO COM RESERVATORIO 750 ML E EXTENSAODE MÍNIMO 1,5 M EM PVC PARA CONEXAO DA MASCARA COM OXIGENIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO DATA VAL/FABRICACAO. LOTE, ISENCAO/ REGISTRO NO M.S/ANVISA.	UNID	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX	Apresentou descrição resumida do item.	Não apresentou	Não apresentou	----- --	apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado.
-	47	919409 - MASCARA DE ALTA CONCENTRACAO DE OXIGENIO PARA ADULTO COM RESERVATORIO MASCARA EM VINIL TRANSPARENTE, MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E AVALIAÇÃO VISUAL TECNICO, TAMANHO APROXIMADO (ALT. 10CM X LARG. 8 CM X PROF. 5 CM), COM ELASTICO E PRESILHA EM AÇO AJUSTAVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTAVEL VALVULA UNIDIRECIONAL PARA CONEXAO COM RESERVATORIO 1.000 ML E EXTENSAODE MÍNIMO 1,5 M EM PVC PARA CONEXAO DA MASCARA COM OXIGENIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO DATA VAL/FABRICACAO. LOTE, ISENCAO/	UNID	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX	Apresentou descrição resumida do item.	Não apresentou	Não apresentou	----- --	Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado.

		REGISTRO M.S/ANVISA.	NO							
-	48	43089 - MÁSCARA FACIAL TOTAL SEM EXALAÇÃO MÁSCARA FACIAL TOTAL MODELO NÃO VENTILADA, SEM PORTA EXALATÓRIA, PARA USO EM VENTILADOR MECÂNICO NA UTI. COM ALMOFADA EM SILICONE, MÁSCARA TRANSPARENTE, COTOVELO GIRATÓRIO EM 360 GRAUS. DEVE ACOMPANHAR FIXADOR PARA AJUSTE À CABEÇA E CONECTOR UNIVERSAL PARA TUBO CORRUGADO. DEVE POSSUIR REGISTRO/ISENÇÃO NO MS/ANVISA.	Unidade	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	COMPO WER TM-02/	De acordo	80901119025Registro Anvisa Ativo Vigente. Confirmação no Portal ANVISA 14/08/2026.	Apresentou, porém o prospecto não descreve todas as exigências do descritivo: 1. Com almofada em silicone; 2. Cotovelo giratório em 360 graus; 3. Conector universal para tubo corrugado; 4. Para uso em ventilador mecânico na UTI.	----- --	O prospecto apresentado não descreve todas as exigências do edital. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado apresenta: 1. Com almofada em silicone; 2. Cotovelo giratório em 360 graus; 3. Conector universal para tubo corrugado; 4. Para uso em ventilador mecânico na UTI.
-	49	43087 - MÁSCARA FACIAL TOTAL COM EXALAÇÃO MÁSCARA FACIAL TOTAL UTILIZADA EM PACIENTES QUE NECESSITAM DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (VNI) POR LONGO PERÍODO, EVITANDO LESÕES NO ROSTO. COM ALMOFADA EM SILICONE, MÁSCARA TRANSPARENTE E VÁLVULA EXALATÓRIA, PODE SER UTILIZADA EM APARELHOS DE CPAP E BIPAP. DEVE ACOMPANHAR FIXADOR PARA AJUSTE À CABEÇA E CONECTOR UNIVERSAL PARA	Unidade	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPO WER COMPO WER CX C/1	De acordo	81013649003Registro Anvisa Ativo Vigente. Confirmação no Portal ANVISA 14/08/2026.	Apresentou	----- --	Proposta de acordo com o edital, classificada.

		TUBO CORRUGADO. DEVE POSSUIR REGISTRO/ISENÇÃO NO MS/ANVISA.							
-	50	910849 - MASCARA LARINGEA 2.0 INFANTIL AUTOCLAVAVEL MASCARA LARINGEA CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MEDICO, AUTOCLAVAVEL QUE PERMITA A ESTERILIZACAO A VAPOR NO MINIMO 40 VEZES, DE TAMANHO NR.2, USADO EM LACTANTES DE 6,5KG ATE A IDADE ESCOLAR DE 20 KG. O MATERIAL DEVE POSSUIR NUMERO DE SERIE PARA IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO NUMERO DO LOTE E REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE.	PC	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	LM LM2010 GS2	De acordo	80901110032Registro Anvisa Ativo Vigente. Confirmação no Portal ANVISA 14/08/2026.	Apresentou ----- --	Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	51	910850 - MASCARA LARINGEA 2.5 INFANTIL AUTOCLAVAVEL MASCARA LARINGEA CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MEDICO, AUTOCLAVAVEL QUE PERMITA A ESTERILIZACAO A VAPOR NO MINIMO 40 VEZES, DE TAMANHO NR.2,5 USADO EM LACTANTES DE 20KG ATE A IDADE ESCOLAR DE 30 KG. O MATERIAL DEVE POSSUIR NUMERO DE SERIE PARA IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO NUMERO DO LOTE E REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE.	PC	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	LM LM2514 GS2	De acordo	80901110032Registro Anvisa Ativo Vigente. Confirmação no Portal ANVISA 14/08/2026.	Apresentou ----- --	Proposta de acordo com o edital, classificada.
		17016 - MASCARA LARINGEA 3.0 INFANTIL AUTOCLAVAVEL MASCARA LARINGEA CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MEDICO Nº 3,0, AUTOCLAVAVEL QUE PERMITA A		CIRURGICA SAO FELIPE	LM		80901110032Registro Anvisa Ativo		

-	52	ESTERILIZAÇÃO A VAPOR NO MINIMO 40 VEZES. EMBALAGEM NÃO ESTÉRIL CONTENDO Nº DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	Peça	PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	LM3020 GS2	De acordo	Vigente. Confirma do no Portal ANVISA 14/08/20 26.	Apresen tou	----- --	Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	53	12847 - MASCARA LARINGEA 4.0 AUTOCLAVAVEL MASCARA LARINGEA REUTILIZAVEL Nº 4,0, COM CURVATURA QUE REPRODUZ A ANATOMIA MOLDADA DIRETAMENTE NO TUBO, NÃO ARAMADA, COM PONTA REFORCADA PARA EVITAR DOBRAS, SEM DESENHO DE EPIGLOTE PARA FACILITAR A LIMPEZA E O ACESSO ATRAVÉS DO LÚMEN. ISENTO DE LATEX. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO Nº DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	Peças	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	LM LM5040 30GS2	De acordo	8090111 0032Regi stro Anvisa Ativo Vigente. Confirma do no Portal ANVISA 14/08/20 26.	Apresen tou, porém no prospec to o modelo ofertad o LM504 030GS2 não foi localiza do.	----- --	Apresentou o prospecto, porém o modelo ofertado LM504030GS 2 não foi localizado. Para continuidade da análise é necessário que a empresa confirme qual é o modelo ofertado.
-	54	12848 - MASCARA LARINGEA 5.0 AUTOCLAVAVEL MASCARA LARINGEA REUTILIZAVEL Nº 5,0, COM CURVATURA QUE REPRODUZ A ANATOMIA MOLDADA DIRETAMENTE NO TUBO, NÃO ARAMADA, COM PONTA REFORCADA PARA EVITAR DOBRAS, SEM DESENHO DE EPIGLOTE PARA FACILITAR A LIMPEZA E O ACESSO ATRAVÉS DO LÚMEN. ISENTO DE LATEX. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO Nº DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE, RESPONSÁVEL	Peças	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	LM LM5040 GS2	Apresen tou no descritiv o "Nº 4.0", edital exige "Nº 5.0"	8090111 0032Regi stro Anvisa Ativo Vigente. Confirma do no Portal ANVISA 14/08/20 26.	Apresen tou	----- --	No descritivo da proposta a empresa ofertou o item com tamanho nº 4.0, porém indicou o modelo LM5040GS2 referente ao item com tamanho nº 5.0. Para continuidade da análise é necessário que a empresa confirme qual é o modelo e o tamanho do item

		TÉCNICO REGISTRO ANVISA.	E NA							ofertado.
-	55	913319 - MASCARA PARA NEBULIZACAO TAMANHO ADULTO PARA TRAQUEOSTOMIA MASCARA PARA USO EM PACIENTES TRAQUEOSTOMIZAD OS, AJUSTAVEL AO DIAMETRO DO PESCOCO ATRAVES DE UMA TIRA DE ELASTICO	PC	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAME NTOS HOSPITALA RES LTDA	FOYOM ED	De acordo	Não apresent ou	Não apresen tou	----- --	Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado.
-	56	47090 MICRONEBULIZADO R ADULTO CONJUNTO DE MICRONEBULIZADO R COMPLETO (ADULTO) OXIGÊNIO, CONTENDO: MÁSCARA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, RECIPIENTE E CABEÇOTE EM POLIPROPILENO, EXTENSÃO MÍNIMA DE 160 CM, EM PVC ATÓXICO, CONECTOR PARA OXIGÊNIO EM NYLON. REGISTRO ANVISA.	CO NJ	CIRURGICA UNIAO LTDA	VITAL GOLD ANGZH OU FORME D	De acordo	1029690 0071, Registro Anvisa Ativo, confirma do no Portal ANVISA em 14/08/20 26	Apresen tou, porém o prospec to não deixa claro as seguint es exigênc ias do edital: 1. Máscar a em polietile no de baixa densida de; 2. Recipie nte e cabeçot e em polipro pileno; 3. Extensã o mínima de 160 cm, em PVC atóxico; 4. Conecto r para oxigêni	----- --	Classificação condicionada a empresa confirmar que o item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Máscara em polietileno de baixa densidade; 2. Recipiente e cabeçote em polipropileno; 3. Extensão mínima de 160 cm, em PVC atóxico; 4. Conector para oxigênio em nylon.

								o em nylon.		
-	57	22154 - MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO INFANTIL COM PINO MICRONEBULIZADOR, CONJUNTO DE MICRO NEBULIZADOR COMPLETO (INFANTIL) OXIGÊNIO, CONTENDO: MÁSCARA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; RECIPIENTE E CABEÇOTE EM POLIPROPILENO, EXTENSÃO MÍNIMA DE 160 CM, EM PVC ATÓXICO; CONECTOR PARA OXIGÊNIO EM NYLON. REGISTRO ANVISA.	CO NJ	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	VITAL	Apresentou descrição resumida do item.	Não apresentou	Não apresentou	----- --	Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado.
1	58	46548 - REANIMADOR MANUAL ADULTO DE SILICONE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MÁSCARA FACIAL EM SILICONE, VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM MECANISMO INTERNO EM SILICONE, BALÃO DE VENTILAÇÃO EM SILICONE COM VOLUME INTERNO DE 1400 A 1800 ML, BALÃO RESERVATÓRIO DE O2 EM MATERIAL DE VINIL, PVC OU SILICONE COM VÁLVULA REMOVÍVEL, COM VOLUME DE 2000 A 2600 ML, COM TUBO PARA CONEXÃO PARA FONTE DE O2 SUPLEMENTAR COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 180 CM. TODOS OS COMPONENTES DEVERÃO SER DESMONTÁVEIS, PERMITINDO A LIMPEZA E REPROCESSAMENTO POR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, COM EXCEÇÃO DO BALÃO RESERVATÓRIO DE O2.	Unidade	INJEMEDIC MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	MEDICAL FLEX	De acordo	8240509 9006 Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou, porém o prospecto não deixa claro a seguinte exigência do edital: 1. Tubo para conexão para fonte de o2 suplementar com comprimento mínimo de 180 cm.	----- --	Classificação condicionada a empresa confirmar que o item atende a seguinte exigência do edital: 1. Tubo para conexão para fonte de o2 suplementar com comprimento mínimo de 180 cm.

1	59	47287 - BALÃO RESERVATÓRIO DE O2 P/REANIMADOR MANUAL ADULTO EM MATERIAL DE VINIL, PVC OU SILICONE COM VÁLVULA REMOVÍVEL, COM VOLUME DE 2000 A 2600 ML	UN	INJEMEDIC MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	MEDICAL FLEX	De acordo	8240509 9006Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou, porém o prospecto não deixa claro a seguinte exigência do edital: 1. Com volume de 2000 a 2600ml.	----- --	Classificação condicionada a empresa confirmar que o item atende a seguinte exigência do edital: 1. Com volume de 2000 a 2600ml.
-	60	46549 - REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO DE SILICONE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MÁSCARA FACIAL EM SILICONE, VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM MECANISMO INTERNO EM SILICONE, BALÃO DE VENTILAÇÃO EM SILICONE COM VOLUME INTERNO MÍNIMO DE 500 ML, BALÃO RESERVATÓRIO DE O2 EM MATERIAL DE VINIL, PVC OU SILICONE COM VÁLVULA REMOVÍVEL, COM VOLUME MÍNIMO DE 1.000 ML, COM TUBO PARA CONEXÃO PARA FONTE DE O2 SUPLEMENTAR COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 180 CM. TODOS OS COMPONENTES DEVERÃO SER DESMONTÁVEIS, PERMITINDO A LIMPEZA E REPROCESSAMENTO POR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, COM EXCEÇÃO DO BALÃO RESERVATÓRIO DE O2.	Unidade	INJEMEDIC MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	MEDICAL FLEX	De acordo	8240509 9006Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou, porém o prospecto não deixa claro a seguinte exigência do edital: 1. Com volume de 2000 a 2600ml.	----- --	Classificação condicionada a empresa confirmar que o item atende a seguinte exigência do edital: 1. Com volume de 2000 a 2600ml.
-	61	909598 - TRAQUEIA EM SILICONE 22 X 1600MM COMPRIMENTO TRAQUEIA 22 X 1600MM COMPRIMENTO	PC	PROMES LIFE MATERIAL HOSPITALAR E	VENTCARE Modelo: VENT-TS1600 AAA	Apresentou descrição resumida	8067704 9012, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal	Apresentou	----- --	Proposta de acordo com o edital, classificada.

		100% SILICONE AUTOCLAVAVEL COM CONECTOR LONGO NAO SEGMENTADO		COMERCIO LTDA	(conectores longo)	a do item.	ANVISA em 14/08/2026			
-	62	47330 - TUBO ENDOBRONQUIAL (TIPO CARLENS) Nº 35 DIREITO DESCARTÁVEL, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA DIREITA, COM GANCHO DE CARINA, 2 BALÕES DE ALTA PRESSÃO E BAIXO VOLUME E 2 BALÕES DE CONTROLE, COM ENCAIXES UNIVERSAIS PARA SERINGAS. ANÉIS DE MARCAÇÃO RADIOPACAS. EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO ANVISA.	UN	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BCI Medical	De acordo	10297020039, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou prospecto com vários modelos, sem identificar qual é o modelo ofertado.	----- --	Para continuidade da análise é necessário que a empresa indique no prospecto qual é o modelo que está sendo ofertado e que deverá ser analisado.
-	63	47334 - TUBO ENDOBRONQUIAL (TIPO CARLENS) Nº 35 ESQUERDO DESCARTÁVEL, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA ESQUERDA, COM GANCHO DE CARINA, 2 BALÕES DE ALTA PRESSÃO E BAIXO VOLUME E 2 BALÕES DE CONTROLE, COM ENCAIXES UNIVERSAIS PARA SERINGAS. ANÉIS DE MARCAÇÃO RADIOPACAS. EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO ANVISA.	UN	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VITAL GOLD FABRICANTE: HANGZHOU MODEL O/VERSÃO: 35 E C/ GANCHO	De acordo	10296900089, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou	----- --	Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	64	47331 - TUBO ENDOBRONQUIAL (TIPO CARLENS) Nº 37 DIREITO DESCARTÁVEL, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA DIREITA, COM GANCHO DE CARINA, 2 BALÕES DE ALTA PRESSÃO E BAIXO VOLUME E 2 BALÕES DE CONTROLE, COM ENCAIXES UNIVERSAIS PARA SERINGAS. ANÉIS DE MARCAÇÃO	UN	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BCI Medical	De acordo	10297020039, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou prospecto com vários modelos, sem identificar qual é o modelo ofertado	----- --	Para continuidade da análise é necessário que a empresa indique no prospecto qual é o modelo que está sendo ofertado e que deverá

		RADIOPACAS. EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO ANVISA.					o.		ser analisado.
-	65	47335 - TUBO ENDOBRONQUIAL (TIPO CARLENS) Nº 37 ESQUERDO DESCARTÁVEL, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA ESQUERDA, COM GANCHO DE CARINA, 2 BALÕES DE ALTA PRESSÃO E BAIXO VOLUME E 2 BALÕES DE CONTROLE, COM ENCAIXES UNIVERSAIS PARA SERINGAS. ANÉIS DE MARCAÇÃO RADIOPACAS. EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO ANVISA.	UN	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VITAL GOLD FABRICANTE: HANGZHOU MODEL O/VERSÃO: 37 E C/ GANCHO	De acordo	10296900089, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou ----- --	Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	66	47332 - TUBO ENDOBRONQUIAL (TIPO CARLENS) Nº 39 DIREITO DESCARTÁVEL, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA DIREITA, COM GANCHO DE CARINA, 2 BALÕES DE ALTA PRESSÃO E BAIXO VOLUME E 2 BALÕES DE CONTROLE, COM ENCAIXES UNIVERSAIS PARA SERINGAS. ANÉIS DE MARCAÇÃO RADIOPACAS. EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO ANVISA.	UN	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BCI Medical	De acordo	10297020039, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou prospecto com vários modelos, sem identificar qual é o modelo ofertado. ----- --	Para continuidade da análise é necessário que a empresa indique no prospecto qual é o modelo que está sendo ofertado e que deverá ser analisado.
-	67	47336 - TUBO ENDOBRONQUIAL (TIPO CARLENS) Nº 39 ESQUERDO DESCARTÁVEL, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA ESQUERDA, COM GANCHO DE CARINA, 2 BALÕES DE ALTA PRESSÃO E BAIXO VOLUME E 2 BALÕES DE CONTROLE, COM ENCAIXES UNIVERSAIS PARA	UN	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VITAL GOLD MODEL O/VERSÃO: 39 E C/ GANCHO	De acordo	10296900089, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em	Apresentou ----- --	Proposta de acordo com o edital, classificada.

		SERINGAS. ANÉIS DE MARCAÇÃO RADIOPACAS. EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO ANVISA.			O		14/08/2026		
-	68	47333 - TUBO ENDOBRONQUIAL (TIPO CARLENS) Nº 41 DIREITO DESCARTÁVEL, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA DIREITA, COM GANCHO DE CARINA, 2 BALÕES DE ALTA PRESSÃO E 2 BALÕES DE CONTROLE, COM ENCAIXES UNIVERSAIS PARA SERINGAS. ANÉIS DE MARCAÇÃO RADIOPACAS. EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO ANVISA.	UN	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	BCI Medical	De acordo	10297020039, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou prospecto com vários modelos, sem identificar qual é o modelo ofertado.	Para continuidade da análise é necessário que a empresa indique no prospecto qual é o modelo que está sendo ofertado e que deverá ser analisado.
-	69	47337 - TUBO ENDOBRONQUIAL (TIPO CARLENS) Nº 41 ESQUERDO DESCARTÁVEL, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA ESQUERDA, COM GANCHO DE CARINA, 2 BALÕES DE ALTA PRESSÃO E BAIXO VOLUME E 2 BALÕES DE CONTROLE, COM ENCAIXES UNIVERSAIS PARA SERINGAS. ANÉIS DE MARCAÇÃO RADIOPACAS. EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO ANVISA.	UN	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VITAL GOLD FABRICANTE: HANGZHOU MODEL O/VERSÃO: 41 E GANCHO	De acordo	10296900089, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
		47338 - TUBO ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN (TIPO ROBERT SHAW) Nº 35 DIREITO COM GUIA PARA VENTILAÇÃO PULMONAR SELETIVA E ANESTESIA. CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR				Apresen	80081499008,Reg	Apresentou vários prospectos,	Para continuidade da análise é necessário que empresa

-	70	BIOCOMPATÍVEL, PROVIDO DE 01 Y, 02 PROLONGADORES E 02 SONDAS DE ASPIRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	UN	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALA R LTDA	HFA CÓDIG O: LB5050 35R	tou especific ações comple mentare s ao descritiv o.	istro Anvisa Ativo, confirma do no Portal ANVISA em 14/08/20 26	porém não foi encontr ado o docume nto referent e ao modelo indicad o: LB5050 35R	----- --	apresente a seguinte exigência do edital: 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela) referente ao modelo indicado LB505035R.
-	71	47342 - TUBO ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN (TIPO ROBERT SHAW) Nº 35 ESQUERDO COM GUIA PARA VENTILAÇÃO PULMONAR SELETIVA E ANESTESIA. CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, PROVIDO DE 01 Y, 02 PROLONGADORES E 02 SONDAS DE ASPIRAÇÃO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, REGISTRO NA ANVISA.	UN	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALA R LTDA	HFA FABRIC ANTE: NINGB O FOYOM ED MEDIC AL INSTRU MENTS CO., LTD. MODEL O/VERS ÃO: LB5050 35L	Apresen tou especific ações comple mentare s ao descritiv o.	8008149 9008,Reg istro Anvisa Ativo, confirma do no Portal ANVISA em 14/08/20 26	Apresen tou vários prospec tos, porém não foi encontr ado o docume nto referent e ao modelo indicad o: LB5050 35L	----- --	Para continuidade da análise é necessário que empresa apresente a seguinte exigência do edital: 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela) referente ao modelo indicado LB505035L
-	72	47339 - TUBO ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN (TIPO ROBERT SHAW) Nº 37 DIREITO COM GUIA PARA VENTILAÇÃO PULMONAR SELETIVA E ANESTESIA. CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, PROVIDO DE 01 Y, 02 PROLONGADORES E	UN	IMPORT SERVICE MATERIAL	HFA FABRIC ANTE: NINGB O FOYOM ED MEDIC AL	Apresen tou especific ações comple	8008149 9008,Reg istro Anvisa Ativo, confirma	Apresen tou vários prospec tos, porém não foi encontr ado o	-----	Para continuidade da análise é necessário que empresa apresente a seguinte exigência do edital: 8.10.2 - Prospecto,

		02 SONDAS DE ASPIRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.		MEDICO HOSPITALAR LTDA	INSTRUMENTS CO., LTD. MODEL O/VERSÃO: LB505037R	mentares ao descritivo.	do no Portal ANVISA em 14/08/2026	documento referente ao modelo indicado: LB505037R	--	Ficha técnica, Imagem de site (print de tela) referente ao modelo indicado LB505037R
-	73	47343 - TUBO ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN (TIPO ROBERT SHAW) Nº 37 ESQUERDO COM GUIA PARA VENTILAÇÃO PULMONAR SELETIVA E ANESTESIA. CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, PROVIDO DE 01 Y, 02 PROLONGADORES E 02 SONDAS DE ASPIRAÇÃO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, REGISTRO NA ANVISA.	UN	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	HFA FABRICANTE: NINGBO FOYOMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. MODEL O/VERSÃO: LB505037L	Apresentou especificações complementares ao descritivo.	80081499008, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou vários prospectos, porém não foi encontrado o documento referente ao modelo indicado: LB505037L	----- --	Para continuidade da análise é necessário que empresa apresente a seguinte exigência do edital: 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela) referente ao modelo indicado LB505037L
-	74	47340 - TUBO ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN (TIPO ROBERT SHAW) Nº 39 DIREITO COM GUIA PARA VENTILAÇÃO PULMONAR SELETIVA E ANESTESIA. CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, PROVIDO DE 01 Y, 02 PROLONGADORES E 02 SONDAS DE ASPIRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	HFA FABRICANTE: NINGBO FOYOMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,	Apresentou especificações complementares ao descritivo.	80081499008, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em	Apresentou vários prospectos, porém não foi encontrado o documento referente ao	----- --	Para continuidade da análise é necessário que empresa apresente a seguinte exigência do edital: 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de

		ESTÉRIL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.			LTD. MODEL O/VERSÃO: LB5050 39R	o.	14/08/2026	modelo indicado: LB5050 39R	tela) referente ao modelo indicado LB505039R
-	75	47344 - TUBO ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN (TIPO ROBERT SHAW) Nº 39 ESQUERDO COM GUIA PARA VENTILAÇÃO PULMONAR SELETIVA E ANESTESIA. CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, PROVIDO DE 01 Y, 02 PROLONGADORES E 02 SONDAS DE ASPIRAÇÃO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, REGISTRO NA ANVISA.	UN	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	HFA FABRICANTE: NINGBO FOYOMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. MODEL O/VERSÃO: LB5050 39L	Apresentou especificações complementares ao descritivo.	80081499008, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou vários prospectos, porém não foi encontrado o documento referente ao modelo indicado: LB5050 39L	Para continuidade da análise é necessário que empresa apresente a seguinte exigência do edital: 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela) referente ao modelo indicado LB505039L
-	76	47341 - TUBO ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN (TIPO ROBERT SHAW) Nº 41 DIREITO COM GUIA PARA VENTILAÇÃO PULMONAR SELETIVA E ANESTESIA. CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, PROVIDO DE 01 Y, 02 PROLONGADORES E 02 SONDAS DE ASPIRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO,	UN	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	HFA FABRICANTE: NINGBO FOYOMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. MODEL O/VERSÃO:	Apresentou especificações complementares ao descritivo.	80081499008, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou vários prospectos, porém não foi encontrado o documento referente ao modelo indicado:	Para continuidade da análise é necessário que empresa apresente a seguinte exigência do edital: 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela) referente ao modelo

		COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.			LB5050 41R			LB5050 41R		indicado LB505041R
-	77	47345 - TUBO ENDOBRONQUIAL DUPLO LÚMEN (TIPO ROBERT SHAW) Nº 41 ESQUERDO COM GUIA PARA VENTILAÇÃO PULMONAR SELETIVA E ANESTESIA. CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, PROVIDO DE 01 Y, 02 PROLONGADORES E 02 SONDAS DE ASPIRAÇÃO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, REGISTRO NA ANVISA.	UN	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	HFA FABRICANTE: NINGBO FOYOMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. MODEL O/VERSÃO: LB5050 41L	Apresentou especificações complementares ao descritivo.	8008149 9008, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou vários prospectos, porém não foi encontrado o documento referente ao modelo indicado: LB5050 41L	----- --	Para continuidade da análise é necessário que empresa apresente a seguinte exigência do edital: 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela) referente ao modelo indicado LB505041L
-	78	47314 - TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 6.5 COM BALÃO CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL COM ANÉIS EM AÇO INOX, CONECTOR FIXO, VÁLVULA PARA SERINGAS LUER-LOCK, RADIOPACA, GRADUADA, SILICONIZADA, ISENTA DE LÁTEX, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM ESTÉRIL CONTENDO Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	UN	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX	Apresentou descrição resumida do item.	Não apresentou	Não apresentou	----- --	Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado.
		47315 - TUBO								

-	79	ENDOTRAQUEAL ARAMADO 7.0 COM BALÃO CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL COM ANÉIS EM AÇO INOX, CONECTOR FIXO, VÁLVULA PARA SERINGAS LUER- LOCK, RADIOPACA, GRADUADA, SILICONIZADA, ISENTA DE LÁTEX, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM ESTÉRIL CONTENDO Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	UN	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALA R LTDA	HFA FABRIC ANTE: NINGB O FOYOM ED MEDIC AL INSTRU MENTS CO., LTD. MODEL O/VERS ÃO: LB5040 70C	Apresen tou especific ações comple mentare s ao descriativ o.	8008149 9004,Reg istro Anvisa Ativo, confirma do no Portal ANVISA em 14/08/20 26	Apresen tou	----- --	Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	80	47316 - TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 7.5 COM BALÃO CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL COM ANÉIS EM AÇO INOX, CONECTOR FIXO, VÁLVULA PARA SERINGAS LUER- LOCK, RADIOPACA, GRADUADA, SILICONIZADA, ISENTA DE LÁTEX, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM ESTÉRIL CONTENDO Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	UN	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALA R LTDA	HFA FABRIC ANTE: NINGB O FOYOM ED MEDIC AL INSTRU MENTS CO., LTD. MODEL O/VERS ÃO: LB5040 75C	Apresen tou especific ações comple mentare s ao descriativ o.	8008149 9004, Registro Anvisa Ativo, confirma do no Portal ANVISA em 14/08/20 26	Apresen tou	----- --	Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	81	47317 - TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 8.0 COM BALÃO CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL COM ANÉIS EM AÇO INOX, CONECTOR FIXO, VÁLVULA PARA SERINGAS LUER- LOCK, RADIOPACA, GRADUADA, SILICONIZADA, ISENTA DE LÁTEX,	UN	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALA R LTDA	HFA FABRIC ANTE: NINGB O FOYOM ED MEDIC AL INSTRU MENTS CO.,	Apresen tou especific ações comple mentare s ao descriativ o.	8008149 9004, Registro Anvisa Ativo, confirma do no Portal ANVISA em	Apresen tou	----- --	Proposta de acordo com o edital, classificada.

		DESCARTÁVEL. EMBALAGEM ESTÉRIL CONTENDO Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.			LTD. MODEL O/VERS ÃO: LB5040 80C	o.	14/08/20 26			
-	82	47318 - TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 8.5 COM BALÃO CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL COM ANÉIS EM AÇO INOX, CONECTOR FIXO, VÁLVULA PARA SERINGAS LUER- LOCK, RADIOPACA, GRADUADA, SILICONIZADA, ISENTA DE LÁTEX, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM ESTÉRIL CONTENDO Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	UN	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALA R LTDA	HFA MARCA: HFA/NI NGBO FOYOM ED MEDIC AL INSTRU MENTS CO., LTD. MODEL O/VERS ÃO: LB5040 85C	Apresen tou especific ações comple mentare s ao descritiv o.	8008149 9004, Registro Anvisa Ativo, confirma do no Portal ANVISA em 14/08/20 26	Apresen tou	----- --	Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	83	47319 - TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 9.0 COM BALÃO CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL COM ANÉIS EM AÇO INOX, CONECTOR FIXO, VÁLVULA PARA SERINGAS LUER- LOCK, RADIOPACA, GRADUADA, SILICONIZADA, ISENTA DE LÁTEX, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM ESTÉRIL CONTENDO Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	UN	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALA R LTDA	HFA MARCA: HFA/NI NGBO FOYOM ED MEDIC AL INSTRU MENTS CO., LTD. MODEL O/VERS ÃO: LB5040 90C	Apresen tou especific ações comple mentare s ao descritiv o.	8008149 9004, Registro Anvisa Ativo, confirma do no Portal ANVISA em 14/08/20 26	Apresen tou	----- --	Proposta de acordo com o edital, classificada.
		47290 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2.0 SEM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGUAR A VENTILAÇÃO								

-	84	UN	MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX	Apresentou descrição resumida do item.	Não apresentou	Não apresentou	----- --	Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado.
			47291 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2.5 SEM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO,							Para continuidade da análise, é necessário que a

-	85	APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	UN	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX	Apresentou descrição resumida do item.	Não apresentou	Não apresentou	----- --	empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado.
-	86	47300 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3.0 COM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM	UN	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX	Apresentou descrição resumida do item.	Não apresentou	Não apresentou	----- --	Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica,

		ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; BALÃO (CUFF): DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME PARA VEDAÇÃO EFICAZ, COM BALÃO PILOTO PARA INDICAÇÃO DE INSUFLAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.							Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado.
-	87	47292 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3.0 SEM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO;	UN	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX	Apresentou descrição resumida do item.	Não apresentou	Não apresentou	----- -- Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado.

		EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.								
-	88	47301 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3.5 COM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFE CCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; BALÃO (CUFF): DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME PARA VEDAÇÃO EFICAZ, COM BALÃO PILOTO PARA INDICAÇÃO DE INSUFLAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE,	UN	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAME NTOS HOSPITALA RES LTDA	MEDIX	Apresen tou descriçã o resumid a do item.	Não apresent ou	Não apresen tou	----- --	Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado.

		PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.							
-	89	47293 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3.5 SEM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFE CCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	UN	AABA COMERCIO DE EQUIPAME NTOS MEDICOS LTDA	BCI Medical	De acordo	1029702 0103, Registro Anvisa Ativo, confirma do no Portal ANVISA em 14/08/20 26	Apresen tou prospec to com diverso s modelo s e tamanh os.	----- -- A empresa apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo.
		47302 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4.0 COM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES.							

-	90	TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; BALÃO (CUFF): DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME PARA VEDAÇÃO EFICAZ, COM BALÃO PILOTO PARA INDICAÇÃO DE INSUFLAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	UN	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX	Apresentou descrição resumida do item.	Não apresentou	Não apresentou	----- --	Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado.
		47294 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4.0 SEM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU								Para continuidade

-	91	MATERIAL SIMILAR BIOCAMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	UN	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX	Apresentou descrição resumida do item.	Não apresentou	Não apresentou	----- --	da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado.
-	92	47295 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4.5 SEM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCAMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA	UN	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX	Apresentou descrição resumida do item.	Não apresentou	Não apresentou	----- --	Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de

		DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.							site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado.	
-	93	47304 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5.0 COM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFE CCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; BALÃO (CUFF): DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME PARA VEDAÇÃO EFICAZ, COM BALÃO PILOTO PARA INDICAÇÃO DE INSUFLAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM	UN	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAME NTOS HOSPITALA RES LTDA	MEDIX	Apresen tou descriçã o resumid a do item.	Não apresent ou	Não apresen tou	----- --	Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado.

		EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.								
-	94	47296 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5.0 SEM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	UN	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX	Apresentou descrição resumida do item.	Não apresentou	Não apresentou	----- --	Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado.

-	95	47297 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5.5 SEM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	UN	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX	Apresentou descrição resumida do item.	Não apresentou	Não apresentou	----- --	Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado.
		47306 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6.0 COM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO								

-	96	ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; BALÃO (CUFF): DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME PARA VEDAÇÃO EFICAZ, COM BALÃO PILOTO PARA INDICAÇÃO DE INSUFLAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	UN	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX	Apresentou descrição resumida do item.	Não apresentou	Não apresentou	----- --	Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado.
		47298 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6.0 SEM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM								Para continuidade da análise, é necessário que a

-	97	LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	UN	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX	Apresentou a descrição resumida do item.	Não apresentou	Não apresentou	----- --	empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado.
-	98	47307 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6.5 COM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM	UN	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX	Apresentou a descrição resumida do item.	Não apresentou	Não apresentou	----- --	Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica,

		ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; BALÃO (CUFF): DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME PARA VEDAÇÃO EFICAZ, COM BALÃO PILOTO PARA INDICAÇÃO DE INSUFLAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.		RES LTDA					Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado.
-	99	47299 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6.5 SEM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE	UN	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX	Apresentou descrição resumida do item.	Não apresentou	Não apresentou	----- -- Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado.

		VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.								
-	100	47308 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7.0 COM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFE CCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; BALÃO (CUFF): DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME PARA VEDAÇÃO EFICAZ, COM BALÃO PILOTO PARA INDICAÇÃO DE INSUFLAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,	UN	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA	MEDIX MEDIX CX C/25	De acordo	8049551 0045, Registro Anvisa Ativo, confirma do no Portal ANVISA em 14/08/20 26	Apresen tou prospec to com diverso s modelo s e tamanh os.	----- --	A empresa apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo.

		CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.							
-	10 1	47309 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7.5 COM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; BALÃO (CUFF): DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME PARA VEDAÇÃO EFICAZ, COM BALÃO PILOTO PARA INDICAÇÃO DE INSUFLAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	UN	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX MEDIX CX C/25	De acordo	80495510045, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos.	----- -- Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo.
		47310 - TUBO							

-	10 2	ENDOTRAQUEAL Nº 8.0 COM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; BALÃO (CUFF): DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME PARA VEDAÇÃO EFICAZ, COM BALÃO PILOTO PARA INDICAÇÃO DE INSUFLAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	UN	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX MEDIX CX C/25	De acordo	80495510045, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos.	----- --	A empresa apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo.
		47311 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8.5 COM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS								

-	103	EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; BALÃO (CUFF): DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME PARA VEDAÇÃO EFICAZ, COM BALÃO PILOTO PARA INDICAÇÃO DE INSUFLAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	UN	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX MEDIX CX C/25	De acordo	80495510045, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos.	----- --	A empresa apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo.
		47312 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 9.0 COM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM								

-	104	CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; BALÃO (CUFF): DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME PARA VEDAÇÃO EFICAZ, COM BALÃO PILOTO PARA INDICAÇÃO DE INSUFLAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	UN	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX MEDIX CX C/25	De acordo	80495510045, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos.	----- --	A empresa apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo.
		47313 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 9.5 COM BALÃO UTILIZADO PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO MECÂNICA E A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS EM PACIENTES. TUBO TRANSPARENTE DE USO ÚNICO, COM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, COM LINHA RADIOPACA EM TODA SUA								

-	105	EXTENSÃO; MARCAÇÕES: GRADUAÇÃO NUMÉRICA EM CENTÍMETROS PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO; PONTA DISTAL: ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIO PARA ASPIRAÇÃO; BALÃO (CUFF): DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME PARA VEDAÇÃO EFICAZ, COM BALÃO PILOTO PARA INDICAÇÃO DE INSUFLAÇÃO; CONECTOR: PADRÃO 15 MM, UNIVERSAL, PARA CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	UN	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA	MEDIX MEDIX CX C/25	De acordo	8049551 0045, Registro Anvisa Ativo, confirma do no Portal ANVISA em 14/08/20 26	Apresen tou prospec to com diverso s modelo s e tamanh os.	----- --	A empresa apresentou prospecto com diversos modelos e tamanhos. Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo.
-	106	47320 - TUBO ENDOTRAQUEAL POLAR NORTE Nº 6.5 CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER- LOCK, GRADUADA, COM LINHA RADIOPACA E CONTÍNUA EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO ANVISA.	UN	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALA R LTDA	HFA FABRIC ANTE: /NINGB O FOYOM ED MEDIC AL INSTRU MENTS CO., LTD. MODEL O/VERS ÃO: LB5030 65C	Apresen tou especific ações comple mentare s ao descritiv o.	8008149 9006,Reg istro Anvisa Ativo, confirma do no Portal ANVISA em 14/08/20 26	Apresen tou	----- --	Proposta de acordo com o edital, classificada.
		47321 - TUBO ENDOTRAQUEAL POLAR NORTE Nº 7.0 CONFECCIONADO								

-	107	EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, GRADUADA, COM LINHA RADIOPACA CONTÍNUA E EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO ANVISA.	UN	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	HFA FABRICANTE: /NINGBO FOYOMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. MODEL O/VERSÃO: LB5030 70C	Apresentou especificações complementares ao descritivo.	80081499006, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou	----- --	Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	108	47322 - TUBO ENDOTRAQUEAL POLAR NORTE Nº 7.5 CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, GRADUADA, COM LINHA RADIOPACA CONTÍNUA E EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO ANVISA.	UN	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	HFA FABRICANTE: /NINGBO FOYOMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. MODEL O/VERSÃO: LB5030 75C	Apresentou especificações complementares ao descritivo.	80081499006, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou	----- --	Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	109	47323 - TUBO ENDOTRAQUEAL POLAR NORTE Nº 8.0 CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, GRADUADA, COM LINHA RADIOPACA CONTÍNUA E EXTREMIDADE	UN	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	HFA FABRICANTE: /NINGBO FOYOMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. MODEL O/VERS	Apresentou especificações complementares ao descritivo.	80081499006, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou	----- --	Proposta de acordo com o edital, classificada.

		RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO ANVISA.			ÃO: LB5030 80C					
-	110	47325 - TUBO ENDOTRAQUEAL POLAR SUL Nº 6.5 CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER- LOCK, GRADUADA, COM LINHA RADIOPACA CONTÍNUA E EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO ANVISA.	UN	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALA R LTDA	HFA FABRIC ANTE: /NINGB O FOYOM ED MEDIC AL INSTRU MENTS CO., LTD. MODEL O/VERS ÃO: LB5020 65C	Apresen tou especific ações comple mentare s ao descritiv o.	8008149 9006,Reg istro Anvisa Ativo, confirma do no Portal ANVISA em 14/08/20 26	Apresen tou	----- --	Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	111	47326 - TUBO ENDOTRAQUEAL POLAR SUL Nº 7.0 CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER- LOCK, GRADUADA, COM LINHA RADIOPACA CONTÍNUA E EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO ANVISA.	UN	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALA R LTDA	HFA FABRIC ANTE: /NINGB O FOYOM ED MEDIC AL INSTRU MENTS CO., LTD. MODEL O/VERS ÃO: LB5020 70C	Apresen tou especific ações comple mentare s ao descritiv o.	8008149 9006,Reg istro Anvisa Ativo, confirma do no Portal ANVISA em 14/08/20 26	Apresen tou	----- --	Proposta de acordo com o edital, classificada.
		47327 - TUBO ENDOTRAQUEAL POLAR SUL Nº 7.5 CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL COM SILICONE			HFA FABRIC ANTE: /NINGB		8008149 9006,Reg			

-	112	(TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, GRADUADA, COM LINHA RADIOPACA CONTÍNUA E EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO ANVISA.	UN	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	O FOYOMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. MODEL O/VERSÃO: LB502075C	Apresentou especificações complementares ao descritivo.	Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou	----- --	Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	113	47328 - TUBO ENDOTRAQUEAL POLAR SUL Nº 8.0 CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, GRADUADA, COM LINHA RADIOPACA CONTÍNUA E EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO ANVISA.	UN	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	HFA FABRICANTE: /NINGBO FOYOMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. MODEL O/VERSÃO: LB502080C	Apresentou especificações complementares ao descritivo.	80081499006, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou	----- --	Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	114	47329 - TUBO ENDOTRAQUEAL POLAR SUL Nº 8.5 CONFECCIONADO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) OU MATERIAL SIMILAR BIOCOMPATÍVEL COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, GRADUADA, COM LINHA RADIOPACA CONTÍNUA E EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO	UN	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	HFA FABRICANTE: /NINGBO FOYOMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. MODEL O/VERSÃO: LB502085C	Apresentou especificações complementares ao descritivo.	80081499006, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou	----- --	Proposta de acordo com o edital, classificada.

		DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO ANVISA.							
-	115	12560 - UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO COM ROSCA DE METAL E FRASCO PLÁSTICO 250 ML, SEM EXTENSÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA RESPONSÁVEL TÉCNICO.	Unidade	PROMES LIFE MATERIAL HOSPITALAR E COMERCIO LTDA	VENTCARE Modelo: VENT68M	Apresentou descrição resumida do item.	80677040012, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou	----- -- Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	116	43086 - VÁLVULA EXALATÓRIA DE CO2 PARA VENTILADOR BIPAP E CPAP VÁLVULA EXALATÓRIA DE CO2 (MEDIDAS: INTERNAS 15 MM X EXTERNA 22 MM) COM TAMPINHA DE VEDAÇÃO SOBRE O PINO EM SILICONE. DEVE POSSUIR REGISTRO/ISENÇÃO NO MS/ANVISA.	Unidade	PROMES LIFE MATERIAL HOSPITALAR E COMERCIO LTDA	VENTCARE Modelo: VENT21	Apresentou descrição resumida do item.	80677040003, Registro Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresentou ficha técnica com dois itens com medidas diferentes.	----- -- Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra o tamanho exigido neste descritivo.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Análise Schmidt Nicacio, Servidor(a) Público(a)**, em 14/08/2026, às 11:33, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30540509** e o código CRC **DA42D973**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.123700-1

30540509v13