



MEMORANDO SEI Nº 0020089445/2024 - HMSJ.SUP.CAME

Joinville, 09 de fevereiro de 2024.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 061/2024.**Objeto:** Aquisição de Materiais de Uso Hospitalar.

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0020078018), segue a análise técnica solicitada:

| Item | Material/Serviço | Unid. medida | Fornecedor | Marca | Proposta de acordo com o edital? | 8.10.1- registro Anvisa | 8.10.2- Prospecto | 11.2- Amostra | Parecer |
|------|--|--------------|---|----------------|--|---|-------------------|---------------|--|
| 2 | 910683 - PLACA ELETROCIRURGICA PLACA DE RETORNO (PLACA TERRA) DESCARTAVEL, ADULTO, RECOBERTA COM POLIMERO HIDROGEL CONDUTOR QUE ADAPTA-SE TOTALMENTE A REGIÃO DO CORPO ONDE ESTÁ SENDO APLICADA, COM BORDAS ADESIVAS QUE IMPEÇAM A PENETRAÇÃO DE FLUIDOS NA ZONA DE CONTATO, POSSUIR SISTEMA DE MONITORAÇÃO DA QUALIDADE DE CONTATO QUE IMPEÇA QUEIMADURAS POR FUGA DE CORRENTE (COMPATIVEL COM SISTEMA REM), QUE BLOQUEIA O USO DO BISTURI ELETRICO QUANDO OCORRER QUEDA NO SINAL DE IMPEDANCIA, BIPARTIDA, SEM CABO CONECTOR ELETRICO. | PC | TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA | DBI/MEDPEX/A20 | Não deixa claro todas as exigências do edital. | 80722800013, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA. | Apresentou | Exige | Proposta de acordo com o edital, Classificada - não há a necessidade de apresentar amostra - marca já utilizada e aprovada pela equipe técnica em processo anterior. |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COMPATIVEL COM O CABO/CONECTOR DOS BISTURIS ELETRICOS WEN, MODELO SS-500; VALLEYLAB MODELO FORCE 2, BIRTCHER MODELO 4400 POWER PLUS. | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Daiana Aparecida Rodrigues Mendes, Coordenador(a)**, em 14/02/2024, às 09:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020089445** e o código CRC **AEB796ED**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.294509-8

0020089445v9