



## Prefeitura de Joinville

### MEMORANDO SEI Nº 0018248667/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 04 de setembro de 2023.

À

SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 145/2023.

**Objeto:** Aquisição de materiais de enfermagem (insumos para punção, infusão e monitoração) para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria Municipal da Saúde.

Em atenção aos memorandos SEI nº 0017828286/2023 e 0017841978/2023, seguem as análises técnicas solicitadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Proposta de acordo com o edital?	8.10.1 Registro ANVISA	Parecer
46	909436 - CATETER DUPLO LUMEN PARA PUNCAO DE SUBCLAVIA 16G-18G X 20 CM (7Fr) CATETER DUPLO LUMEN PARA PUNCAO DE SUBCLAVIA , TAMANHO 16G-18GX20CM/7 Fr. CONFECCIONADO EM POLIURETANO, RADIOPACO, SILICONIZADO, GRADUADO EM CENTIMETROS. CONEXÕES LUER LOCK, REDUTOR DE SUTURA, AGULHA DE PUNCAO, DILATADOR, FIO GUIA METALICO, COM PONTA EM "J", SERINGA LUER LOCK ENTRE 03 E 10 ML . EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DE ESTERILIZACAO E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Cota principal 75%	PC	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS HOSPITALARES SA	Safecath/ BEIJING TARGET MEDICAL MMCVCBJ2-70-20	De acordo	10256400078, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Proposta Classificada, apta a apresentar amostras.
101	13182 - TAMPA PROTETORA DE DISPOSITIVO DE INFUSÃO TAMPA PROTETORA DE CONECTOR LUER LOCK MACHO/FÊMEA PARA VEDAÇÃO DE	Peças	ALDREY PAUCIO DA SILVA	Vitalgold	Proposta descreve TAMPA PROTETORA DE DISPOSITIVO DE INFUSÃO e anexou ficha técnica com	10296900130, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA	Classificação da proposta condicionada a empresa confirmar que o produto ofertado é o item "TAMPA LUER LOCK VITAL

	DISPOSITIVOS EM SISTEMA DE INFUSÃO (SERINGAS, EQUIPO ETC). DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.				diversos itens, não deixando claro qual o produto está sendo ofertado.		GOLD" constante na página 6 da proposta (primeira imagem da página "3" da ficha técnica apresentada).
105	5157 - ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO (23G) ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO QUE RECOBRE A AGULHA APÓS A PUNÇÃO, ESPECIAL PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, COM ADAPTADOR FIXO NA AGULHA OU SEPARADO (CASO SEPARADO ENVIAR NO MÍNIMO 1 ADAPTADOR PARA CADA 100 AGULHAS, O ADAPTADOR DEVE POSSUIR MECANISMO AUTOMÁTICO DE DESCARTE DA AGULHA ), PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO EM VINIL FLEXÍVEL, COM 17 A 19 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 23G, ASAS FLEXÍVEIS, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 A 100 UNIDADES CADA.. Cota reservada 25%	Unidade	CPC COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Cral/ Vacuplast	De acordo	10379860063 e 10379860214- Registros Ativos, confirmado no Portal	Na proposta a empresa indicou a oferta de escalpe com dispositivo de segurança, porém, apesar do edital não exigir, anexou ficha técnica com vários produtos, inclusive, escalpe sem dispositivo de segurança (não consta escalpe com dispositivo no documento). Além disso, o edital exige escalpe com adaptador fixo na agulha ou separado e caso seja separado, deverá ser enviado no mínimo 1 adaptador para cada 100 agulhas e o adaptador deve possuir mecanismo automático de descarte da agulha.  Para evitar custos à empresa pelo envio de itens que não atendem o edital, solicitamos que a empresa confirme as seguintes exigências:  1- O item ofertado possui dispositivo de segurança?  2- O item ofertado possui adaptador fixo na agulha ou separado? Caso

							<p>seja separado, a empresa encaminhará no mínimo 1 adaptador para cada 100 agulhas?</p> <p>3- O adaptador possui mecanismo automático de descarte da agulha?</p> <p>Caso a empresa confirme o atendimento a todos os questionamentos acima está apta a apresentar amostras; caso negativo, a proposta esta reprovada, não havendo a necessidade de apresentar amostras.</p>
106	<p>5157 - ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO (23G) ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO QUE RECOBRE A AGULHA APÓS A PUNÇÃO, ESPECIAL PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, COM ADAPTADOR FIXO NA AGULHA OU SEPARADO (CASO SEPARADO ENVIAR NO MÍNIMO 1 ADAPTADOR PARA CADA 100 AGULHAS, O ADAPTADOR DEVE POSSUIR MECANISMO AUTOMÁTICO DE DESCARTE DA AGULHA ), PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO EM VINIL FLEXÍVEL, COM 17 A 19 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 23G, ASAS FLEXÍVEIS, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 A 100 UNIDADES CADA.. Cota principal 75%</p>	Unidade	CPC COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Cral/ Vacuplast	De acordo	10379860063 e 10379860214- Registros Ativos, confirmado no Portal	<p>Na proposta a empresa indicou a oferta de escalpe com dispositivo de segurança, porém, apesar do edital não exigir, anexou ficha técnica com vários produtos, inclusive, escalpe sem dispositivo de segurança (não consta escalpe com dispositivo no documento). Além disso, o edital exige escalpe com adaptador fixo na agulha ou separado e caso seja separado, deverá ser enviado no mínimo 1 adaptador para cada 100 agulhas e o adaptador deve possuir mecanismo automático de descarte da agulha.</p> <p>Para evitar custos à empresa pelo envio de itens que não</p>

							<p>atendem o edital, solicitamos que a empresa confirme as seguintes exigências:</p> <p>1- O item ofertado possui dispositivo de segurança?</p> <p>2- O item ofertado possui adaptador fixo na agulha ou separado? Caso seja separado, a empresa encaminhará no mínimo 1 adaptador para cada 100 agulhas?</p> <p>3- O adaptador possui mecanismo automático de descarte da agulha?</p> <p>Caso a empresa confirme o atendimento a todos os questionamentos acima está apta a apresentar amostras; caso negativo, a proposta esta reprovada, não havendo a necessidade de apresentar amostras.</p>
107	<p>5156 - Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo (21G) Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo medindo 32x0,8mm ou 25x0,8mm (21G), com dispositivo de segurança que após a coleta de sangue será acionado e recobrirá completamente a agulha, bisel trifacetado, siliconizada, estéril. O adaptador deve ser fixo na agulha ou separado (caso separado enviar no mínimo 1 adaptador para cada 100 agulhas, o adaptador deve possuir mecanismo automático de descarte da agulha ). Embalagem unitária em</p>	Unidade	<p>CSMED PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA</p>	UNIQUMED	De acordo	<p>80155470346, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA - agulha</p> <p>80155470344, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA - adaptador</p>	<p>Proposta classificada, apta a apresentar amostra</p>

plástico com lacre de segurança em papel, contendo calibre da agulha, número do lote e validade. Apresentação: caixas em papelão com 40 a 100 unidades cada. Cota reservada 25%						
---	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 04/09/2023, às 11:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018248667** e o código CRC **A7ABFD64**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.077252-8

0018248667v2