



MEMORANDO SEI Nº 27507980/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 13 de novembro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 436/2025.

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Insumos para Infusão.

Em atenção ao memorando SEI nº 27489063, seguem as análises solicitadas:

Item	Tratamento	Material/Serviço	Unidade	Fornecedor	Marca Registrada	Modelo (Proposta)	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - ANVISA	8.10.2 - Prospecto, ficha técnica, imagem de site	11 - Amostras	Parecer
1	Normal	25582 - BOMBA ELASTOMÉRICA DE INFUSÃO 2 ML/H, PRA INFUSÃO DE ATÉ 2 DIAS SISTEMA DE INFUSÃO ELASTOMÉRICO POR PRESSÃO POSITIVA PARA TERAPIA DE INFUSÃO A CURTO E LONGO	Unidade	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SAMTRONIC	Bomba Infusora® Basal 100mL	De acordo.	10188539011 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou	Exige	O edital exige dispositivo limitador de fluxo. No prospecto, não há informações acerca do disposit

		PRAZO, DESCARTÁVEL, PORTÁTIL, NÃO ELÉTRICO, LIVRE DE LÁTEX E DHEP NO EQUIPO, COM CAPACIDADE DE 100 ML, QUE GARANTA O FLUXO CORRETO E TENHA FORMATO QUE GARANTA A COMODIDADE DO PACIENTE. COM CONECTORES REFORÇADOS E LINHAS ANTIDOBRA. COM PORTA DE ENCHIMENTO COM TAMPA E SISTEMA OCLUSOR, DISPOSITIVO LIMITADOR DE FLUXO, COM ACESSÓRIOS PARA SISTEMA FECHADO, TUBO EXTENSOR, FILTRO DE AR RESIDUAL, GRADUAÇÃO DE VOLUME, CLAMP, TAMPA. ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO.							ivo limitado or de fluxo. Para a continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme: 1 - Que o item ofertado possui dispositivo limitado or de fluxo. É necessário o envio de amostras, conforme exigência do edital.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

		O, VALIDADE, LOTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS EMISSÃO DA NF. Cota Principal									
2	Exclusivo 25%	25582 - BOMBA ELASTOMÉRICA DE INFUSÃO 2 ML/H, PARA INFUSÃO DE ATÉ 2 DIAS SISTEMA DE INFUSÃO ELASTOMÉRICO POR PRESSÃO POSITIVA PARA TERAPIA DE INFUSÃO A CURTO E LONGO PRAZO, DESCARTÁVEL, PORTÁTIL, NÃO ELÉTRICO, LIVRE DE LÁTEX E DHEP NO EQUIPO, COM CAPACIDADE DE 100 ML, QUE GARANTA O FLUXO CORRETO E TENHA FORMATO QUE GARANTA A COMODIDADE DO PACIENTE. COM CONECTORES REFORÇADOS E LINHAS ANTIDOBRA. COM PORTA DE ENCHIMENTO COM TAMPA E SISTEMA	Unidade	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MEDIX	---	De acordo.	80495519107 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou (página 3-4)	Exige	<p>O edital exige dispositivo limitador de fluxo. No prospecto, não há informações acerca do dispositivo limitador de fluxo.</p> <p>Para a continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme:</p> <p>1 - Que o item ofertado possui dispositivo limitador de fluxo.</p>

		OCLUSOR, DISPOSITIVO LIMITADOR DE FLUXO, COM ACESSÓRIOS PARA SISTEMA FECHADO, TUBO EXTENSOR, FILTRO DE AR RESIDUAL, GRADUAÇÃO DE VOLUME, CLAMP, TAMPA. ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALM ENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃ O, PROCEDÊNCIA , TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃ O, VALIDADE, LOTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS EMISSÃO DA NF. Cota Reservada até 25%									É necessá rio o envio de amostra s, confor me exigênc ia do edital.
5	Exclu sivo	909161 - CATETER EPIDURAL CONTINUO 16G COM MANDRIL CATETER EPIDURAL CONTINUO CALIBRE 16G EM VIALON OU POLIAMIDA, RADIOPACO, SILICONIZADO , COM COMPRIMENT	Unid ade	LIV SOLU COES EM SAUD E LTDA	PORTE X	100.38 2.116	A propost a apresen ta descriti vo resumi do.	802289 90108 - Registr o válido até 10/10/2 6. Confir mado no portal da ANVIS A.	Aprese ntou (página s 5-7)	---	O edital exige cateter epidura l continu o 16G . O prospec to indica Cateter Epidura l 19G .

		O MINIMO DE 800MM, COM MARCAS DE COMPRIMENT O PARA CONTROLE DA POSICAO DO CATETER, COM PONTA ROMBA E TRES ORIFICIOS LATERAIS, COM CONECTOR LUER LOCK. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL. DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DO LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.									Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme: 1 - Que o item ofertado atende a exigência do edital: cateter epidural contínuo 16G . Para a confirmação do questionamento, é necessário o envio de documentação comprobatória.
18	Normal	909436 - CATETER DUPLO LUMEN PARA PUNCAO DE SUBCLAVIA 16G-18G X 20 CM (7Fr) CATETER DUPLO LUMEN PARA	PC	ALTER NATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	BIOMEDICAL	---	De acordo	10196320068 - Registro válido até 16/12/2019. Confirmado no	Apresentou (página 6)	Exige	O edital exige tamanho 16G-18GX20CM/7Fr. O prospecto menciona seis

		<p>PUNCAO DE SUBCLAVIA, TAMANHO 16G-18GX20CM/7 Fr. CONFECCIONADO EM POLIURETANO, RADIOPACO, SILICONIZADO, GRADUADO EM CENTIMETROS. CONEXÕES LUER LOCK, REDUTOR DE SUTURA, AGULHA DE PUNCAO, DILATADOR, FIO GUIA METALICO, COM PONTA EM "J", SERINGA LUER LOCK ENTRE 03 E 10 ML. EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DE ESTERILIZACAO E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Cota Principal</p>					portal da ANVISA.		<p>medidas: 4FRx13cm, 4FRx30cm, 5FRx13cm, 7FRx15cm, 7FRx20cm e 7FRx30cm.</p> <p>Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme:</p> <p>1 - Que o item ofertado possui o tamanho de 16G-18GX20CM/7 Fr.</p> <p>É necessário o envio de amostras, conforme exigência do edital.</p>
--	--	---	--	--	--	--	-------------------	--	--

19	Exclusivo 25%	909436 - CATETER DUPLO LUMEN PARA PUNCAO DE SUBCLAVIA 16G-18G X 20 CM (7Fr) CATETER DUPLO LUMEN PARA PUNCAO DE SUBCLAVIA, TAMANHO 16G-18GX20CM/7 Fr. CONFECCIONADO EM POLIURETANO, RADIOPACO, SILICONIZADO, GRADUADO EM CENTIMETROS. CONEXÕES LUER LOCK, REDUTOR DE SUTURA, AGULHA DE PUNCAO, DILATADOR, FIO GUIA METALICO, COM PONTA EM "J", SERINGA LUER LOCK ENTRE 03 E 10 ML. EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DE ESTERILIZACAO E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Cota Reservada até 25%	PC	ALTER NATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	BIOMEDICAL	---	De acordo.	10196320068 - Registro válido até 16/12/29. Confirmado no portal da ANVISA.	Aparentou (página 6)	Exige	<p>O edital exige tamanho 16G-18GX20CM/7 Fr. O prospecto menciona seis medidas: 4FRx13cm, 4FRx30cm, 5FRx13cm, 7FRx15cm, 7FRx20cm e 7FRx30cm.</p> <p>Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme:</p> <p>1 - Que o item ofertado possui o tamanho de 16G-18GX20CM/7 Fr.</p> <p>É necessária</p>
----	---------------	---	----	--	------------	-----	------------	---	----------------------	-------	---

											rio o envio de amostras, conforme exigência do edital.
20	Normal	911192 - CATETER MONO LUMEN 16G X 20 CM (7 Fr) CATETER MONO LUMEN 16G X 20CM (7Fr) PARA PUNCAO DE ACESSO VENOSO CENTRAL, EM POLIURETANO, RADIOPACO, SILICONIZADO, FLEXIVEL, ESTERIL, DESCARTAVEL, ATOXICO, HIPOALERGENICO, APIROGENICO. EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL.DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DO LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Cota Principal	PC	ALTER NATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	BIOMEDICAL	---	De acordo	10196320050 - Registro válido até 26/12/2026. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou (página 8)	Exige	Proposta de acordo com o edital, classificada. É necessário o envio de amostras, conforme exigência do edital.
21	Exclusivo 25%	911192 - CATETER MONO LUMEN 16G X 20 CM (7 Fr) CATETER MONO LUMEN 16G X 20CM (7Fr) PARA	PC	ALTER NATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	BIOMEDICAL	---	De acordo	10196320050 - Registro válido até 26/12/2026.	Apresentou (página 8)	Exige	Proposta de acordo com o edital, classificada.

		PUNCAO DE ACESSO VENOSO CENTRAL, EM POLIURETANO, RADIOPACO, SILICONIZADO, FLEXIVEL, ESTERIL, DESCARTAVEL, ATOXICO, HIPOALERGENICO, APIROGENICO. EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL.DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DO LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Cota Reservada até 25%		R LTDA				Confirmado no portal da ANVISA.			É necessário o envio de amostras, conforme exigência do edital.
22	Exclusivo	911121 - CATETER TRIPLO LUMEN 7FR 20CM CATETER TRIPLO LUMEN 7FR 20 CM PARA PUNCAO DE ACESSO VENOSO CENTRAL EM POLIURETANO, RADIOPACO, SILICONIZADA, FLEXIVEL, ESTERIL, DESCARTAVEL, ATOXICO, HIPOALERGENICO, APIROGENICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL	PC	BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	KFF S.A	TSB-0720	De acordo	80991380043 - Registro válido até 16/07/27. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou (página 5)	Exige	Proposta de acordo com o edital, classificada. É necessário o envio de amostras, conforme exigência do edital.

		ESTERIL. DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DO LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.									
23	Exclusivo	25050 - CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) MONOLUMEN 4 FR KIT PARA INSERÇÃO DE CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC), MONOLUMEM, COM CALIBRE DE 4FR, COMPRIMENTO DE 60 A 75 CM, CONFECCIONADO EM SILICONE, RADIOPACO, DEVERÁ APRESENTAR MARCAÇÃO A CADA CENTÍMETRO. O KIT DEVERÁ SER COMPOSTO DE UM CONJUNTO INTRODUTOR COM AGULHA E CATETER PERIFÉRICO TIPO BIPARTIDO, DE ABAS FLEXÍVEIS, CONECTOR	Unidade	ALTER NATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	BIOMEDICAL	---	De acordo	10196320050 - Registro válido até 26/12/26. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou (página 10)	Exige	O edital exige calibre 4FR e comprimento de 60 a 75 cm. O prospecto indica cinco medidas: 1.9FRx30cm, 1.9FRx50cm, 3FRx60cm, 4FRx60cm e 5FRx60cm. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme: 1 - Que o item ofertad

		LUER LOCK COM TUBO EXTENSOR INTEGRADO E CLAMP CORTA FLUXO SENDO A AGULHA DO CATETER CONSTITUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, DE FORMATO CILINDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, FITA MÉTRICA E GARROTE PARA PUNÇÃO ESTÉRIL. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.									o possui o calibre de 4FR e medidas de 60 a 75cm. É necessário o envio de amostras, conforme exigência do edital.
24	Exclusivo	25051 - CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) MONOLUMEN 5 FR KIT PARA INSERÇÃO DE CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC), MONOLUMEM, COM CALIBRE DE 5FR, COMPRIMENTO DE 60 A 75 CM, CONFECCIONADO EM SILICONE, RADIOPACO, DEVERÁ APRESENTAR MARCAÇÃO A CADA CENTÍMETRO. O KIT DEVERÁ	Unidade	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	BIOMEDICAL	---	De acordo	10196320050 - Registro válido até 26/12/26. Confirmado no portal da ANVISA.	Aparentou (página 10)	Exige	O edital exige calibre 5FR e comprimento de 60 a 75 cm. O prospecto indica cinco medidas: 1.9FRx30cm, 1.9FRx50cm, 3FRx60cm, 4FRx60cm e 5FRx60cm. Para continuidade

SER COMPOSTO DE UM CONJUNTO INTRODUTOR COM AGULHA E CATETER PERIFÉRICO TIPO BIPARTIDO, DE ABAS FLEXÍVEIS, CONECTOR LUER LOCK COM TUBO EXTENSOR INTEGRADO E CLAMP CORTA FLUXO SENDO A AGULHA DO CATETER CONSTITUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, DE FORMATO CILINDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, FITA MÉTRICA E GARROTE PARA PUNÇÃO ESTÉRIL. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.									da análise, solicitamos que a empresa confirme: 1 - Que o item ofertado possui o calibre de 5FR e medidas de 60 a 75cm. É necessário o envio de amostras, conforme exigência do edital.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 14/11/2025, às 08:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27507980** e o código CRC **CB7BB90C**.

25.0.200744-0

27507980v21