

**MEMORANDO SEI Nº 0024880867/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 19 de março de 2025.

**À
SAP.LCT****Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **012/2025**.**Objeto:** Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar.

Em atenção ao documento SEI nº 0024879814, segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Empresa	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 . Prospecto, ficha técnica ou print de tela	Parecer
28	909598 - TRAQUEIA EM SILICONE 22 X 1600MM COMPRIMENTO TRAQUEIA 22 X 1600MM COMPRIMENTO 100% SILICONE AUTOCLAVAVEL COM CONECTOR LONGO NAO SEGMENTADO	PC	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MJV	De acordo	80568900004- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou, porém, na página 12 constam diversas medidas possíveis, não sendo possível identificar qual o modelo ofertado, inclusive, o documento está desfocado	Apesar da empresa indicar na proposta descritivo de acordo com o edital, na documentação técnica apresentada, na página 12 constam várias medidas possíveis, não sendo totalmente legível a leitura das medidas de cada modelo. Verifica-se também que o registro Anvisa constante na ficha técnica é divergente do indicado pela empresa na proposta. Na proposta e na página 3 consta o registro Anvisa 80568900004, porém, na ficha técnica (página 7) consta o registro Anvisa 80568900001. Para continuidade na análise solicitamos: 1- Que a empresa confirme que o item

							ofertado possui as medidas 22 X 1600 mm 2- Que a empresa ajuste a proposta, para que conste em todos os documentos o mesmo número do registro Anvisa.
--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 19/03/2025, às 11:33, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024880867** e o código CRC **82D66D95**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.279266-8

0024880867v5