



MEMORANDO SEI Nº 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 02 de fevereiro de 2024.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 473/2023.

Objeto: Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.

Em atenção ao MMemorando SAP.LCT (SEI nº 0019994211), segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo da proposta de acordo com o edital?	Comodato?	8.10.1-Registro Anvisa	8.10.2-Prospecto/Ficha Técnica	Parecer
26	916871 - MATERIAL PARA ESTERILIZACAO 30 X 30 CM EMBALAGEM EM PAPEL CREPADO, CONSTITUÍDO POR CELULOSE 100% , BIODEGRADÁVEL, TAMANHO 30 CM LARG. X 30 CM COMPRIMENTO, GRAMATURA MÍNIMA DE 60 G/M², HIDROREPELENTE, ATÓXICO, NÃO IRRITANTE, RESISTENTE A TRAÇÃO E A RASGO, AJUSTÁVEL E MALEÁVEL AO MANUSEIO E DOBRAS, USO ÚNICO, PERMEÁVEL AO AGENTE ESTERILIZANTE. CONTER BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDOS BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) E VFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL) DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 14990/2010. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 500 FOLHAS SEGURA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO,	FL	SISPACK MEDICAL LTDA	SISPACK	De acordo	-----	Isento	Apresentou	Na análise preliminar foi indicado: "A empresa apresentou o laudo BFE, porém, não manifestou-se acerca do seguinte apontamento: No laudo VFE é indicado "Papel crepado Polar Fix", porém, a empresa ofertou produto da marca Sispack.

	CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APOS EMISSÃO DA N.F. DE ENTREGA. APRESENTAR JUNTO DA PROPOSTA LAUDOS TÉCNICOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO OFICIAL CREDENCIADO PELA ANVISA, ORIGINAL OU AUTENTICADO, EM PORTUGUÊS, PARA GARANTIR A LEITURA E A VERACIDADE DO DOCUMENTO PARA EQUIPE TÉCNICA DE AVALIAÇÃO.							<p><i>Desta forma, solicitamos que a empresa manifeste-se sobre tal divergência de informações. Trata-se de laudo da matéria prima para a confecção dos papel crepado da marca ofertada?"</i></p> <p><i>Em resposta a empresa manifestou-se alegando " conforme norma DIN EN ISO 11607-1: 2014 seção 5.1.6 a) barreira microbiana, - ok seção 5.1.6 c) propriedades físico-químicas - ok seção 5.1.6 e) compatibilidade concernente aos processos de esterilização pretendidos - ok" e anexou documentação complementar, indicando que tal norma não indica tal laudo.</i></p> <p>Ocorre que o edital exige a apresentação do laudo VFE, e o documento que a empresa apresentou é de produto de outra marca.</p> <p>Proposta reprovada por não apresentar laudo VFE do item ofertado.</p>	
27	916872 - MATERIAL PARA ESTERELIZACAO 60 X 60 CM EMBALAGEM EM PAPEL CREPADO, CONSTITUÍDO POR CELULOSE 100% , BIODEGRADÁVEL, TAMANHO 60 CM LARG. X 60 CM COMPRIMENTO, GRAMATURA MÍNIMA DE 60 G/M², HIDROREPELENTE, ATÓXICO, NÃO IRRITANTE, RESISTENTE A TRAÇÃO E A RASGO, AJUSTÁVEL E MALEÁVEL AO MANUSEIO E DOBRAS, USO ÚNICO, PERMEÁVEL AO AGENTE ESTERILIZANTE. CONTER BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDOS BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) E VFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL) DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 14990/2010. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 500 FOLHAS SEGURA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APOS EMISSÃO DA N.F. DE ENTREGA. APRESENTAR JUNTO DA PROPOSTA LAUDOS TÉCNICOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO OFICIAL CREDENCIADO PELA ANVISA, ORIGINAL OU AUTENTICADO, EM PORTUGUÊS, PARA GARANTIR A LEITURA E A VERACIDADE DO DOCUMENTO PARA EQUIPE TÉCNICA DE AVALIAÇÃO	FL	SISPACK MEDICAL LTDA	SISPACK	De acordo	-----	Isento	Apresentou	<p>Na análise preliminar foi indicado: <i>"A empresa apresentou laudo BFE, porém, não consta documentação o laudo VFE; solicitamos que a empresa apresente o documento em questão."</i></p> <p><i>Em resposta a empresa manifestou-se alegando " conforme norma DIN EN ISO 11607-1: 2014 seção 5.1.6 a) barreira microbiana, - ok seção 5.1.6 c) propriedades físico-químicas - ok seção 5.1.6 e) compatibilidade concernente aos processos de esterilização</i></p>

pretendidos - ok" e anexou documentação complementar, indicando que tal norma não indica tal laudo.

Ocorre que o edital exige a apresentação do laudo VFE e a empresa não atendeu tal requisito. Proposta reprovada por não apresentar laudo VFE do item ofertado.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 02/02/2024, às 09:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019994256** e o código CRC **2BF593B6**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.228613-2

0019994256v5