



MEMORANDO SEI Nº 0023107705/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 08 de outubro de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 463/2024.
Objeto: Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Aglhas).

Em atenção ao documento SEI nº 0023107461, segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto/Ficha Técnica/ Imagem de site (print de tela)	11 - Amostra	Parecer
1	43991 - AGULHA PARA COLETA MÚTIPLA DE SANGUE A VÁCUO (22G) AGULHA MÚTIPLA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, ESTÉRIL, COM CÂNULA RETA, BISEL TRIFACETADO OU SUPERIOR, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CALIBRE	Unidade	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	WILTEX IMPORTADOR: CIRURGICA FERNANDES	De acordo	10150470510, Registro Vigente, confirmado no Portal ANVISA, porém, não apresentou o registro Anvisa referente ao Adaptador.	Apresentou, porém, não trás informações acerca do adaptador.	Exige	A empresa apresentou na proposta descritivo de acordo com o edital, porém, na documentação referente aos itens 8.10.1 e 8.10.2 a

	25X0,7MM OU 32X0,7MM (22G); COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA LOCALIZADO NA AGULHA OU NO ADAPTADOR, O QUAL ACIONADO RECOBRE A AGULHA; O BISEL DA AGULHA DEVERÁ SER ORIENTADO PELO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, QUE EM POSIÇÃO FIXA DEVERÁ ESTAR VOLTADO PARA CIMA FACILITANDO O CORRETO POSICIONAMENTO DA AGULHA E TRAVAMENTO DO SISTEMA; DEVERÁ ATENDER TOTALMENTE AS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA E SEGUIR A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NR32. PARA CADA CONJUNTO DE 100 AGULHAS, DEVE SER FORNECIDA UMA UNIDADE DE ADAPTADOR REUTILIZÁVEL COM DESCARTADOR AUTOMÁTICO INTEGRADO, OU UMA UNIDADE DE ADAPTADOR PARA CADA AGULHA. APRESENTAÇÃO: AS AGULHAS DEVERÃO SER FORNECIDAS EM EMBAÇAGENS COM ATÉ 100 UNIDADES.								empresa não apresentou registro Anvisa e Ficha técnica referente ao Adaptador. Proposta reprovada por não atender os itens 8.10.1 e 8.1.2 do edital.
2	43992 - AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO (21G) MÚLTIPLA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, ESTÉRIL, COM CÂNULA RETA, BISEL TRIFACETADO OU SUPERIOR, CONFECCIONADA EM AÇO	Unidade	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	WILTEX IMPORTADOR: CIRURGICA FERNANDES	De acordo	10150470510, Registro Vigente, confirmado no Portal ANVISA, porém, não apresentou o registro Anvisa referente ao Adaptador.	Apresentou, porém, não trás informações do adaptador.	Exige	A empresa apresentou na proposta descritivo de acordo com o edital, porém, na documentação referente aos

INOXIDÁVEL, CALIBRE 25X0,8MM OU 32X0,8MM (21G); COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA LOCALIZADO NA AGULHA OU NO ADAPTADOR, O QUAL ACIONADO RECOBRE A AGULHA; O BISEL DA AGULHA DEVERÁ SER ORIENTADO PELO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, QUE EM POSIÇÃO FIXA DEVERÁ ESTAR VOLTADO PARA CIMA FACILITANDO O CORRETO POSICIONAMENTO DA AGULHA E TRAVAMENTO DO SISTEMA; DEVERÁ ATENDER TOTALMENTE AS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA E SEGUIR A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NR32. PARA CADA CONJUNTO DE 100 AGULHAS, DEVE SER FORNECIDA UMA UNIDADE DE ADAPTADOR REUTILIZÁVEL COM DESCARTADOR AUTOMÁTICO INTEGRADO, OU UMA UNIDADE DE ADAPTADOR PARA CADA AGULHA. APRESENTAÇÃO: AS AGULHAS DEVERÃO SER FORNECIDAS EM EMBALAGENS COM ATÉ 100 UNIDADES.							itens 8.10.1 e 8.10.2 a empresa não apresentou registro Anvisa e Ficha técnica referente ao Adaptador. Proposta reprovada por não atender os itens 8.10.1 e 8.1.2 do edital.
---	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Servidor(a) Público(a)**, em 09/10/2024, às 09:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023107705** e o código CRC **6DDBF705**.

Rua Doutor João Colín, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.192907-4

0023107705v8