MEMORANDO SEI Nº 31407024/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 27 de outubro de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - **Pregão Eletrônico nº 629/2026** - Portal de Compras do Governo Federal nº 101/2026
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Linha Têxtil).

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao documento SEI nº 31403479 segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Fornecedor	Marca/Fabricante	Modelo/Versão	Descritivo da proposta está de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - CA - itens 66 e 67	8.10.3 - Prospecto, Ficha Técnica e Imagem de Site	11 . Amostras	Parecer
3	916902 - ALGODAO HIDROFILO PURO 500 GR PARA USO CIRURGICO E AMBULATORIAL, 100% ALGODAO, ALVEJADO, EM CAMADAS CONTINUAS, EM FORMA DE ROLO 500 GR, ASPECTO HOMOGENEO, MACIO INODORO, COR BRANCA, ISENTO DE IMPUREZAS, SUBSTANCIAS GORDUROSAS, INSIPIDO, AMIDO, DEXTRINA, EMBALAGEM SEGURA CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 2O MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota reservada 25%	UNID	**MHL MEDICAL LTDA**	NATHY	NATHY	De acordo	Apresentou o registro ANVISA 81400090001 com medida cautelar vigente para o lote 0921 - Recolhimento: Suspensão: Importação, Uso, Distribuição, Comercialização, Fabricação. Conferido no portal ANVISA em 21/10/2026.	----------	Apresentou	----------	**Análise prévia:** A empresa apresentou o registro ANVISA 81400090001 com medida cautelar vigente para o lote 0921 - *Recolhimento: Suspensão: Importação, Uso, Distribuição, Comercialização, Fabricação.* Conferido no portal ANVISA em 21/10/2026. Para a continuidade da análise é necessário que a empresa confirme que não será ofertado item de lote com medida cautelar vigente. **Resposta da diligência:** 31403357 **Parecer final:** Proposta classificada.
23	47537 - AVENTAL ESTÉRIL PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS - **TAMANHOS P, M E G** AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO SMS (SPUNBOND MELTBLOWN SPUNBOND), COR BRANCO OU AZUL, HIDRORREPELENTE, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA SEM FIOS SOLTOS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE POSSUA INDICADOR QUÍMICO QUE DEMONSTRE QUE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO FOI CONCLUÍDO (O INDICADOR DEVE SER NO GRAU	UN	**AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**	AMPLAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	AVENTAL SMS 40 GR MANGA LONGA	Na proposta está descrito **"tamanhos G"** e o descritivo exige **"tamanhos P, M e G"**.	82189770015, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 22/10/2026.	----------	No prospecto apresentado consta apenas a medida "1,60 x 1,15" e o edital exige três medidas "tamanho P: altura 100 a 115 cm X 120 a 130 cm largura; tamanho M: altura 110 a 120 cm X 131	EXIGE	**Análise prévia:** No prospecto apresentado consta apenas a medida "1,60 x 1,15" e o edital exige três medidas "tamanho P: altura 100 a 115 cm X 120 a 130 cm largura; tamanho M: altura 110 a 120 cm X 131 a 140 largura; tamanho G: altura 115 a 125 cm x 141 a 150 cm largura". Para a continuidade da análise solicitamos que a empresa confirme quais são os tamanhos ofertados e as medidas de cada tamanho, a fim de evitar custos com o envio de amostras e posterior reprovação

	CIRÚRGICO, NÃO ACEITA-SE ETIQUETA REMOVÍVEL). CONTER ETIQUETA CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. MEDIDAS: TAMANHO P: ALTURA 100 A 115 CM X 120 A 130 CM LARGURA; TAMANHO M: ALTURA 110 A 120 CM X 131 A 140 LARGURA; TAMANHO G: ALTURA 115 A 125 CM X 141 A 150 CM LARGURA (MEDIDA DA LARGURA NA BORDA INFERIOR DO AVENTAL, SEM CONSIDERAR AS TIRAS PARA AMARRAÇÃO). O TAMANHO SERÁ INFORMADO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. Cota principal								a 140 largura; tamanho G: altura 115 a 125 cm x 141 a 150 cm largura"		por não atenderem às dimensões exigidas. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital. **Resposta da diligência:** 31403377 **Parecer final:** Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido no edital.
26	29855 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO IMPERMEÁVEL PARA USO LABORATORIAL E EM NECRÓPSIA (ACEITA-SE ESTÉRIL OU NÃO ESTÉRIL) DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO SMS (SPUNBOND MELTBLOWN SPUNBOND), COR: BRANCO OU AZUL, **IMPERMEÁVEL** (COM FILME IMPERMEÁVEL), **GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ** ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA SEM FIOS SOLTOS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 140CM (MEDIDA NA BORDA INFERIOR DO AVENTAL, SEM CONSIDERAR AS TIRAS PARA AMARRAÇÃO). EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Cota principal	Unidade	**MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	ANADONA	Avental Cirúrgico	Apresentou descrição resumida do item.	80175349006, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 21/10/2026.	---------- -	O prospecto apresentado não descreve a gramatura nem as medidas do item. O edital exige *"gramatura igual ou superior a 40g/m²"* e *"medidas mínimas: altura 110 cm x largura 140cm (medida na borda inferior do avental, sem considerar as tiras para amarração)"*.	EXIGE	**Análise prévia:** O prospecto apresentado não descreve a gramatura nem as medidas do item. O edital exige *"gramatura igual ou superior a 40g/m²"* e *"medidas mínimas: altura 110 cm x largura 140cm (medida na borda inferior do avental, sem considerar as tiras para amarração)"*. Para a continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme a gramatura e as medidas de cada tamanho, a fim de evitar custos com o envio de amostras e posterior reprovação por não atenderem às dimensões exigidas. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital. **Resposta da diligência:** 31403420 **Parecer final:** Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido no edital.
27	29855 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO IMPERMEÁVEL PARA USO LABORATORIAL E EM NECRÓPSIA (ACEITA-SE ESTÉRIL OU NÃO ESTÉRIL) DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO SMS (SPUNBOND MELTBLOWN SPUNBOND), COR: BRANCO OU AZUL, IMPERMEÁVEL (COM FILME IMPERMEÁVEL), **GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M², ** ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA SEM FIOS SOLTOS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU	Unidade	**MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	ANADONA	Avental Cirúrgico	Apresentou descrição resumida do item.	80175349006, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 21/10/2026.	---------- -	O prospecto apresentado não descreve a gramatura nem as medidas do item. O edital exige *"gramatura igual ou superior a 40g/m²"* e *"medidas mínimas:*	EXIGE	**Análise prévia:** O prospecto apresentado não descreve a gramatura nem as medidas do item. O edital exige *"gramatura igual ou superior a 40g/m²"* e *"medidas mínimas: altura 110 cm x largura 140cm (medida na borda inferior do avental, sem considerar as tiras para amarração)"*. Para a continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme a gramatura e as medidas de cada tamanho, a fim de evitar custos com o

	MALHA SANFONADA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 140CM (MEDIDA NA BORDA INFERIOR DO AVENTAL, SEM CONSIDERAR AS TIRAS PARA AMARRAÇÃO). EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Cota reservada 25%								*altura 110 cm x largura 140cm (medida na borda inferior do avental, sem considerar as tiras para amarração)".*		envio de amostras e posterior reprovação por não atenderem às dimensões exigidas. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital. **Resposta da diligência:** 31403420 **Parecer final:** Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido no edital.
28	29856 - AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA PARA PACIENTE PARA PROCEDIMENTO EM USO CLÍNICO E AMBULATORIAL, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), **GRAMATURA MÍNIMA 40 G/M²** (ESPECIFICADA NO RÓTULO), ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, RESISTENTE, CONFORTÁVEL, MALEÁVEL, SEM MANGA, COR CLARA, MODELO ADULTO GRANDE, **MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 120 CM X LARGURA 150 CM (MEDIDA NA BORDA INFERIOR DO AVENTAL, SEM CONSIDERAR AS TIRAS PARA AMARRAÇÃO);** FECHAMENTO COM DUAS TIRAS NA ALTURA DA CINTURA DO AVENTAL; EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Cota principal	Unidade	**SCSMEDIC - SOLUCOES COMERCIAIS EM SAUDE, ESTETICA E ARTIGOS MEDICOS LTDA**	TEXMED	UND	De acordo	81763660013, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 22/10/2026.	---------- -	Apresentou prospecto do item com diversas gramaturas e tamanhos, inclusive de acordo com as exigências do edital. No prospecto a imagem é de avental com manga, e o edital exige avental sem manga, porém consta a informação *"a imagem é meramente ilustrativa, e as características, comprimentos e medidas podem variar conforme modelos".*	EXIGE	**Análise prévia:** A empresa apresentou prospecto do item com diversas gramaturas e tamanhos, inclusive de acordo com as exigências do edital. No entanto, a imagem no prospecto apresenta um avental com mangas compridas, enquanto o edital exige o modelo sem mangas. Contudo, consta no documento a informação de que a *"imagem é meramente ilustrativa, e as características, comprimentos e medidas podem variar conforme os modelos".* Para a continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme a gramatura, as medidas, e se o item é sem manga, a fim de evitar custos com o envio de amostras e posterior reprovação por não atenderem às dimensões exigidas. **Resposta da diligência:** 31403381 **Parecer final:** Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
29	29856 - AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA PARA PACIENTE PARA PROCEDIMENTO EM USO CLÍNICO E AMBULATORIAL, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), **GRAMATURA MÍNIMA 40 G/M²** (ESPECIFICADA NO RÓTULO), ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, RESISTENTE, CONFORTÁVEL, MALEÁVEL, SEM MANGA, COR CLARA, MODELO ADULTO GRANDE, MEDIDAS MÍNIMAS: **ALTURA 120 CM X LARGURA 150 CM** (MEDIDA NA BORDA INFERIOR DO AVENTAL, SEM CONSIDERAR AS TIRAS PARA AMARRAÇÃO); FECHAMENTO COM DUAS TIRAS NA ALTURA DA CINTURA DO AVENTAL;	Unidade	**SCSMEDIC - SOLUCOES COMERCIAIS EM SAUDE, ESTETICA E ARTIGOS MEDICOS LTDA**	TEXMED	UND	De acordo	81763660013, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 22/10/2026.	---------- -	Apresentou prospecto do item com diversas gramaturas e tamanhos, inclusive de acordo com as exigências do edital. No prospecto a imagem é de avental com manga, e o edital exige avental sem manga, porém consta a informação *"a imagem é meramente ilustrativa, e as características, comprimentos e medidas*	EXIGE	**Análise prévia:** A empresa apresentou prospecto do item com diversas gramaturas e tamanhos, inclusive de acordo com as exigências do edital. No entanto, a imagem no prospecto apresenta um avental com mangas compridas, enquanto o edital exige o modelo sem mangas. Contudo, consta no documento a informação de que a *"imagem é meramente ilustrativa, e as características, comprimentos e medidas podem variar conforme os modelos".* Para a continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme a gramatura, as medidas, e se o item é sem manga, a fim de evitar custos com o envio de amostras e posterior reprovação

	EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Cota reservada 25%.								*podem variar conforme modelos".*		por não atenderem às dimensões exigidas. **Resposta da diligência:** 31403381 **Parecer final:** Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
30	47538 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), **GRAMATURA MÍNIMA DE 30 G/M2,** COR CLARA. HIPOALERGÊNICO. MANGA LONGA COM PUNHO EM ELÁSTICO, SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS (NAS COSTAS E NA CINTURA), ACABAMENTO COM COSTURA OVERLOCK REFORÇADA SEM FIOS SOLTOS. TAMANHO GRANDE, **COM MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 130 CM** (MEDIDA NA BORDA INFERIOR DO AVENTAL, SEM CONSIDERAR AS TIRAS PARA AMARRAÇÃO). FORNECIDO EM EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Cota principal	UN	**G.L PHARMA LTDA**	Open Medical	Avental tnt 30gr nao esteril	De acordo	80487860002, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 22/10/2026.	---------- -	Apresentou prospecto do item com diversas gramaturas, inclusive de acordo com as exigências do edital, porém não constam as medidas.	EXIGE	**Análise prévia:** No prospecto apresentado constam diversas gramaturas do item, inclusive de acordo com as exigências do edital, porém não constam as medidas. Para a continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme a gramatura e as medidas do item ofertado, e se é ofertado em embalagem com no máximo 10 peças, a fim de evitar custos com o envio de amostras e posterior reprovação por não atenderem às dimensões e a gramatura exigida. **Resposta da diligência:** 31403392 **Parecer final:** Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
43	912974 - COMPRESSA CIRÚRGICA **ESTÉRIL 25 CM X 28 CM - PACOTE COM 2 UNIDADES** COMPRESSA CIRÚRGICA CAMPO OPERATORIO MEDINDO NO MÍNIMO 25 CM X 28 CM **PRÉ-ENCOLHIDO,** CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO QUÁDRUPLO SOBREPOSTO TIPO TELA, FIXADAS ENTRE SI, DE FORMA A EVITAR DESLIZAMENTO DAS CAMADAS,**COM NO MÍNIMO 20 GRAMAS POR UNIDADE** E **FILAMENTO RADIOPACO.** POSSUIR COSTURAS PARA EVITAR DESFIAMENTO DAS LATERAIS E DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM FORMA DE CADARÇO DUPLO FORMANDO UMA ALÇA. A COMPRESSA DEVE SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTES ÓPTICOS, MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, RASGOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS EM PACOTES DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO	Pacote	**SCSMEDIC - SOLUCOES COMERCIAIS EM SAUDE, ESTETICA E ARTIGOS MEDICOS LTDA**	COTTONMAX	PACOTE	De acordo	80698139005, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 23/10/2026.	---------- -	No prospecto apresentado não consta a seguinte exigência do edital: 1. Com no mínimo 20 gramas por unidade; 2. Pacote com 2 unidades.	EXIGE	**Análise prévia:** Para continuidade da análise solicitamos que a empresa confirme se o item atende a seguinte exigência do edital, que não consta no prospecto: 1. Com no mínimo 20 gramas por unidade; 2. Pacote com 2 unidades. **Resposta da diligência:** 31403399 **Parecer final:** Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.

	COM FILME TERMOPLÁSTICO CONTENDO 2 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR14767 E SUAS ATUALIZAÇÕES. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Cota reservada 25%										
50	47542 - COMPRESSA GAZE HIDRÓFILA MEDINDO 7,5 CM X 7,5 CM FECHADA E 15 CM X 30 CM ABERTA - PACOTE COM 500 UNIDADES NÃO ESTÉRIL, **DENSIDADE 13 FIOS/CM², 7,5 CM X 7,5 CM FECHADA E 15 CM X 30 CM ABERTA** , 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, **COM PESO MÍNIMO DE 500 GR** POR PACOTE, EM TECIDO 100% ALGODÃO TIPO TELA, ALTAMENTE ABSORVENTE ISENTA DE AMIDO, IMPUREZAS E ALVEJANTES ÓPTICOS, COR BRANCA, POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO EVITANDO DESFILAMENTO. DEVE ATENDER AS NORMAS NBR 13843 E SUAS ATUALIZAÇÕES. PACOTE COM 500 UNIDADES. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR13843 E SUAS ATUALIZAÇÕES. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Cota reservada 25%	PCT	**CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA**	SERRANA	80773020010	Apresentou descrição resumida do item.	80773020010, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 21/10/206.	---------- -	O prospecto não deixa claro as seguintes exigências do edital: 1. 15 cm x 30 cm aberta. 2. Com peso mínimo de 500 gr por pacote.	EXIGE	**Análise prévia:** Para continuidade da análise é necessário que a empresa confirme as seguintes exigências do edital: 1. 15 cm x 30 cm aberta. 2. Com peso mínimo de 500 gr por pacote. 3. Densidade 13 fios/cm^2 **Resposta da diligência:** 31403404 **Parecer final:** Proposta classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras exigidas no edital.
68	29033 - SAPATILHA DESCARTAVEL TAMANHO 36 A 42 CONFECCIONADA **EM TECIDO SINTETICO DE POLIPROPILENO 20 G/M2,** RESISTENTE, BORDAS DE CORTE BEM DEFINIDAS, SEM DESFIAMENTO DO TECIDO, COSTURAS DAS EMENDAS BEM ACABADAS, REFORCADAS, EVITANDO RASGAR, TAMANHO ADEQUADO PROTEGENDO OS SAPATOS DENTRO DA SAPATILHA, EM PACOTES COM 100 UNIDADES, RESISTENTE AO MANUSEIO, MANTENDO SUA INTEGRIDADE DURANTE O ARMAZENAMENTO, IDENTIFICACAO DE FACIL LEITURA CONSTANDO: NOME DO FABRICANTE, TAMANHO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	Unidade	**ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**	ANADONA	UND	De acordo	80175349004, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 23/10/2026.	---------- -	Apresentou prospecto mas não descreve as seguintes exigências do edital: 1. Gramatura: 20 G/M^2.	----------	**Análise prévia:** Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende a seguinte exigência do edital que não está descrita no prospecto apresentado: 1. Gramatura: 20 G/M^2. **Resposta da diligência:** 31403413 **Parecer final:** Proposta classificada.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba**, **Servidor(a) Público(a)**, em 28/10/2026, às 07:42, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **31407024** e o código CRC **F2C17A7E**.