



MEMORANDO SEI Nº 0022141869/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 19 de julho de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica de Proposta.
Pregão Eletrônico 262/2024 - Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (agulhas).

Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0022141727), segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd	Empresa	Marca	Descritivo da proposta de acordo com o edital?	8.10.1- Registro Anvisa	8.10.2- Prospecto	Amostra	Questionamento na análise preliminar e manifestação da empresa	Parecer
1	44125 - AGULHA PARA COLETA MÚTIPLA DE SANGUE A VÁCUO (22G) AGULHA PARA COLETA MÚTIPLA DE SANGUE A VÁCUO, ESTÉRIL, COM CÂNULA RETA, BISEL TRIFACETADO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CALIBRE 25X0,7MM OU 32X0,7MM (22G); COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32, O QUAL ACIONADO RECOBRE A AGULHA; O BISEL DA AGULHA DEVERÁ SER ORIENTADO PELO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, QUE EM POSIÇÃO FIXA DEVERÁ ESTAR VOLTADO PARA CIMA FACILITANDO O CORRETO	Unidade	125.924	BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.	BD Vacutainer® ECLIPSE 32x0,7mm	De acordo	10033430422- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Exige	-----	De acordo

	POSICIONAMENTO DA AGULHA E TRAVAMENTO DO SISTEMA; DEVERÁ ATENDER TOTALMENTE AS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA E SEGUIR A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NR32. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM ATÉ 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA										
2	44127 - ADAPTADOR PARA MÚLTIPLAS COLETAS UTILIZADO PARA FACILITAR A CONEXÃO ENTRE A AGULHA MÚLTIPLA E O TUBO DE COLETA, PERMITINDO EMPUNHADURA SEGURA NA HORA DA COLETA DE SANGUE. CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, COMPATÍVEL COM AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM ATÉ 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA,VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. Lote 1	Unidade	125.924	BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.	BD Vacutainer® Adaptador de Uso Único	De acordo	10033439075- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Exige	Na proposta a empresa indicou embalagem com 20 unidades, porém, indicou o código 364815, que na ficha técnica consta a informação de apresentação com 250 unidades. Para a continuidade na análise solicitamos: 1- Que a empresa confirme qual a quantidade de unidades por embalagem será fornecido. <i>Houve um erro de digitação durante a formulação da proposta. Nossa embalagem contém 250 unidades, entretanto, faturamos de acordo com a solicitação de cada cliente. Por exemplo: cliente solicita envio de 100 unidades, emitimos nota fiscal de 100 unidades requeridas e bonificamos o montante sobressalente para</i>	Proposta reprovada por ofertar produto que não atende as exigências do edital; exige-se embalagem com até 100 unidades e a empresa informou que a embalagem é com 250 unidades.

preservar a
embalagem do
produto.

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd	Empresa	Marca	Descritivo da proposta de acordo com o edital?	8.10.1- Registro Anvisa	8.10.2- Prospecto	Amostragem	Questionamento na análise preliminar e resposta da empresa	Parecer
3	44126 - AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO (21G) AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO, ESTÉRIL, COM CÂNULA RETA, BISEL TRIFACETADO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CALIBRE 25X0,8MM OU 32X0,8MM (21G); COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32, O QUAL ACIONADO RECOBRE A AGULHA; O BISEL DA AGULHA DEVERÁ SER ORIENTADO PELO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, QUE EM POSIÇÃO FIXA DEVERÁ ESTAR VOLTADO PARA CIMA FACILITANDO O CORRETO POSICIONAMENTO DA AGULHA E TRAVAMENTO DO SISTEMA; DEVERÁ ATENDER TOTALMENTE AS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA E SEGUIR A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NR32. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM ATÉ 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.	Unidade	291.282	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	SOL MILLENNIUM	De acordo	80937155027- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Exige	-----	De acordo
4	44127 - ADAPTADOR PARA MÚLTIPLAS COLETAS UTILIZADO PARA FACILITAR A CONEXÃO ENTRE A AGULHA MÚLTIPLA E O TUBO DE COLETA, PERMITINDO EMPUNHADURA SEGURA NA HORA DA COLETA DE SANGUE. CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, COMPATÍVEL	Unidade	291.282	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	VACUPLAST/ CRAL	Indicou descrição parcial do item, não informando o tamanho da embalagem	10379860084- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Exige	O edital exige apresentação em embalagem com até 100 unidades, porém, na proposta e na ficha técnica não é indicado a quantidade por embalagem. Em consulta ao portal da Anvisa, verificamos no	Proposta reprovada por ofertar produto que não atende as exigências do edital; exige-se embalagem com até 100 unidades

COM AGULHA PARA COLETA MÚTIPLA DE SANGUE A VÁCUO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM ATÉ 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA,VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.								arquivo que existem as seguintes formas de apresentação: "Embalagens com 10, 25, 50, 100 e 250 unidades."	e a empresa informou que a embalagem é pacote com 250 unidades.
								Aprovação condicionada a empresa confirmar que que a embalagem ofertada é com até 100 unidades.	
								<i>A quantidade por embalagem do fabricante consta no modelo do descritivo do item no catalogo que foi enviado, o fornecimento padrão do fornecedor é em pacotes com 250 unidades, enviaremos no pacote padrão de fábrica do fornecedor</i>	

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 19/07/2024, às 11:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0022141869** e o código CRC **57FF7780**.