

**MEMORANDO SEI Nº 0024887306/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 19 de março de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise de amostras- Pregão Eletrônico **071/2025**.**Objeto:** Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Encaminhamos as análises das amostras já testadas por esta Secretaria da Saúde:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Parecer
5	909666 - ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM X 180 CM	ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ORTOFEN	Conforme Análise SEI nº 0024887220, as ataduras não medem 180 cm. As mantas não são uniformes apresentando varias descontinuidades. Amostra reprovada.
6	909667 - ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 180 CM	ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ORTOFEN	Conforme Análise SEI nº 0024887246, as ataduras não medem 180 cm. Ao abrir as fibras se desenrolam e abrem facilmente, não são uniformes e contínuas. Amostra reprovada.
7	909668 - ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 180 CM	ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ORTOFEN	Conforme Análise SEI nº 0024887251, as mantas não são enroladas uniformemente, ao abrir desfiam com facilidade, se abremformando uma descontinuidade. A movimentação da atadura abre as

				fibras da manta, desfiando toda. Amostra reprovada.
9	909671 - ATADURA DE CREPE 8CM X 180CM	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LT	TEXPHARMA	Conforme Análise SEI nº 0024887256, não possui 13 fios/ cm ² , as tramas são muito espaçadas não possuem elasticidade adequada. Deforma com facilidade, sendo inadequada para utilização em curativos. Amostra reprovada.
45	912974 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PACOTE COM 2 UNIDADES	ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ORTOFEN	Conforme Análise SEI nº 0024887259, a compressa não possui costuras laterais sendo abertas entre si. Não possui fechamento lateral, tecido áspero. Amostra reprovada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 19/03/2025, às 15:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024887306** e o código CRC **85A4D265**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

0024887306v3

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 071/2025

ITEM: 05

909666 - ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM X 180 CM ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM X 180 CM - CONFECCIONADA EM FIBRA DE ALGODÃO, COR NATURAL, COM GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE, ENROLADAS EM MANTAS UNIFORMES E CONTINUAS. IDENTIFICAÇÃO: NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.

FORNECEDOR: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

MARCA: ORTOFEN

LOTE: 02/25

REGISTRO (ANVISA): 80205290002

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Ataduras não medem 180cm. as mantas não são uniformes apresentando várias descontinuidades.

() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: _____

() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM ☒ NÃO

JUSTIFICATIVA: Mantas não são uniformes, descontinuas as fibras de algodão inviabilizando o uso

DATA: 11 / 03 / 2025


ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 071/2025

ITEM: 06

909667 - ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 180 CM ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 180 CM - CONFECCIONADA EM FIBRA DE ALGODAO, COR NATURAL, COM GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE, ENROLADAS EM MANTAS UNIFORMES E CONTINUAS. IDENTIFICACAO: NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.

FORNECEDOR: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

MARCA: ORTOFEN

LOTE: 02/25

REGISTRO (ANVISA): 80205290002

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Atadura não mede 180cm, ao abrir as fibras se desentrelaçam e abrem facilmente não são uniformes e contínuas.

() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: a atadura se desfe facilmente não mantém continuidade na sua estrutura.

() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM (X) NÃO

JUSTIFICATIVA: Pelos fatos relatados acima impróprio para uso.

DATA: 11/03/2025


ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 071/2025

ITEM: 07

909668 - ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 180 CM ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 180 CM - CONFECCIONADA EM FIBRA DE ALGODAO, COR NATURAL, COM GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE, ENROLADAS EM MANTAS UNIFORMES E CONTINUAS. IDENTIFICACAO: NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO.

FORNECEDOR: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

MARCA: ORTOFEN

LOTE: 02/25

REGISTRO (ANVISA): 80205290002

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: As mantas não são enroladas uniformemente ao abrir desfilam com facilidade, se abrem firmando uma dobra nua doce

() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: a movimentação da atadura abre as fibras da manta desfazendo toda.

() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM (X) NÃO

JUSTIFICATIVA: Discutido acima

DATA: 11/03/2025

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Enf. Afina R. Lopes
COREN/SC 197881
Lider de área II - OPME/SCIN

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 071/2025

ITEM: 09

909671 - ATADURA DE CREPE 8CM X 180CM ATADURA DE CREPE 8CM X 180CM EM REPOUSO - COMPOSTA DE ALGODAO CRU DE ALTA TORCAO OU COMPONENTES SINTETICOS, 13 FIOS/CM2, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE EM FORMA CILINDRICA, ISENTA DE DEFEITOS, NAO DESFIAR OU DEFORMAR AO MANUSEIO, BOA CAPACIDADE DE ABSORCAO, NAO SER ABRASIVA, HIPOALERGENICA E AUTOCLAVAVEL. IDENTIFICACAO: N° DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.

FORNECEDOR: PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LT

MARCA: TEXPHARMA

LOTE: 198

REGISTRO (ANVISA): 80339640003

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

(☒) Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Não possui 13 fios/cm², as tramas são muito
apacadas não possui elasticidade adequada. Deforma
com facilidade

() Adequada (☒) Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Deforma com facilidade, sendo inadequado para
utilização em curativos

() Adequada (☒) Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM (☒) NÃO

JUSTIFICATIVA: Descritos acima. Inadequado para uso.

DATA: 11/03/2025

Enf. Afine R. Lopes

COREN-SC 197881

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 071/2025

ITEM: 45

912974 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PACOTE COM 2 UNIDADES COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO MEDINDO NO MINIMO 25X28CM PRE-ENCOLHIDO, CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO QUADRUPLA SOBREPOSTO TIPO TELA, FIXADAS ENTRE SI, DE FORMA A EVITAR DESLIZAMENTO DAS CAMADAS, COM NO MINIMO 20 GRAMAS POR UNIDADE E FILAMENTO RADIOPACO. POSSUIR COSTURAS PARA EVITAR DESFIAMENTO DAS LATERAIS E DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM FORMA DE CADARCO DUPLO FORMANDO UMA ALCA. A COMPRESSA DEVE SER ISENTA DE SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTES OPTICOS, MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, RASGOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS EM PACOTES DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME TERMOPLASTICO CONTENDO 2 UNIDADES. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICACOES DA NBR14.767. - Cota Reservada até 25%

FORNECEDOR: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

MARCA: ORTOFEN

LOTE: 251509

REGISTRO (ANVISA): 80205290009

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 pacotes

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: A compressa não possui costuras laterais sendo abertas entre si.

() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Na pratica a compressa não atende a demanda material infecc, não possui fechamento lateral.

() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM ☒ NÃO

JUSTIFICATIVA: Compressa é aberta lateralmente, tecido áspero.

DATA: 11/03/2025

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO