

**MEMORANDO SEI N° 0023109570/2024 - HMSJ.SUP.OPME**

Joinville, 08 de outubro de 2024.

À  
**SAP.LCT**

Assunto: Parecer Técnico das amostras

Pregão Eletrônico 422/2024 - Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais, em regime de consignação, para uso das especialidades de Cirurgia Geral e Exames Diagnósticos do Hospital Municipal São José.

EMPRESA	DOCUMENTO SEI N°
ECOMED - Item 39	0023107720 - Aprovado

Protocolo de amostras Ecomed Comercio de Produtos Medicos Ltda - 0023107716.

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Detros, Coordenador(a)**, em 08/10/2024, às 16:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023109570** e o código CRC **6B72D374**.



## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6632.

ITEM	MATERIAL
39	912591 - KIT DE DRENAGEM PERCUTÂNEA 10 FR KIT DE DRENAGEM PERCUTÂNEA 10 FR - O Catéer para Drenagem é indicado para a drenagem percutânea de fluídos de abscessos, nefrostomia e secreção biliar - O kit de drenagem percutânea deve conter : catéter em poliuretano Pigtail com orifícios de dreanagem diâmetro externo de 10 FR, fio guia com diâmetro 0,035" com no mínimo 80 cm, introdutor para punção compatível com tamanho do catéter, dilatadores sequenciais, cânula metálica e flexível, bolsa coletora de drenagem com conector Luer Lock. Esteril, embalagem individual. a apresentação do produto devera atender a legislação atual vigente.

### AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 422/2024

SETOR TESTE: OPME/HEMODINÂMICA

MARCA: BIOTEQUE

FORNECEDOR: ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 10337850120

QUANTIDADE AVALIADA: 02

EMBALAGEM:  Adequada    ( ) Inadequada    ( ) Não se aplica

FUNCIONALIDADE: \_\_\_\_\_

SEM LAZER

### CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL?  SIM

( ) NÃO MOTIVO: \_\_\_\_\_

  
 Ademair Regueira Filho  
 Radiologia Intervencionista  
 CRM-SC 11424

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 08/10/24