



MEMORANDO SEI Nº 0024593187/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 20 de fevereiro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **041/2025**

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)

Em atenção ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0024592949), segue a análise solicitada:

Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Amostras?	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela	Parecer
-	30	917698 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 04 EM PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO, COM DOIS PARES DE ORIFICIOS PARALELOS, ESTERIL, COM ADAPTACAO UNIVERSAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DE NF DE ENTREGA.	PC	Metromed Com de Material Médico Hospitalar Ltda	BIOSANI	-----	De acordo	Apresentou o registro 80286000034, de acordo.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.

-	42	909728 - SONDA RETAL PLASTICA Nº 22 SONDA RETAL PLASTICA Nº 22 - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE UM ORIFÍCIO. ESTERILIZADA, EMBALADA UNITARIAMENTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NUMERO DO LOTE, REGISTRO ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	PC	Supermed Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	BIOSANI	-----	De acordo	Apresentou o registro 80286009008, de acordo.	Apresentou ficha resumida	A empresa apresentou ficha técnica resumida do item ofertado. Para finalização da análise, solicitamos a complementação da documentação técnica, do item ofertado. Salienta-se que o edital prevê a apresentação de Prospecto, ficha técnica ou print de tela.
-	66	917531 - SONDA URETRAL Nº 04 SONDA URETRAL PLÁSTICA Nº 04 - MATERIAL DE POLIURETANO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTERIL E DESCARTAVEL. COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CENTÍMETROS, PONTA DA SONDA ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA E PRESENÇA DE ORIFÍCIO LISO E ARREDONDADO, CONECTOR NA EXTREMIDADE DISTAL DE MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. TAMPA REVERSÍVEL, EVITANDO VAZAMENTOS, MATERIAL POSSUI BOA ADESAO A ESPARADRAPO OU FITA HIPOALÉRGICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PC	Metromed Com de Material Médico Hospitalar Ltda	BIOSANI	-----	De acordo	Apresentou o registro 80286009007, de acordo.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	69	917178 - SONDA URETRAL Nº 10 PLASTICA, MALEAVEL, ATRAUMATICO, ESTERIL, COM ADAPTACAO UNIVERSAL, EMBALAGEM UNITARIA, ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	PC	Biobase Industria e Comércio Ltda	BIOBASE	-----	De acordo	Apresentou o registro 80212340035, de acordo.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	70	917177 - SONDA URETRAL Nº 12 PLASTICA, MALEAVEL, ATRAUMATICO, ESTERIL, COM ADAPTACAO UNIVERSAL, EMBALAGEM UNITARIA, ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE	PC	Biobase Industria e Comércio Ltda	BIOBASE	-----	De acordo	Apresentou o registro 80212340035, de acordo.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.

		IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.								
-	72	917172 - SONDA URETRAL Nº 16 PLASTICA, MALEAVEL, ATRAUMATICO, ESTERIL, COM ADAPTACAO UNIVERSAL, EMBALAGEM UNITARIA, ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	PC	Metromed Com de Material Médico Hospitalar Ltda	BIOSANI	-----	De acordo	Apresentou o registro 80286009007, de acordo.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
-	74	909154 - SONDA URETRAL Nº 20 SONDA URETRAL PLASTICA Nº 20 - MATERIAL DE POLIURETANO TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, ESTERIL E DESCARTAVEL.COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CENTIMETROS, PONTA DA SONDA ARREDONDADA, ATRAUMATICA E PRESENÇA DE ORIFICIO LISO E ARREDONDADO, CONECTOR NA EXTREMIDADE DISTAL DE MATERIAL PLASTICO RESISTENTE. TAMPA REVERSIVEL, EVITANDO VAZAMENTOS, MATERIAL POSSUI BOA ADESAO A ESPARADRAPO OU FITA HIPOALERGICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL. DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DO LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	PC	Supermed Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	FOYOMED	-----	De acordo	Apresentou o registro 10150470535, de acordo.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.

O portal da Anvisa encontra-se com instabilidade, não sendo possível verificar a existência de alguma restrição pela agencia reguladora para os itens ofertados. Considerando que as licitantes apresentaram os registros dos produtos junto na Anvisa, estas atenderam ao edital em relação ao exigido no subitem 8.10 do edital.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 20/02/2025, às 15:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024593187** e o código CRC **57D4D501**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.264936-9

0024593187v5