



MEMORANDO SEI Nº 0018862040/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 24 de outubro de 2023.

À
SAPLCT**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 456/2023.**Objeto:** Contratação de empresa para locação de bombas de infusão com fornecimento de equipamentos para atender a demanda do Hospital Municipal São José.

Em atendimento ao Memorando SAPLCT (SEI nº 0018846765), segue a análise técnica solicitada:

Lote	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Modelo	Descritivo da proposta de acordo com o edital?	8.10- Registro Anvisa	8.11- Prospecto/ Ficha Técnica/ Print de tela	Questionamentos e informações da empresa	PARECER
1	1	41034 - EQUIPO DE DIETA ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA LIVRE DE LÁTEX E DEHP EQUIPO ESPECÍFICO PARA DIETA ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA, MACRO GOTAS, LIVRE DE LÁTEX E DEHP NA COR LILÁS COM SEGUIMENTO INTERMEDIÁRIO CONFECCIONADO EM SILICONE OU MATERIAL SIMILAR.	Unidade	LABORATORIOS B BRAUN S. A.	BBRAUN	402113/ENTERALFIX MULTISPIKE	De acordo	80136990733- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Pág. 25	-----	Proposta classificada
	2	41037 - EQUIPO CRISTAL PARA MEDICAÇÃO EM BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA LIVRE DE PVC EQUIPO PARENTERAL PARA MEDICAÇÕES ENDOVENOSAS E DIETA PARENTERAL, PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA, MACRO GOTAS NA COR TRANSPARENTE COM SEGUIMENTO INTERMEDIÁRIO CONFECCIONADO EM SILICONE OU MATERIAL SIMILAR. INJETOR LATERAL, LIVRE DE AGULHA OU COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE. DEVE SER ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM SILICONE/ABS E ISENTO/LIVRE DE LÁTEX E PVC.	Unidade	LABORATORIOS B BRAUN S. A.	BBRAUN	441702P/ INTRAFIX COMPACT AIR IL	Indicou na proposta informações divergentes das exigências do edital, havendo a necessidade de confirmação de informações.	80136990755- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Pág. 22	Questionamento: O edital exige equipo livre de PVC, porém, na proposta a empresa indicou na pág. 2 da proposta a seguinte redação: "tubo extensor de PVC". Solicitamos que a empresa informe se o item é isento de PVC. Informação da empresa: Empresa indicou no documento SEI nº 0018861747 a informação "tubo extensor livre de PVC" e no modelo versão indicou a redação "Modelo / Versão: Cód. B.Braun 441704P - Intrafix Compact AIR PVC FREE)"	Proposta classificada
	3	41038 - EQUIPO CRISTAL PARA MEDICAÇÃO EM BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA LIVRE DE DEHP EQUIPO PARENTERAL PARA MEDICAÇÕES ENDOVENOSAS E DIETA PARENTERAL, PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA, MACRO GOTAS, NA COR TRANSPARENTE COM SEGUIMENTO INTERMEDIÁRIO CONFECCIONADO EM SILICONE OU MATERIAL SIMILAR. INJETOR LATERAL, LIVRE DE AGULHA OU COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE. DEVE SER ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM SILICONE/ABS E ISENTO/LIVRE DE LÁTEX E DEHP.	Unidade	LABORATORIOS B BRAUN S. A.	BBRAUN	441704P/INTRAFIX COMPACT AIR IL PVC FREE	Não indicou na proposta todas as informações exigências do edital, havendo a necessidade de confirmação de informações.	80136990747- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Pág. 23	Questionamento: O edital exige equipo livre de DEHP, porém, não há menção da tal exigência na proposta. Solicitamos que a empresa informe se o item é isento de DEHP. Informação da empresa: "Informo, ainda, que TODOS os nossos itens são isentos de DEHP"	Proposta classificada
	4	41039 - EQUIPO CRISTAL PARA MEDICAÇÃO COM FILTRO DE LINHA 0,22 MICRA EM BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA LIVRE DE PVC EQUIPO PARENTERAL PARA MEDICAÇÕES ENDOVENOSAS E DIETA PARENTERAL, PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA, MACRO GOTAS, NA COR TRANSPARENTE COM SEGUIMENTO INTERMEDIÁRIO CONFECCIONADO EM SILICONE OU MATERIAL SIMILAR. FILTRO DE LINHA DE 0,22 MICRA. INJETOR LATERAL, LIVRE DE AGULHA OU COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE. DEVE SER ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM SILICONE/ABS E ISENTO/LIVRE DE LÁTEX E PVC.	Unidade	LABORATORIOS B BRAUN S. A.	BBRAUN	441704P/ INTRAFIX COMPACT AIR IL PVC FREE	De acordo	80136990747- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Pág. 23	-----	Proposta classificada
	5	41040 - EQUIPO FOTOPROTETOR PARA MEDICAÇÃO EM BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA LIVRE DE PVC EQUIPO PARENTERAL PARA MEDICAÇÕES ENDOVENOSAS E DIETA PARENTERAL, PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA, MACRO	Unidade	LABORATORIOS B BRAUN S. A.	BBRAUN	441723P/INTRAFIX COMPACT AIR FS	Indicou na proposta informações divergentes das	80136990743- Registro vigente, confirmado no portal da	Pág. 24	Questionamento: O edital exige equipo livre de PVC, porém, na proposta a	Proposta classificada

									<p>empresa indicou na pág. 3 da proposta a seguinte redação: "tubo de PVC cor âmbar com 2,80 m de comprimento".</p> <p>Solicitamos que a empresa informe se o item é isento de PVC.</p> <p>Informação da empresa: Empresa indicou no documento SEI nº 0018861747 a informação "isento de PVC" e no modelo versão indicou a redação "Modelo/Versão: (Cód. B.Braun 441724P – Intrafix Compact AIR FS – isento de PVC)"</p>	
6	<p>41041 - EQUIPO FOTOPROTETOR PARA MEDICAÇÃO EM BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA LIVRE DE DEHP EQUIPO PARENTERAL PARA MEDICAÇÕES ENDOVENOSAS E DIETA PARENTERAL, PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA, MACRO GOTAS, NA COR LARANJA COM SEGUIMENTO INTERMEDIÁRIO CONFECCIONADO EM SILICONE OU MATERIAL SIMILAR. DEVE SER ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM SILICONE/ABS E ISENTA/LIVRE DE LÁTEX E DEHP.</p>	Unidade	LABORATORIOS B BRAUN S. A.	BBRAUN	441723P/ INTRAFIX COMPACT AIR FS	<p>Não indicou na proposta todas as informações exigências do edital, havendo a necessidade de confirmação de informações.</p>	80136990743- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Pág. 24	<p>Questionamento: O edital exige equipo livre de DEHP, porém, na proposta e na ficha técnica apresentada não constata-se nenhuma informação sobre tal exigência.</p> <p>Solicitamos que a empresa confirme se o item proposto é isento de DEHP.</p> <p>Informação da empresa: "Informo, ainda, que TODOS os nossos itens são isentos de DEHP"</p>	Proposta classificada
7	<p>41042 - EQUIPO FOTOPROTETOR PARA MEDICAÇÃO COM FILTRO DE LINHA 0,22 MICRA EM BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA LIVRE DE PVC EQUIPO PARENTERAL PARA MEDICAÇÕES ENDOVENOSAS E DIETA PARENTERAL, PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA, MACRO GOTAS, NA COR LARANJA COM SEGUIMENTO INTERMEDIÁRIO CONFECCIONADO EM SILICONE OU MATERIAL SIMILAR. POSSUIR FILTRO DE LINHA DE 0,22 MICRA. DEVE SER ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, CONFECCIONADO EM SILICONE/ABS E ISENTA/LIVRE DE LÁTEX E PVC.ACEITA-SE O FORNECIMENTO DE FILTRO DE LINHA SEPARADO, COMPATÍVEL COM O EQUIPO.</p>	Unidade	LABORATORIOS B BRAUN S. A.	BBRAUN	441723P/ INTRAFIX COMPACT AIR FS	<p>Indicou na proposta informações divergentes das exigências do edital, havendo a necessidade de confirmação de informações.</p>	80136990743- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Pág. 24	<p>Solicitamos que a empresa informe se o item é isento de PVC e se será fornecido o filtro de linha.</p> <p>Informação da empresa: Empresa indicou no documento SEI nº 0018861747 a informação "isento de PVC" e no modelo versão indicou a redação "Modelo/Versão: (Cód. B.Braun 441724P – Intrafix Compact AIR FS – isento de PVC)"; em relação ao filtro de linha, indicou na proposta as informações acerca do filtro de linha que será fornecido no item.</p>	Proposta classificada
8	33480 - LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA	Serviço	LABORATORIOS B BRAUN S. A.	BBRAUN	441630 INFUSOMAT COMPACT	De acordo	1.00085.30367- Registro vigente, confirmado no portal da	Pág. 28	-----	Proposta classificada

Anvisa

Considerando as informações apresentadas pela empresa, a proposta está classificada. Haverá a necessidade de apresentação de amostra para os equipamentos, de acordo com o item 11 do edital, porém, não haverá a necessidade de apresentação de amostra da bomba de infusão pois o item em questão é utilizado atualmente no Hospital Municipal São José.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 25/10/2023, às 09:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018862040** e o código CRC **7D1E354C**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.218135-7

0018862040v10