

MEMORANDO SEI Nº 27280969/2025 - SES.UME.APA

Joinville, 24 de outubro de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 308/2025.**Objeto:** Aquisição de Aparelhos e Equipamentos de Odontologia.

Prezado(a) Senhor(a),

Venho por meio deste, encaminhar nossa **análise das propostas das empresas conforme segue:**

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marc a (Comprasnet)	Modelo (Proposta)	Descritivo de acordo com o edital?	Prospecto/Ficha Técnica	Registro Anvisa	Amostragem?	Parecer
4	41417 - BOMBA DE VÁCUO - USO ODONTOLÓGICO COM NO MÍNIMO 1 HP DE POTÊNCIA E CAPACIDADE PARA ATENDER NO MÍNIMO 4 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. TENSÃO 127V/220V 60HZ - AUTOMÁTICA.	UNIDADE	ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA	GG	MD 600 1HP	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	ISENTO	NÃO	APROVADO
	45486 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO POTÊNCIA 2 HP, COM CAPACIDADE DO RESERVATÓRI									

5	RESERVAÇÃO DE 30 ATÉ 70L. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE ÓLEO, TANQUE COM PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 220V. COMPONENTE ADICIONAL: VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO PARA ÁGUA. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO/ISENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA .	UNIDADE	AMBDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPBRASIL	50L 220V	SIM	DE ACORDO COM O EDITAL	ISENTO NÃO	APROVADO
10	41126 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO CONFECCIONADA EM METAL, SPRAY TRIPLO OU QUÁDRUPLO, ROLAMENTO CERÂMICO, ROTAÇÃO ENTRE 335.000 RPM A 420.000 RPM , ROTOR COM TORQUE ENTRE 0,05 A 0,18 NCM. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, SISTEMA DE CONEXÃO TIPO BORDEN - DOIS FUIROS, SISTEMA DE SUBSTITUIÇÃO DE BROCA POR BOTÃO DE PRESSÃO, BAIXO CONSUMO DE AR (ENTRE 32 A 50 LITROS/MIN.), PRESSÃO DE TRABALHO 30 A 35 LIBRAS (PSI), ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE 135°C. COM IDENTIFICAÇÃO	UNIDADE	GNATUS PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	GNATUS	Alta Rotação AX1 NT PB-L	SIM	EM DESACORDO COM O EDITAL. NÃO INFORMAR O TORQUE DO EQUIPAMENTO	80520570004 SIM 1(UMA)	APROVAÇÃO CONDICIONADA A EMPRESA APRESENTAR DOCUMENTO QUE INFORME O TORQUE E O MESMO ESTEJA DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (ENTRE 0,05 E 0,18 NCM)

O PRODUTO, FABRICANTE, APRESENTAR REGISTRO/ ISENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA .									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição.
Atencosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a) Público(a)**, em 24/10/2025, às 11:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27280969** e o código CRC **B7DF2412**.

Rua Max Colin, 550 - Bairro América - CEP 89204-040 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.114879-1

27280969v3