



MEMORANDO SEI N° 25756506/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 10 de junho de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 149/2025

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos)

Em atenção ao Memorando 25739385, segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto/Ficha técnica/Print de tela	Amostr as?	Parecer
15	909309 - CATETER DUPLO J ADULTO 6 FR CATETER DUPLO J 6FR COMPRIMENTO 28 CM, BIOCAMPATÍVEL, RADIOPACO E FABRICADO EM POLIURETANO A PROVA DE DOBRAS. REVESTIMENTO HIDROFÍLICO. MARCAÇÃO NO CORPO DO CATETER, VÁRIOS ORIFÍCIOS E EXTREMIDADES ABERTAS. FIO GUIA HIDROFÍLICO COM COMPRIMENTO SUPERIOR A 130 CM. EMBALAGEM ESTÉRIL,CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO	Pç.	TOTAL SUPRI COMERCIO, IMPORTACA O E EXPORTACA O LTDA	Ingamed	De acordo	Cateter - 81175140004, Fio guia- 81175140023. Registros ativos, confirmado no Portal ANVISA	Apresentou	EXIGE	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse as seguintes informações: 1- Qual a medida do cateter ofertado? No retorno, a empresa informou: " <i>Estamos oferecendo conforme a ficha técnica do fabricante</i> " Considerando que o edital exige cateter com comprimento de 28

								cm e a ficha técnica apresentada pela empresa indica medida de 26 cm para o modelo ofertado, a proposta está desclassificada por ofertar item que não atende as exigências do edital.
67	910969 - AGULHA BIOPSIA P/EXAME MIELOGRAMA 15G X 4,3 A 5CM DESC. AGULHA PARA MIELOGRAMA (ASPIRADO DE MEDULA ÓSSEA), 15G x 4,3 A 5CM DESCARTÁVEL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Pc	UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACA O E EXPORTACA O LIMITADA	UNIT/ EMO-B 15/28L	De acordo	10287070024- Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA	Apresentou	EXIGE Na análise preliminar, foi questionado: 1- É possível ajustar a agulha para a medida exigida no edital (4,3 a 5 cm)? No retorno, a empresa informou: " <i>A Agulha atende a solicitação, pois a mesma tem regulagem mínima de 8 e máxima de 6 cm sendo possível regulagem em 5cm. Na forma de regulagem contida na agulha permite que ela atinja o tamanho solicitado.</i> " Proposta classificada, haverá a necessidade de apresentar amostras.

Ainda conforme solicitado, informamos que as amostras devem ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2719, Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 h às 17:00 h.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 10/06/2025, às 17:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25756506** e o código CRC **18540781**.

