



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 0015823978/2023 - HMSJ.UAD.APA

Joinville, 08 de fevereiro de 2023.

À SAPLCT

Prezados,

Em resposta ao Memorando SEI nº 0015823808, referente ao Documento SEI nº 0015823794, detalhamos neste documento nossas considerações.

Na análise técnica realizada no Memorando SEI nº 0015693054, solicitamos que a licitante **PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA** confirmasse que o **SISTEMA DE HEMODINÂMICA Modelo Azurion 5 F20**, atenderia as exigências editalícias referente a:

- 1) *"Hardware de alta performance, para processamento de imagem 3D com no mínimo 32 GB de memória RAM e no mínimo 1 TB de HD".*
- 2) *"Hardware de alta performance com duplo processador ou superior, com no mínimo 4 GB de memória RAM e no mínimo 144 GB de HD".*

Em diligência, através do Documento SEI nº 0015823794, a licitante detalhou nas páginas 27 e 28 a configuração do Hardware a ser entregue com o equipamento, conforme segue:

*Chipset : Intel C610CPU : 1x Intel Haswell 8-core 2.3 GHz or better
Memory : 4x 4GB DDR4-1600 RDIMM or better
Graphics : 2x equivalent to nVidia K620 or better with DVI-I (1) and DisplayPort (1)
OS disk : 1x HDD, 250GB minimum, 100MB/s
Data disk : 1x SSD Self Encrypting Drive
Optical drive : None
Ethernet ports : 4x 10/100/1000 Mb on motherboard
USB : V2.0 or better, 6x on rear of unit (motherboard), 2x on front of unit
Serial : 2x RS232 (breakout bracket connected to motherboard)
Special IO : None
BIOS version : V1.4.44 or higher
TPM : V1.2 Disabled*

Secure Boot : Not Enabled

BMC code version : V143 or higher

Chassis : 19" rackmount, 4 HU, black

Packaging : Single piece per package, packaging and labeling compliant with UX00109.

Microsoft : Win 7 and Win 10 COA"

Sendo assim, a configuração atende as exigências editalícias referente ao *"Hardware de alta performance com duplo processador ou superior, com no mínimo 4 GB de memória RAM e no mínimo 144 GB de HD"*. Entretanto, não encontramos no Documento SEI nº 0015823794, a informação referente ao *"Hardware de alta performance, para processamento de imagem 3D com no mínimo 32 GB de memória RAM e no mínimo 1 TB de HD"*. Por este motivo, solicitamos novamente que a licitante comprove o atendimento as exigências editalícias nesta especificação.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Thays Roberta Tavares, Coordenador (a)**, em 08/02/2023, às 15:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0015823978** e o código CRC **0F5C25B2**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Anita Garibaldi - CEP 89202-000 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

22.0.237480-3

0015823978v12