



MEMORANDO SEI Nº 27047862/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 06 de outubro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 389/2025
Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção e monitoração).

Em atenção ao memorando SEI nº 27018347, seguem as análises solicitadas:

Item	Tratamento	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marc a Registrada	Modelo (Proposta)	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - ANVISA	8.10.2 - Prospe cto, ficha técnica, imagem de site	11 - Amostras	Parecer
2	Exclusivo	910921 - AGULHA DESC PERIDURAL Nº17 C/MANDRIL E CANHAO AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA PERIDURAL NR 17, BISEL TIPO TUOHY,MARCACAO EM CENTIMETROS PARA CONTROLE DE PROFUNDIDADE E COMPRIMENTO. EMPUNHADURA	PC	MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROCARE	---	De acordo	103694 60146 - Registro válido até 19/12/2035. Confirmado no portal da ANVISA.	Apre sentou	---	O edital exige agulha com marcação em centímetros para controle de profundidade e comprimento. Na ficha

		ANATOMICA. ESTERIL, ATOXICA E APIROGENICA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE , CONTENDO N. DE LOTE, REGISTRO ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO.									técnica não há informaç ão sobre a agulha ofertada possuir marcação em centímetr os. Para continuid ade da análise, solicitam os que a empresa confirme : 1 - Que o item ofertado possui marcação em centímetr os. (Para a confirma ção do question amento, é necessári o o envio de documen tação comprob atória.)
4	Exclu sivo 25%	25771 - AGULHA DESC. PARA QUIMIOTERAPIA 20 G X 25 MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; COM TUBO	Uni dade	VOLA RE COME RCIO LTDA	DEAL ERM ED	HES 20G25	A prop osta apres enta descr itivo resu mido .	814726 89012 - Registr o vigente. Confir mado no portal da	Aprese ntou.	Exig e	Proposta de acordo com o edital, classifica da. Há necessid

		EXTENSOR. CANULA EM ACO SILICONIZADO, BISEL TIPO HUBER DE FACIL PENETRAÇÃO. TUBO EXTENSOR TRANSPARENTE COM INJETOR LATERAL, PINÇA CORTA FLUXO, CONECTOR LUER- LOCK E TAMPA PROTETORA. ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE REGISTRO ANVISA E RESPONSÁVEL TECNICO. Cota Reservada até 25%						ANVIS A.			ade de apresenta ção de amostra.
23	Exclu sivo	909503 - AGULHA PARA FISTULA 17G AGULHA PARA FISTULA ARTERIO VENOSA, CALIBRE 17G ,CONSTITUIDA DE CANULA DE ACO, ASA, SILICONIZADA, TUBO EXTENSOR DE PAREDE FINA, CONECTOR LUER LOCK, PINÇA PARA INTERROMPER FLUXO E TAMPA.DISPOSITIV O DE SEGURANCA PARA ENCAPSULAMENT O TOTAL DA AGULHA EM ATENDIMENTO A NR.32. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA	PC	MEDI C STOC K COME RCIO DE PROD UTOS MEDI COS HOSPI TALA RES LTDA	FORT E CARE	---	De acord o	804639 10041 - Registr o vigente. Confir mado no portal da ANVIS A.	Aprese ntou.	---	O edital exige cânula de aço, asa, siliconiz ada, tubo extensor de parede fina, conector luer lock, pinça para interrom per fluxo e dispositi vo de seguranç a para encapsul amento total da agulha. Na ficha técnica, não há indicaçã o da

		FABRICACAO, PRAZO VALIDADE, NUMERO LOTE E REGISTRO MS.								cânula de aço, asa, siliconiz ada, tubo extensor de parede fina, conector luer lock, pinça para interrom per fluxo e dispositi vo de seguranç a para encapsul amento total da agulha. Para continuid ade da análise, solicitam os que a empresa confirme : 1 - Que o item ofertado possui cânula de aço. 2 - Que o item ofertado possui cânula siliconiz ada. 3 - Que o item ofertado possui asa.
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

									4 - Que o item ofertado possui tubo extensor de parede fina. 5 - Que o item ofertado possui conector luer lock. 6 - Que o item ofertado possui pinça para interromper fluxo. 7 - Que o item ofertado possui dispositivo de segurança. Para a confirmação dos questionamentos, é necessário o envio de documentação comprobatória.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Elenise Sobral Bonfim, Servidor(a) Público(a)**, em 06/10/2025, às 11:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27047862** e o código CRC **67487F8D**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

25.0.160452-5

27047862v10