



MEMORANDO SEI N° 0024950310/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 25 de março de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise de amostras- Pregão Eletrônico **071/2025**.

Objeto: Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Encaminhamos as informações das análises de amostras já finalizadas por esta Secretaria da Saúde:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Parecer
38	275 - CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL	COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	POLAR FIX	Conforme Análise SEI nº 0024950212, o edital exige campo com tamanho mínimo de 50 X 50 cm e a amostra possui tamanho de 47 cm X 49 cm. Amostra reprovada.
39	274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL DESCARTÁVEL	COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	POLAR FIX	Amostra aprovada confirme Análise SEI nº 0024950247
40	274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL DESCARTÁVEL	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	POLAR FIX	Conforme Análise SEI nº 0024950218, a amostr apossui medidas de 45 cm X 49,5 cm e o edital exige medidas de 50 X 50 cm. Amostra reprovada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**,
Coordenador(a), em 25/03/2025, às 14:28, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024950310** e o código CRC **2696FF21**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

0024950310v3

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 71/2025

ITEM: 38

275 - CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 40G/M², TAMANHO MÍNIMO 50 X 50 CM, NA COR AZUL OU BRANCO, ESTÉRIL, CONFECIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO, IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, SENDO QUE UMA DEVERÁ SER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, Tamanho, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA.

FORNECEDOR: COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

MARCA: POLAR FIX

LOTE: 122024 CQ88065 B4

REGISTRO (ANVISA): 8003400026

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

(X) Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRIPTIVO

Apontamentos: O edital exige campo com tamanho mínimo de 50 x 50 cm e a amostra possui tamanho de 47 cm x 49 cm

() Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA

DATA: 85/3/25

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

—ORENJI

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 71/2025

ITEM: 39

274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL DESCARTÁVEL, COM FENESTRA DE 10 CM DE DIÂMETRO, GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 40G/M², TAMANHO MÍNIMO 50 X 50 CM, NA COR AZUL OU BRANCO, ESTERIL, CONFECIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO, IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, SENDO QUE UMA DEVERÁ SER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%

FORNECEDOR: COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

MARCA: POLAR FIX

LOTE: 52654 B4

REGISTRO (ANVISA): 8003400026

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

Adequada Inadequada Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRIPTIVO

Apontamentos: _____

Adequada Inadequada Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: _____

Adequada Inadequada Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: SIM NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 25/03/2025

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

*prefeitura de Joinville
Secretaria da Saúde
Cinthia L. de Bueno
39.031*

COREN/SC 178.025

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 71/2025

ITEM: 40

ITEM: 40
274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL DESCARTÁVEL, COM FENESTRA DE 10 CM DE DIÂMETRO, GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 40G/M², TAMANHO MÍNIMO 50 X 50 CM, NA COR AZUL OU BRANCO, ESTERIL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO, IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, SENDO QUE UMA DEVERÁ SER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Principal

Cota Principal

FORNECEDOR: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

MARCA: POLAR FIX

LOTE: 012025

REGISTRO (ANVISA): 8003400026

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

EMBREAGEM

() Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRIPTIVO

ATENDIMENTO

Apontamentos: Cm x 99,5 cm e o edital exige medidas de 50 x 50 cm.

Adequada Inadequada Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

() Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM (X) NÃO

JUSTIFICATIVA:

DATA: 25/3 125

Prefeitura de Joinville
Secretaria de Saúde
Neidson da Cunha Bueno
Assinatura do Profissional / Carimbo