

MEMORANDO SEI Nº 30775005/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 03 de setembro de 2026.

À
SAP.LCT**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **279/2026** e Portal de Compras do Governo Federal nº **38/2026**.**Objeto:** Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para Suporte Ventilatório).

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção aos documentos SEI nº 30765240 segue as análises solicitadas:

Lo te	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela)	11 - Amostras?	Parecer
										Análise Prévia: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado. Resposta da 1ª Diligência: Conforme a 1ª Diligência: memorando sei

-	40	912552 - INTRODUTOR BOUGIE PARA TUBO ENDOTRAQUEAL INTRODUTOR BOUGIE, FABRICADO A PARTIR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E BAIXA RIGIDEZ (PROPORCIONA RIGIDEZ ADEQUADA PARA INSERÇÃO), CALIBRADO DE INSERÇÃO DE FACILMENTE OBSERVADO PARA SEGURANÇA), COM DIÂMETRO EXTERNO DE 5 A 6 MM E COMPRIMENTOS DE 60-70 CM, PONTA TIPO COUDÉ COM ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 35 A 40º (PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DE ANÉIS TRAQUEAIS).REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.	PC	JF COMERCIO DE MATERIA L E MEDICAMENTOS HOSPITA LARES LTDA	gcmedica	Apresentou descrição resumida do item.	10150470640, Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 19/08/2026	Apresento u o prospecto ofertando o item em "POLIESTIRENO". O Edital exige que o item seja em "POLIETILENO".	30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30596132. Apresentou o prospecto ofertando o item em "POLIESTIRENO". O Edital exige que o item ofertado seja em "POLIETILENO". Resposta da 2ª Diligência: Conforme memorando sei 30698468, a empresa JF Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30698350 e se manifestou via chat: <i>"bom dia senhor, estamos solicita a fabrica a ficha técnica completa, porem adiantamos que a composição interna do produto é em interno Polietileno revestido de Polivinila".</i> No Prospecto apresentado em anexo não se encontram as informações relatadas via chat. Resposta da 3ª Diligência: Conforme memorando sei 30765240, a empresa JF Comércio de Material e
---	----	--	----	--	----------	--	---	---	---

								Medicamentos Hospitalares Ltda se manifestou via chat: <i>"bom dia senhor ja foi encaminhado a ficha tecnica do produto que foi encaminha cotado infelizmente não atende aos edital."</i> Parecer final: Proposta não atende ao descritivo solicitado no edital. Desclassificada.
		4286 - INTRODUTOR BOUGIE PARA TUBO						Análise Prévia: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente os seguintes documentos exigidos em edital: 8.10 - Registro ANVISA e 8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela), com a identificação do item ofertado que deverá ser analisado. Resposta da 1ª Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30596132. Apresentou o prospecto ofertando o item em "POLIESTIREN O". O Edital

-	41	ENDOTRAQUEAL COM CANAL CENTRAL INTRODUTOR BOUGIE, FABRICADO A PARTIR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E BAIXA RIGIDEZ (PROPORCIONA RIGIDEZ ADEQUADA PARA INSERCAO), CALIBRADO (DISTANCIA DE INSERCAO FACILMENTE OBSERVADO PARA SEGURANCA), COM DIAMETRO EXTERNO DE 05 A 06 MM E COMPRIMENTOS DE 60-70 CM, PONTA TIPO COUDE COM ANGULACAO APROXIMADA DE 35 A 40º (PARA FACILITAR A IDENTIFICACAO DE ANEIS TRAQUEAIS) E CANAL CENTRAL PARA ASPIRACAO DE SECRECOES OU FORNECIMENTO DE OXIGENIO. REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.	Unidade	JF COMERCIO DE MATERIA L MEDICAMENTOS HOSPITA LARES LTDA	gcmedica	Apresentou descrição resumida do item.	10150470640, Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 19/08/2026	Apresento o prospecto ofertando o item em "POLIESTIRENO". O Edital exige que o item seja em "POLIETILENO".	exige que o item ofertado seja em "POLIETILENO". Resposta da 2ª Diligência: Conforme memorando sei 30698468, a empresa JF Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30698350 e se manifestou via chat: <i>"bom dia senhor, estamos solicita a fabrica a ficha técnica completa, porem adiantamos que a composição interna do produto é em interno Polietileno revestido de Polivinila".</i> No Prospecto apresentado em anexo não se encontram as informações relatadas via chat. Resposta da 3ª Diligência: Conforme memorando sei 30765240, a empresa JF Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda se manifestou via chat: <i>"bom dia senhor ja foi encaminhado a ficha tecnica do produto que foi encaminhado cotado infelizmente não atende aos edital."</i>
---	----	--	---------	--	----------	--	---	---	--

									Parecer final: Proposta não atende ao descritivo solicitado no edital. Desclassificada.
46		919412 - MASCARA DE ALTA CONCENTRACAO DE OXIGENIO INFANTIL COM RESERVATORIO MASCARA EM VINIL TRANSPARENT, MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E AVALIAÇÃO VISUAL TECNICO, TAMANHO APROXIMADO (ALT. 10CM X LARG. 8 CM X PROF. 5 CM), COM ELASTICO E PRESILHA EM AÇO AJUSTAVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTAVEL VALVULA UNIDIRECIONAL PARA CONEXAO COM RESERVATORIO 750 ML E EXTENSAODE MÍNIMO 1,5 M EM PVC PARA CONEXAO DA MASCARA COM OXIGENIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO DATA	UN	CIRURGICA UNIAO LTDA	ADVANTIVE	De Acordo	10296900077 Registro Ativo Vigente confirmado no Portal ANVISA em 28/08/2026	Apresento u o prospecto de Máscara de Alta Concentração com a descrição resumida do item. O prospecto deixa claro que a máscara de alta concentração infantil apresenta a capacidade do reservatório de 600 ml. Não atende a exigência do edital: 1- Reservatório 750ml	Análise Prévia: Conforme documento sei 30698811,Apresentou o prospecto de Máscara de Alta Concentração com a descrição resumida do item. Não sendo possível dar continuidade na análise pois não deixa claro o tamanho (adulto/infantil), as especificações e as medidas ofertadas exigidas no edital: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente o prospecto referente ao item: 1- "Mascara de alta concentração de oxigênio infantil com reservatório". Resposta da Diligência: Conforme memorando sei 30765240, a empresa Cirúrgica União Ltda encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30765236; Apresentou o prospecto de Máscara de Alta Concentração com a descrição resumida do item. O

		VAL/FABRICACAO. LOTE, ISENCAO/ REGISTRO NO M.S/ANVISA.							prospecto deixa claro que a máscara de alta concentração infantil apresenta a capacidade do reservatório de 600 ml. Não atende a exigência do edital: 1- Reservatório 750ml Parecer final: Proposta não atende ao descritivo solicitado no edital. Desclassificada.
		919409 - MASCARA DE ALTA CONCENTRACAO DE OXIGENIO PARA ADULTO COM RESERVATORIO MASCARA EM VINIL TRANSPARENTE, MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E AVALIAÇÃO VISUAL TECNICO, TAMANHO APROXIMADO (ALT. 10CM X LARG. 8 CM X PROF. 5 CM), COM ELASTICO E PRESILHA EM AÇO AJUSTAVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTAVEL	UNI	JF COMERCI O DE MATERIA L E		Apresen tou descriçã	8049551 9029,Ati vo Vigente confirma	Apresento u o prospecto com as medidas do reservatór io. Não deixa claro a seguinte exigência do edital: "TAMAN	Resposta da 1ª Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30596186. Porém o prospecto não deixa claro a seguinte exigência do edital: "TAMANHO APROXIMADO (ALT. 10CM X LARG. 8 CM X PROF. 5 CM)" Resposta da 2ª Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30698468, a empresa se manifestou apresentando o prospecto conforme anexo sei 30698372. Apresentou o prospecto com as medidas do reservatório.

-	47	VALVULA UNIDIRECIONAL PARA CONEXAO COM RESERVATORIO 1.000 ML E EXTENSAODE MÍNIMO 1,5 M EM PVC PARA CONEXAO DA MASCARA COM OXIGENIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO DATA VAL/FABRICACAO. LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S/ANVISA.	D	MEDICAMENTOS HOSPITA LARES LTDA	MEDIX	o resumid a do item.	do no Portal ANVISA em 19/08/2026	HO APROXI MADO DA MÁSCAR A (ALT. 10CM X LARG. 8 CM X PROF. 5 CM)"	-	Não deixa claro a seguinte exigência do edital: 1- "Tamanho aproximado da máscara: (alt. 10cm x larg. 8 cm x prof. 5 cm)." Resposta da 3ª Diligência: Conforme memorando sei 30765240, a empresa JF Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda se manifestou via chat: <i>"bom dia senhor ja foi encaminhado a ficha tecnica do item que foi cotado infelizmente não atende aos edital."</i> Parecer final: Proposta não atende ao descritivo solicitado no edital. Desclassificada.
										Resposta da 1ª Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30596783, a empresa se manifestou apresentando o prospecto e o registro ANVISA. conforme anexo sei 30596229. Porém o prospecto não deixa claro a seguinte exigência do edital: extensão mínima de 160 cm.

-	57	22154 - MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO INFANTIL COM PINO MICRONEBULIZADOR, CONJUNTO DE MICRO NEBULIZADOR COMPLETO (INFANTIL) OXIGÊNIO, CONTENDO: MÁSCARA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; RECIPIENTE E CABEÇOTE EM POLIPROPILENO, EXTENSÃO MÍNIMA DE 160 CM, EM PVC ATÓXICO; CONECTOR PARA OXIGÊNIO EM NYLON. REGISTRO ANVISA.	CONJ	JF COMERCIO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	VITAL	Apresentou descrição resumida do item.	10296900071, Anvisa Ativo, confirmado no Portal ANVISA em 14/08/2026	Apresento no prospecto "KIT NEBULIZADOR OXIGÊNIO ADULTO". Não sendo possível dar continuidade de na análise. A empresa precisa apresentar o prospecto referente ao "MICRO NEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO INFANTIL", conforme o descritivo.	Resposta da 2ª Diligência: Conforme Diligência: memorando sei 30698468, a empresa se manifestou apresentando o prospecto. conforme anexo sei 30698391. Apresentou no prospecto "KIT NEBULIZADOR OXIGÊNIO ADULTO". Não sendo possível dar continuidade na análise. A empresa precisa apresentar o prospecto referente ao "MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO INFANTIL", conforme o descritivo. Resposta da 3ª Diligência: Conforme memorando sei 30765240, a empresa JF Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda se manifestou via chat: <i>"bom dia senhor ja foi encaminhado a ficha tecnica do item que foi cotado infelizmente não atende aos edital."</i> Parecer final: Proposta não atende ao descritivo solicitado no edital. Desclassificada.
---	----	---	------	---	-------	--	--	---	---

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Analise Schmidt Nicacio, Servidor(a) Público(a)**, em 03/09/2026, às 08:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30775005** e o código CRC **B3BFCAAD**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.123700-1

30775005v5