



MEMORANDO SEI Nº 25316622/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 29 de abril de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 075/2025.

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem - fios cirúrgicos.

Em atenção ao documento SEI nº 25316487, segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Amostras?	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/ Print de Tela	Parecer
24	911263 - FIO CIR. MONOFILAM.DE POLIPROPILENO AZUL 7-0 FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR DE POLIPROPILENO COR AZUL, ESPESSURA 7-0, COM 70CM DE COMPRIMENTO, COM 02 AGULHAS 3/8 CIRCULO, PONTA CILINDRICA, MEDINDO 0,9 a 0,93CM, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	BIOLINE PL702CR93EAP	EXIGE	De acordo	10426020006-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	Na proposta a empresa indicou o modelo PL702CR93EAP; na ficha técnica constam os modelos PL702CR93AP e PL702CR93, porém, não localizamos o modelo PL702CR93EAP. Para continuidade na análise, solicitamos: 1- Que a empresa confirme o modelo ofertado; 2- Caso seja o modelo PL702CR93EAP, solicitamos a inclusão de ficha técnica referente ao modelo em questão.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 29/04/2025, às 15:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25316622** e o código CRC **9281A494**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.219769-7

25316622v3