



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 0013289170/2022 - SES.GTO

Joinville, 20 de junho de 2022.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 345/2022

ITEM 207- ESCOVA DENTAL INFANTIL (1 -5 anos)

DESCRIÇÃO	18351 - ESCOVA DENTAL INFANTIL (1-5 anos) escova dental infantil com capa protetora confeccionada em polipropileno, opaco, protetor de cerdas, cabo anatômico e reto, tamanho 120 a 150 mm, cabeça pequena, cabo curto, acabamentos arredondados, sem rebarbas, cerdas em multinivelamento sendo mais altas na extremidade, monofilamento sintético (nylon), 3 a 4 fileiras, extra-macia, agrupadas com aproximadamente 20/23 tufo juntapostos com 20 a 25 tufo, ponta arredondada e lisa, acondicionada individualmente.
FORNECEDOR	ALTERMED MAT MED HOSP LTDA
MARCA	MEDFIO
REGISTRO ANVISA	ISENTO
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	2 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Acondicionada individualmente, conforme solicitado.

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: amostra apresentada fora do padrão solicitado no edital devido ausência da capa protetora.

Adequada inadequada Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: inadequado devido ausência da capa protetora.

Adequada inadequada Não se aplica

CONCLUSÃO: REPROVADO**ITEM 390 SUGADOR DE SALIVA**

DESCRIÇÃO	18417- SUGADOR DE SALIVA CONFECCIONADO COM PVC ATÓXICO, CURVO DESCARTÁVEL, SEM REBARBAS, A PONTA DEVE SER COLADA AO TUBO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE, DESENHO ANATÔMICO, PROPORCIONANDO SUÇÃO SEM MACHUCAR A BOCA DO PACIENTE, SEM MEMÓRIA, PERMANECENDO NA POSIÇÃO DESEJADA, TAMANHO DE 16 A 18 CM, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 40 PEÇAS.
FORNECEDOR	ALTERMED MAT MED HOSP LTDA
MARCA	QUALYBLESS
REGISTRO ANVISA	80156070001
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	1 UNIDADE

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

Apontamentos: Amostras sem embalagem.

Adequada inadequada Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Uma das amostras foi apresentada com arame para fora da parte em PVC, bem como descolou a ponta do sugador.

Adequada inadequada Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Risco de ferir o paciente com o arame e soltar a ponta do sugador na boca.

() Adequada (X) inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: REPROVADO



Documento assinado eletronicamente por **Christine Bohm da Costa, Gerente Técnico(a)**, em 20/06/2022, às 11:50, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013289170** e o código CRC **55110C90**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

22.0.201645-1

0013289170v9