

MEMORANDO SEI Nº 0018731959/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 16 de outubro de 2023.

À  
SES.SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 354/2023.

**Objeto:** Aquisição de curativos Especiais e Insumos para Ostomizados de uso continuado para atendimento de demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital São José.

Em atenção ao memorando SEI nº 0018567508 segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Quantidade	Fornecedor	Marca	Modelo	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10 - b) Prospecto/Ficha técnica/ Print de Tela para os itens 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36	11 - Amostras	Parecer
1	33091 - CREME PROTETOR BARREIRA CREME BARREIRA CONCENTRADO, INDICADO PARA TRATAMENTO E PROTEÇÃO DA PELE CONTRA MACERAÇÃO E IRRITAÇÃO POR EFLUENTES DE ESTOMAS E INCONTINÊNCIAS, À BASE DE UMECTANTES E EMOLIENTES OU ATIVOS COMPATÍVEIS QUE GARANTA A INDICAÇÃO DO PRODUTO, PH BALANCEADO, SEM FRAGRÂNCIA, FÓRMULA HIPOALERGÊNICA, LIVRE DE LÁTEX, DISPOSTO EM	Unidade	400	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	COMFEEL CREME BARREIRA / COLOPLAST	COD 4720	De acordo	10430319010 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Exige	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.

	TUBO OU BSNAGA COM NO MÍNIMO 28 G. PRODUTO SEGURO PARA USO EM PELE INTACTA OU DANIFICADA. A EMBALAGEM DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.										
2	30162 - SISTEMA DE CONTROLE DE INCONTINÊNCIA FECAL DISPOSITIVO DE CONTENÇÃO FECAL TEMPORÁRIA, INDICADO PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES COM POUCO OU NENHUM CONTROLE INTESTINAL E COM FEZES LÍQUIDAS OU SEMILÍQUIDAS. CONSISTE EM UM KIT CONTENDO: 1 CONJUNTO DE CATETER DE SILICONE FLEXÍVEL, 1 SERINGA E 3 BOLSAS COLETORAS DE 1 LITRO COM TAMPA . CATETER DE SILICONE FLEXÍVEL, COM BALÃO DE RETENÇÃO DE BAIXA PRESSÃO EM UMA DAS EXTREMIDADES (QUE SE ADAPTA À ANATOMIA DO ESFÍNCTER, PRESERVANDO SEU FUNCIONAMENTO E TÔNUS MUSCULAR) E UM CONECTOR PARA FIXAÇÃO DA BOLSA COLETORA NA OUTRA EXTREMIDADE. DEVE POSSUIR DOIS TUBOS PEQUENOS AFIXADOS AO CATETER DE SILICONE, UM UTILIZADO PARA INFLAR O BALÃO DE RETENÇÃO APÓS INSERÇÃO DO DISPOSITIVO NO RETO DO PACIENTE, E OUTRO UTILIZADO PARA ENXAGUAR O DISPOSITIVO, SE NECESSÁRIO. A BOLSA PARA COLETA DO EFLUENTE DEVE SER DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, COM	KIT	500	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	BD	BD	De acordo	80689090151- Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Exige	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.

	VÁLVULA ANTI-REFLUXO, GRADUADA, COM CAPACIDADE PARA 1000 ML, COM TAMPA DE FECHAMENTO AO FINAL DO USO QUE EVITA CONTAMINAÇÃO CRUZADA, COM ENCAIXE NO SISTEMA POR PRESSÃO, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO PARA CONTROLE DE ODORES E LIBERAÇÃO DE GASES. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, LIVRE DE LÁTEX, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE. DEVE ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.										
3	30298 - PÓ PROTETOR DA PELE A BASE DE HIDROCOLÓIDE PÓ BARREIRA GRANULAR PARA ESTOMIA, COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA SEM ÁLCOOL. PÓ PROTETOR QUE RETIRA A UMIDADE DA PELE PERIESTOMAL PROMOVENDO A REGENERAÇÃO DA ÁREA LESIONADA. AUXILIA NA FIXAÇÃO DOS DISPOSITIVOS PARA ESTOMIA. DISPONIBILIZADO EM FRASCO COM BICO DOSADOR PARA FACILITAR A APLICAÇÃO, CONTENDO PELO MENOS 25G. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	Frasco	800	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	PO30 Casex	PO30 Casex	De acordo	10222320024 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Exige	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.
4	13741 - ALGINATO DE CÁLCIO COMPOSTO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO, PODENDO CONTER SÓDIO E CABOXIMETILCELULOSE, PARA USO AUXILIAR NO DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO, ALTA CAPACIDADE	Pç.	9.700	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	POLAR FIX/ PHARMAPLAST SAE	POLAR FIX	Empresa oferta item com medidas 10 x 20 cm e edital exige 15 x 15 cm	8003400133 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Exige	Empresa ofertou item com medidas 10 x 20 cm, porém, o edital exige medidas mínimas de 15 x 15 cm.

	ABSORÇÃO E FAVORECIMENTO DE CICATRIZAÇÃO, ESTÉRIL, TAMANHO MÍNIMO DE 15 X 15 CM, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO BULA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, RESP. TÉCNICO, LOTE, VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, REG. MS/ ANVISA.									Proposta Desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital.	
5	917389 - AGE - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS LOCAO RESTAURADORA DE EPITELIOS COMPOSTO POR TRIGLICERIDEOS DE ACIDO CAPRICO, CAPRILICO, LAURICO, LECITINA DE SOJA, VITAMINAS A/E. ARMAZENADO EM FRASCO COM 200 ML, SEGURO E RESISTENTE , BICO TIPO ALMOTOLIA, TAMPA DE FACIL MANUSEIO E BOA VEDACAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO BULA, DADOS DE IDENTIFICACAO, FABRICACAO, RESP. TECNICO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	FRS	15.500	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DERMAEX/NUTRIEX	CX C/24 FR 200 ML	De acordo	80451960191 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Exige	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.
6	24864 - BOTA DE UNNA 10,16CM X 9,14 M BANDAGEM INELÁSTICA, DE ALGODÃO/ TECIDO, IMPREGNADA COM PASTA CONTENDO ÓXIDO DE ZINCO A 10 % E OUTRAS SUBSTÂNCIAS, TAMANHO MÍNIMO 10,16 CM X 9,14 M. EMBALAGEM INDIVIDUAL, BULA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, RESPONSÁVEL TÉCNICO, LOTE, VALIDADE, REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DE NF DE ENTREGA.	UNID	1.300	ROSSANE SERAFIM MATOS	CURATEC BOTA DE UNNA PRODUTO: BK229102	10,2 x 9,14	De acordo	80246910003 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Exige	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.
7	910956 - CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM TAMANHO MÍNIMO 10 X 10 CM - FIBRAS DE	PC	6.100	POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS	POLAR FIX/ PHARMAPLAST SAE	POLAR FIX	De acordo	8003400133 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Exige	Proposta de acordo com o edital.

	ALGINATO MACIAS FORMADAS EM MATERIAL NAO TECIDO. UTILIZADO EM ULCERAS PLANAS E CAVITARIAS. ALTAMENTE ABSORVENTE EM CONTATO COM EXSUDATO TRANSFORMANDO EM GEL, NAO CAUSANDO MACERACAO E PERMITINDO IRRIGACAO SANGUINEA NA FERIDA. EMBALAGEM ESTERIL CONTENDO: NØ DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REG. NA ANVISA.			HOSPITALARES LTDA						Proposta Classificada.	
8	910864 - CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO 5 X 5 CM TAMANHO MÍNIMO 5 X 5 CM, FIBRAS DE ALGINATO MACIAS, FORMADAS EM MATERIAL NAO TECIDO. UTILIZADO EM ULCERAS PLANAS E CAVITARIAS. ALTAMENTE ABSORVENTE EM CONTATO COM EXSUDATO TRANSFORMANDO EM GEL, NAO CAUSANDO MACERACAO E PERMITINDO IRRIGACAO SANGUINEA NA FERIDA. EMBALAGEM ESTERIL CONTENDO: NØ DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REG. NA ANVISA.	PC	2.000	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Casex A0505	Casex A0505	De acordo	10222320005 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Exige	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.
9	25656 - ADESIVO DE HIDROPOLÍMERO/ ESPUMA SACRAL ESPUMA HIDROCELULAR DE BORDAS ADESIVAS, ESPECIALMENTE PARA REGIÃO SACRAL, COM ACOMODAÇÃO ANATÔMICA; FORMADO POR CAMADAS DE HIDROPOLÍMERO E PELÍCULA EXTERNA IMPERMEÁVEL ,UTILIZADA PARA MINIMIZAR A PRESSÃO LOCAL EM PACIENTES COM ALTO DE RISCO DE LESÃO POR PRESSÃO E/OU TRATAR FERIDAS. TAMANHO MÍNIMO 18 X 18 CM, EMBALAGEM INDIVIDUAL,	Unidade	1.200	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	POLAR FIX/ PHARMAPLAST SAE	POLAR FIX	De acordo	8003400128 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Exige	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.

	CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, REG. MS/ANVISA.										
10	25655 - CURATIVO TRANSPARENTE DE SILICONE 10 CM X 15 CM UTILIZADO PARA TRATAMENTO DE FERIDAS TRAUMÁTICAS, ABRASIVAS, PERDA DE PELE; PERMITE PASSAGEM DO EXUDATO PARA OUTRO CURATIVO SECUNDÁRIO; CONFECCIONADO EM SILICONE E FILME DE POLIURETANO, PERFURADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO; TAMANHO MÍNIMO 10 X 15 CM; EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, REG. MS/ANVISA.	Unidade	1.200	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	BSN MEDICAL	CUTICELL CONTACT 10X18CM	De acordo	10224000074 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Exige	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.
11	910069 - CURATIVO TRANSPARENTE 10 X 10 CM CURATIVO DE POLIURETANO SEMIPERMEAVEL HIPOALERGENICO, ESTERIL, TAMANHO MÍNIMO 10 X 10 CM, ALTA PERMEABILIDADE, PERMITINDO TROCAS GASOSAS. RESISTENTE A UMIDADE INTERNA. FLEXIVEL. UTILIZADO EM ESTABILIZACAO DE CATETERES. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO: Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REG. NA ANVISA.	PC	11.000	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	POLAR FIX/ Shanghai ISO Medical Products Co Ltd	POLAR FIX	De acordo	8003400112 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Exige	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.
12	909324 - CURATIVO TRANSPARENTE 10 X 25 CM CURATIVO DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL, HIPOALERGÊNICO, ESTERIL, TAMANHO MÍNIMO 10 X 25 CM, ALTA PERMEABILIDADE, PERMITINDO TROCAS GASOSAS. RESISTENTE A UMIDADE INTERNA.	PC	6.000	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	POLAR FIX/ Shanghai ISO Medical Products Co Ltd	POLAR FIX	De acordo	8003400112 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Exige	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.

	FLEXIVEL. UTILIZADO EM ESTABILIZAÇÃO DE CATETERES. EMBALAGEM INDIVIDUAL. CONTEUDO: Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REG. NA ANVISA.										
13	910623 - CURATIVO TRANSPARENTE 6 X 7 CM CURATIVO DE POLIURETANO SEMIPERMEAVEL, HIPOALERGÊNICO, ESTERIL, TAMANHO MÍNIMO 6 X 7 CM, ALTA PERMEABILIDADE, PERMITINDO TROCAS GASOSAS. RESISTENTE A UMIDADE INTERNA, FLEXIVEL. UTILIZADO PARA ESTABILIZACAO DE CATETER. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTEUDO: Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	PC	8.000	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	POLAR FIX/ Shanghai ISO Medical Products Co Ltd	POLAR FIX	Empresa oferta medidas 7 X 5 cm.	8003400110 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA para "Filme transparente em rolo wound care F", edital exige embalagem individual.	Não se aplica	Exige	Proposta não atende as exigências do edital. Registro ANVISA refere-se a Filme transparente em rolo e edital exige embalagem individual. A empresa oferece item com medidas de 7 x 5 cm e edital exige tamanho mínimo 6 x 7 cm. Proposta Desclassificada.
15	910912 - CURATIVO 20 X 15 CM, TIPO MEMBRACEL CURATIVO COM MEMBRANA DE CELULOSE TAMANHO MÍNIMO 20 X 15 CM, POROSA, DESIDRATADA, MALEAVEL, UNIFORME, ADERE COM FACILIDADE A SUPERFICIE DA FERIDA, HIPOALERGENICA, CONTROLA A SAIDA DE LIQUIDOS ORGANICOS. TRANSLUCIDO. INDICADA PARA DERMO ABRASOES SUPERFICIAIS. EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. CONTEUDO: Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REG. NA ANVISA.	PC	800	VUELO PHARMA LTDA	MEMBRACEL	15 X 20 CM POROSA	De acordo	80074780002 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Exige	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.
16	910913 - CURATIVO 10X7,5CM, TIPO MEMBRACEL CURATIVO COM MEMBRANA DE CELULOSE TAMANHO	PC	1.200	VUELO PHARMA LTDA	MEMBRACEL	7,5X10CM POROSA	De acordo	80074780002 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Exige	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.

	MÍNIMO 10 X 7,5 CM, POROSA, DESIDRATADA, ALTAMENTE MALEAVEL, UNIFORME, ADERE COM FACILIDADE A SUPERFICIE DA FERIDA, HIPOALERGENICA, CONTROLA A SAIDA DE LIQUIDOS ORGANICOS, TRANSLUCIDO. INDICADA PARA DERMO ABRASOES SUPERFICIAIS. EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. CONTENDO: Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REG. NA ANVISA.										
18	24957 - CURATIVO DE ALTA ABSORCAO COM PRATA HIDROFIBRA COMPOSTO DE 100% DE FIBRAS E CARBOMETILCELULOSE SODICA E 1,2% DE PRATA IONICA E/OU FIBRAS DE ALCOOL POLIVINILICO, HIDROXIPROPILCELULOSE E SULFATO DE PRATA. COM PODER DE ALTA ABSORCAO E CONTROLE DE ODOR, NÃO ADERENTE ADAPTAVEL AO LEITO DA LESAO E RECORTAVEL. TAMANHO MÍNIMO DE 10X10 CM, ESTERIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, LOTE, FABRICACAO, VALIDADE, INSENCÃO/REGISTRO NO M.S/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	Unidade	6.300	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pharmaplast	Fibrosol Ag Extra Non Adhesive - Fib Ag Ex 1010	De acordo	81606090032 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Exige	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.
19	917391 - CURATIVO DE ALTA ABSORCAO COM PRATA COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO COM AÇÃO ANTIMICROBIANA, IMPREGNADA COM PRATA, ESTERIL, ALTA CAPACIDADE DE ABSORCAO, TAMANHO MÍNIMO 15 X 15 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM BULA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZACAO,	UNID	5.200	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	OF. PROXIMEL SIL NB AG/H. FORYOU-DIST. P. HARTMANN	15CM X 15CM	De acordo	80170310101 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Exige	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.



	FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO MS/ANVISA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APARTIR DA EMISSAO DA NOTA DE ENTREGA.										
20	19097 - CURATIVO NAO ADERENTE 7,5 X 20 CM CURATIVO NAO ADERENTE, MEDIDAS APROXIMADAS 7,5 X 20 CM; ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/- 1 CM COMPOSTO DE UMA TELA DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADA COM UMA EMULSÃO DE PETROLATUM OU MATERIAL DE SILICONE. PERMITIR RECORTES NAO DESPRENDENDO PARTICULAS, PERMITE LAVAR A FERIDA ATRAVES DOS ORIFICIOS DO MATERIAL. EMBALAGEM ESTERIL CONTENDO: NØ DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REG. NA ANVISA.	Peça	7.400	ROSSANE SERAFIM MATOS	CURATEC FILME TRANSPARENTE	10 x 10	Empresa ofertou na proposta item com tamanho 10 X 10cm, e edital exige "medidas aproximadas 7,5 x 20 cm; aceita-se variação de +/- 1 cm"	80246910020 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Exige	Empresa ofertou na proposta item com tamanho 10 x 10 cm, e edital exige "medidas aproximadas 7,5 x 20 cm; aceita-se variação de +/- 1 cm". Proposta Desclassificada por não atender ao descritivo.
21	917392 - GAZE ANTI ADERENTE 7,6 X 7,6 CM COMPOSTO DE TELA DE ACETATO DE CELULOSE, IMPREGNADA COM PETROLATUM , EVITANDO ADERENCIA E IMPEDINDO A DESIDRATAÇÃO DO TECIDO DE GRANULACAO. TAMANHO APROXIMADO 7,6 X 7,6 CM, ACEITA-SE VARIAÇÃO +/- 0,4 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM BULA, ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERELIZACAO, FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA N.F DE ENTREGA.	UNID	18.000	ROSSANE SERAFIM MATOS	CURATEC PETROLATUM	7,6 x 7,6	De acordo	80246910006 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Exige	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.
23	25676 - GEL HIDRATANTE COM ALGINATO DE CALCIO GEL TRANSPARENTE E VISCOSO INDICADO PARA QUEIMADURAS DE SEGUNDO GRAU, ABRASÕES, LACERAÇÕES, ÚLCERAS VENOSAS E	Gramas	250.000	ROSSANE SERAFIM MATOS	CURATEC HIDROGEL COM ALGINATO - K260085	85 GR	De acordo	80246910008 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Exige	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.

	ARTERIAIS E LESÕES POR PRESSÃO; COMPOSTO POR ÁGUA PURIFICADA, PROPILENOGLICOL, CARBÔMERO 940, TRIETANOLAMINA, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CONSERVANTES E CARBOXIMETILCELULOSE, SENDO ACEITO ACRÉSCIMOS DE OUTROS COMPONENTES; DEVE QUE PROMOVER MEIO ÚMIDO IDEAL PARA CICATRIZAÇÃO ATRAVÉS DA HIDRATAÇÃO DA FERIDA, CONDUZINDO AO DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO OU POSSIBILITANDO O DESBRIDAMENTO MECÂNICO. ESTABILIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 25 DIAS APÓS ABERTO; EMBALAGEM INDIVIDUAL COM NO MÁXIMO 90 GRAMAS, CONTENDO BULA, DADOS DO FABRICANTE, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NF DE ENTREGA.										
24	13744 - HIDROCOLOIDE COM OU SEM BORDA 20 X 20 CM IMPERMEÁVEL A LÍQUIDO, COM BARREIRA BACTERIANA E VIRAL, CAMADA INTERNA FORMADA POR PARTÍCULAS HIDROATIVAS, A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSE E/OU GELATINA E/OU PECTINA, PODENDO CONTER ALGINATO DE CÁLCIO, TAMANHO MÍNIMO 20 X 20 CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO BULA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MS/ANVISA.	Pç.	9.500	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	H320/CASEX	H320	De acordo	10222320014 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Exige	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.
25	13743 - HIDROCOLOIDE COM OU SEM BORDA 10 X	Pç.	12.100	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	COMFEEL PLUS / COLOPLAST	COD: 33110	De acordo	10430310141- Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Exige	Proposta de acordo com o

	10 CM IMPERMEÁVEL A LÍQUIDO, COM BARREIRA BACTERIANA E VIRAL, CAMADA INTERNA FORMADA POR PARTÍCULAS HIDROATIVAS, A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSE E/OU GELATINA E/OU PECTINA, PODENDO CONTER ALGINATO DE CÁLCIO, TAMANHO MÍNIMO 10 X 10 CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO BULA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MS/ANVISA.									edital. Proposta Classificada.	
26	917395 - LIMPADOR DE FERIDA CONSTITUIDO DE BETAINA E POLIEXANIDA. APRESENTAÇÃO EM FRASCO ENTRE 300 E 350 ML. DEVE MANTER ESTABILIDADE APOS ABERTO. EMBALAGEM CONTENDO BULA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NF DE ENTREGA.	FRS	2.600	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	DBS	Pielsana PHMB Solução 80175820010	De acordo	80175820010 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Exige	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.
27	911243 - PELÍCULA LÍQUIDA SEM ALCÓOL ESTÉRIL EM SPRAY COM SECAGEM RÁPIDA - NÃO CITOTÓXICO, PERMITE PERMEABILIDADE AO OXIGÊNIO. PODE SER APLICADO SOBRE PELE ÍNTEGRA OU COM LESÃO. APRESENTAÇÃO EM FRASCO SPRAY COM NO MÍNIMO 28 ML. CONTENDO: DATA DE VALIDADE, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E REG. NA ANVISA.	FRC	600	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3M	3M	De acordo	80284930354 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Exige	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.
35	17990 - CLIPES DE FECHAMENTO RETO PARA BOLSAS DRENÁVEIS CLIPES DE FECHAMENTO RETO PARA BOLSAS DRENÁVEIS, COMPOSTO POR DUAS LÂMINAS DE	Peça	2.500	DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	CASEX	UNIDADE	De acordo	10222320011 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA	Apresentou SEI 0018561166 - pág 5.	Não se aplica	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.

	POLIPROPILENO LIGADAS POR UMA DOBRADIÇA PARA FECHAMENTO DA ABERTURA DE DRENAGEM DAS BOLSAS DE COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA. COMPRIMENTO: 8,0 A 10,0 CM.										
37	40752 - ANEL MOLDÁVEL PARA ESTOMA ANEL MOLDÁVEL DE HIDROCOLÓIDE (CARBOXIMETILCELULOSE) FÁCIL DE SER MOLDADO À FORMA NECESSÁRIA, AJUSTA AO REDOR DO ESTOMA E CRIA UMA BARREIRA NA LACUNA ENTRE O ESTOMA E A BASE ADESIVA, COM BOA ADERÊNCIA À PELE MESMO QUE ELA APRESENTE DOBRAS E VINCOS. O PRODUTO É UM ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO DE OSTOMIA DESTINADO A EVITAR A OCORRÊNCIA DE INFILTRAÇÃO POR BAIXO DA PLACA. INDICADO PARA PREENCHIMENTO DE DESNÍVEIS DA PELE E VEDAÇÃO DO ESTOMA. ESPESURA MÍNIMA DE 3,0 MM. HIPOALERGÊNICO, SEM ÁLCOOL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, NÃO ESTÉRIL. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/M.S.	Unidade	100	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Coloplast COLOPLAST A/S - DINAMARCA	/ - Brava Anel Moldável	De acordo	10430310124 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Exige	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.
38	41331 - BOLSA COLETORA PARA SISTEMA DE CONTROLE DE INCONTINÊNCIA FECAL BOLSA PARA COLETA DO EFLUENTE. DEVE SER DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, COM VÁLVULA ANTIREFLUXO, GRADUADA, COM CAPACIDADE PARA 1000 ML, COM TAMPA DE FECHAMENTO AO FINAL DO USO QUE EVITA CONTAMINAÇÃO CRUZADA, COM ENCAIXE NO SISTEMA POR PRESSÃO, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO PARA CONTROLE DE ODORES E LIBERAÇÃO	Unidade	120	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Convatec	Flexiseal 80523029013	De acordo	80523029013 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Exige	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.

	DE GASES. PRODUTO NÃO ESTÉRIL, LIVRE DE LÁTEX, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE. DEVE ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.										
39	41396 - CURATIVO ANTIMICROBIANO COM CLORETO DE DIALQUIL CARBAMOIL (DACC) - TAMANHO 6 CM X 4 CM CURATIVO ANTIMICROBIANO COMPOSTO DE TECIDO ACETATO IMPREGNADO COM CLORETO DE DIALQUIL CARBAMOIL (DACC), EM FORMATO DE COMPRESSA, APRESENTA BORDAS EM SILICONE COM ADERÊNCIA SUAVE A PELE ÍNTEGRA PERILESIONAL. SWABS (“COMPRESSA”): TECIDO DE ACETATO, INDICADO COMO CURATIVO PRIMÁRIO EM FERIDAS SUPERFICIAIS OU PROFUNDAS, FERIDAS CRÔNICAS (POR EXEMPLO, ÚLCERAS VENOSAS, ARTERIAIS, DIABÉTICAS OU LESÃO POR PRESSÃO), FERIDAS PÓS-OPERATÓRIAS DEISCENTES, FERIDAS TRAUMÁTICAS E FERIDAS APÓS A EXCISÃO DE ABSCESSOS E FÍSTULA, FERIDAS COM INFECÇÕES FÚNGICAS. ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA. REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM RÓTULO, LOTE, DATA DE VALIDADE.	Unidade	400	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	BSN MEDICAL	SORBACT COMPRESSA 4X6CM	De acordo	10224000152 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Exige	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.
40	41397 - CURATIVO ANTIMICROBIANO COM CLORETO DE DIALQUIL CARBAMOIL (DACC) - TAMANHO 9 CM X 7 CM CURATIVO ANTIMICROBIANO COMPOSTO DE TECIDO ACETATO IMPREGNADO	Unidade	600	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	BSN MEDICAL	SORBACT COMPRESSA 7X9CM	De acordo	10224000152 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Exige	Proposta de acordo com o edital. Proposta Classificada.

<p>COM CLORETO DE DIALQUIL CARBAMOIL (DACC), EM FORMATO DE COMPRESSA, APRESENTA BORDAS EM SILICONE COM ADERÊNCIA SUAVE A PELE ÍNTEGRA PERILESIONAL. SWABS (“COMPRESSA”): TECIDO DE ACETADO, INDICADO COMO CURATIVO PRIMÁRIO EM FERIDAS SUPERFICIAIS OU PROFUNDAS, FERIDAS CRÔNICAS (POR EXEMPLO, ÚLCERAS VENOSAS, ARTERIAIS, DIABÉTICAS OU LESÃO POR PRESSÃO), FERIDAS PÓS-OPERATÓRIAS DEISCENTES, FERIDAS TRAUMÁTICAS E FERIDAS APÓS A EXCIÇÃO DE ABSCESSOS E FÍSTULA, FERIDAS COM INFECÇÕES FÚNGICAS. ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA. REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM RÓTULO, LOTE, DATA DE VALIDADE.</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A análise das demais propostas será encaminhada posteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 16/10/2023, às 08:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018731959** e o código CRC **3D966F65**.