



OFÍCIO SEI Nº 0023054465/2024 - HMSJ.CAOP

Joinville, 03 de outubro de 2024.

À Secretaria de Administração e Planejamento

Unidade de Licitações

Assunto: Resposta ao Memorando SEI nº 0023054050/2024 - SAP.LCT.

Cumprimentando-o cordialmente, em resposta ao Memorando supracitado do processo em epígrafe, destinado à "*Aquisição de químicos e insumos para a Osmose Reversa Duplo Passo do Hospital Municipal São José*", servimo-nos do presente instrumento para prestar os seguintes esclarecimentos:

a) ao descritivo das propostas de preços, se estão de acordo com os Anexos I e VI do Edital (SEI nº 0022486666) para as empresas arrematantes, ou seja, comparando-se o descritivo da proposta com o respectivo item dos Anexos I e VI do Edital, conforme:

8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).

8.10.1.1 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.

8.10.1.2 - Na desobrigação do item 8.10.1, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.

Assim, segue análise realizada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Fornecedor	Marca	Valor Unit. Lance	Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL).	Análise técnica

6	31351 - MEMBRANA OR 4040 REJEICAO EST. >99P PRESS/TESTE 10-BAR MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA, PARA FILTRAGEM E PRODUÇÃO DE ÁGUA DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE EQUIPAMENTO DE OSMOSE REVERSA. RETENÇÃO DE SAIS: MÍNIMO 99%	Unidade 7		FLUIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	LG	1.680,00	0023053996 - fl. 08/17 - Dispensa de registro na ANVISA. Assim, justifica-se a desobrigação do item 8.10.1, de acordo.	Análise técnica realizada e aprovada, item atende ao descritivo.
7	31352 - FILTRO DE SEDIMENTO 10" X 2,5". GRAU DE FILTRAÇÃO: 0.22 MICRAS ABSOLUTA. UTILIZADO PARA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS E BACTÉRIAS DO RESPIRO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA	Unidade 5		FLUIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	INDFILTROS	169,00	0023053996 - fl. 08/17 - Dispensa de registro na ANVISA. Assim, justifica-se a desobrigação do item 8.10.1, de acordo.	Análise técnica realizada e aprovada, item atende ao descritivo.

Sendo o que tínhamos a informar no momento, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Thyago Haugusto Andrioli, Coordenador(a)**, em 03/10/2024, às 14:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023054465** e o código CRC **12264039**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-050 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.170130-8

0023054465v6