



## Prefeitura de Joinville

### RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.UPR

#### CONCORRÊNCIA Nº 120/2017

**Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de coleta de amostras, análises laboratoriais e emissão de laudos analíticos para unidade de Laboratório de Monitoramento Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente - SEMA**

#### ESCLARECIMENTO I

**Recebido em 08 de agosto de 2017 às 15h36**

*1. Com relação ao edital da Concorrência nº 120/2017, segue uma dúvida com relação à Tabela 1 do Anexo V: - Vocês informam que as análises devem seguir o Conama 357. Neste caso, qual a classificação da água? Consideramos doce, salobra ou salina? Qual classe?*

Resposta: Conforme manifestação da Secretaria de Meio Ambiente, através do Memorando SEI nº 1001780 - SEMA.UGA: *A Tabela 1 do anexo V visa atender a demanda da fiscalização ambiental, denúncias e acidentes com derramamento de produtos perigosos. Levando em consideração que os locais de coleta são desconhecidos no momento, essa tabela foi formulada para atender duas classificações: água doce (classes I, II, III e IV) e água salobra (classes I, II e III).*

Silvia Mello Alves

Presidente da Comissão de Licitação - Portaria nº 001/2017



Documento assinado eletronicamente por **Silvia Mello Alves, Servidor (a) Público (a)**, em 14/08/2017, às 11:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **1005851** e o código CRC **9D77759C**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)