

**MEMORANDO SEI Nº 0020403551/2024 - SES.UFL.LAB**

Joinville, 05 de março de 2024.

**À SAP - LCT**

Sra. Pregoeira Luciana Klitzke

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **542/2023**

**Objeto:** Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Aglhas/Tubos/Coletores de resíduos), para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José.

Prezada Senhora,

Em atenção a Informação SEI nº 0020297195, referente a convocação do item 3, informamos que a amostra foi recebida e testada pela equipe técnica do Laboratório Municipal.

Sendo assim, segue o Parecer Técnico:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Parecer Técnico
3	5157 - ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO (23G) ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO QUE RECOBRE A AGULHA APÓS A PUNÇÃO, ESPECIAL PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, COM ADAPTADOR FIXO NA AGULHA OU SEPARADO (CASO SEPARADO ENVIAR NO MÍNIMO 1 ADAPTADOR PARA CADA 100 AGULHAS, O ADAPTADOR DEVE POSSUIR MECANISMO AUTOMÁTICO DE DESCARTE DA AGULHA ), PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO EM VINIL FLEXÍVEL, COM 17 A 19 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 23G, ASAS FLEXÍVEIS, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 A 100 UNIDADES CADA.	Distrilab Distribuidora de Equipamentos e Insumos Laboratoriais Ltda	FIRSTLAB	<b>REPROVADO -</b> Obs.: o adaptador enviado não encaixa no escalpe. Parecer técnico 0020403793

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenador(a)**, em 05/03/2024, às 10:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020403551** e o código CRC **FEFA4B3B**.

Rua Itajaí, 268 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.255210-0

0020403551v9

**PARECER TÉCNICO Nº 14/2024**

Material: Escalpe de segurança com trava de proteção (23G)  
Quantidade Enviada: 50 ESCALPES E 1 ADAPTADOR  
Marca: FIRSTLAB  
Lote: 20230828  
Validade: 28/07/25  
Setor Avaliador: Coleta e Controle de qualidade  
Período da Avaliação: Fevereiro e Março/2024

**Descritivo do Edital para avaliação:**

ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO (23G) ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO QUE RECOBRE A AGULHA APÓS A PUNÇÃO, ESPECIAL PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, COM ADAPTADOR FIXO NA AGULHA OU SEPARADO (CASO SEPARADO ENVIAR NO MÍNIMO 1 ADAPTADOR PARA CADA 100 AGULHAS, O ADAPTADOR DEVE POSSUIR MECANISMO AUTOMÁTICO DE DESCARTE DA AGULHA), PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO EM VINIL FLEXÍVEL, COM 17 A 19 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 23G, ASAS FLEXÍVEIS, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 A 100 UNIDADES CADA.


1. As características físicas do material estão de acordo com o padrão do Edital?  
( ) SIM ( X ) NÃO

**Observação: o adaptador enviado não encaixa no Escalpe**

**Avaliação: ( ) APROVADO  
( x ) REPROVADO**



Michelle Regine Anversi Cordeiro  
Técnico em Análises Clínicas – CRF 0178AU  
Matrícula 44.143



Márcia Cristina dos Santos Pereira  
Técnico em Análises Clínicas – CRF 0046AU  
Matrícula 37.064

Carolina Simone de Souza de Oliveira  
Responsável Técnica - CRF/SC 8600  
Coordenação  
LABORATÓRIO MUNICIPAL DE JOINVILLE

**CAROLINA SIMONE DE SOUZA DE OLIVEIRA**  
Coordenação e Responsável Técnica  
CRF SC 8600  
Matrícula 40.412

Laboratório Municipal de Joinville  
Rua Itajai 268, Centro, Joinville-SC, 89201-090  
Contato: (47) 3489-7050 / 3489-7060 / 3489-7070  
www.joinville.sc.gov.br