

MEMORANDO SEI Nº 30357461/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 29 de julho de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **112/2026**.

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem - Fios cirúrgicos.

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao documento SEI nº 30356897 segue a análise técnica solicitada:

Item	Tratamento	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, Ficha técnica, Imagem de site (print de tela)	11 - Amostras	Parecer final
16	Exclusivo	909816 - FIO CIR. MONOF. DE POLIPROPILENO 0 AG 3,5 a 3,7CM Fio cirurgico monofilamentar de polipropileno, cor azul, espessura 0, com 75cm de comprimento, com agulha 1/2 circulo, ponta cilíndrica, medindo 3,5a 3,7 cm, gin/ob., esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	SHALON	De acordo	10243410014 Não analisado	Apresentou prospecto com vários modelos, porém não indicou qual é o modelo ofertado que deverá ser analisado.	-----	Análise prévia: para continuidade da análise é necessário que a empresa comprove que o produto ofertado atende as especificações constantes no edital. Para comprovação, aceita-se ficha técnica complementar ou imagem da embalagem (do envelope ou da caixa) do fio ofertado. Resposta da diligência: item 16 - a empresa Blumédica Produtos Médicos e Cirúrgicos Ltda encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30350544. Parecer: para continuidade da análise é necessário que a empresa identifique no catálogo qual é o código, imagem ou descrição do modelo ofertado.
										Análise prévia: para a continuidade da análise,

21	Exclusivo	47025 - FIO CIRÚRGICO MONOFILAM. DE POLIPROPILENO AZUL 4-0 FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTAR DE POLIPROPILENO COR AZUL, ESPESSURA 4-0, COM 75CM DE COMPRIMENTO, COM 02 AGULHAS 1/2 CÍRCULO, PONTA CILÍNDRICA, MEDINDO 1,90 A 2,5CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	M A M VIDAL LTDA	SHALON	Apresentou descrição resumida conforme cadastro do item no Portal de Compras do Governo Federal - Comprasnet: DIÂMETRO FIO: 8-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 60CM, TIPO AGULHA: 2 AGULHAS 3/8 CÍRCULO	10243410014, registro ANVISA ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	EXIGE	solicitamos que a proposta seja complementada com as especificações detalhadas do item ofertado, visto que a descrição atual está limitada ao cadastro do Comprasnet, não ao exigido no edital. Solicitamos também o envio da documentação obrigatória constante no instrumento convocatório: itens 8.10.1 (Registro ANVISA). Resposta da diligência: item 21 - a empresa M A M Vidal Ltda encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30356413. Parecer: proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras.
23	Exclusivo	47026 - FIO CIRÚRGICO MONOFILAM.DE POLIPROPILENO AZUL 7-0 FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTAR DE POLIPROPILENO COR AZUL, ESPESSURA 7-0, COMPRIMENTO DE 45 A 75 CM, COM 02 AGULHAS 3/8 CÍRCULO, PONTA CILÍNDRICA, MEDINDO 0,9 A 0,93CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	SHALON	De acordo	10243410014, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	EXIGE	Análise prévia: para continuidade da análise é necessário que a empresa comprove que o produto ofertado atende as especificações constantes no edital. Para comprovação, aceita-se ficha técnica complementar ou imagem da embalagem (do envelope ou da caixa) do fio ofertado. Resposta da diligência: item 23 - a empresa Blumédica Produtos Médicos e Cirúrgicos Ltda encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30350555. Parecer: proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar as amostras.

30	Exclusivo	47030 - FIO CIRÚRGICO DE ALGODÃO 2-0 AG 2,5 CM A 3,0 CM GASTR FIO CIRÚRGICO DE ALGODÃO, COR AZUL, ESPESSURA 2-0, COMPRIMENTO DE 45 A 75 CM, COM AGULHA 1/2 CÍRCULO, PONTA CILÍNDRICA, MEDINDO 2,5CM A 3,0CM, GASTR., ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	SHALON	De acordo	10243410016 Não analisado	Apresentou prospecto com vários modelos, porém não indicou qual é o modelo ofertado que deverá ser analisado.	-----	Análise prévia: para continuidade da análise é necessário que a empresa comprove que o produto ofertado atende as especificações constantes no edital. Para comprovação, aceita-se ficha técnica complementar ou imagem da embalagem (do envelope ou da caixa) do fio ofertado. Resposta da diligência: item 30 - a empresa Blumédica Produtos Médicos e Cirúrgicos Ltda encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30350560. Parecer: para continuidade da análise é necessário que a empresa identifique no catálogo qual é o código, imagem ou descrição do modelo ofertado.
42	Exclusivo	909773 - FIO CIRURGICO SIMPLES (TIPO CATGUT) 3-0 S/AG FIO CIRURGICO SIMPLES (TIPO CATGUT), ESPESSURA 3-0, COM 150CM DE COMPRIMENTO SEM AGULHA, EMBALAGEM UNITARIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	SHALON	De acordo	10243410012 Não analisado	Apresentou prospecto com vários modelos, porém não indicou qual é o modelo ofertado que deverá ser analisado.	-----	Análise prévia: para continuidade da análise é necessário que a empresa comprove que o produto ofertado atende as especificações constantes no edital. Para comprovação, aceita-se ficha técnica complementar ou imagem da embalagem (do envelope ou da caixa) do fio ofertado. Resposta da diligência: item 42 - a empresa Blumédica Produtos Médicos e Cirúrgicos Ltda encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30350562. Parecer: para continuidade da análise é necessário que a empresa

									identifique no catálogo qual é o código, imagem ou descrição do modelo ofertado.
45	Exclusivo	47037 - FIO LINHO 0 AG 3CM A 3,1CM GASTR. FIO CIRÚRGICO LINHO BRANCO, ESPESSURA 0, COMPRIMENTO DE 45 A 75 CM, COM AGULHA 3/8 CÍRCULO, PONTA CILÍNDRICA, MEDINDO DE 3,0CM A 3,1CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	SHALON	De acordo	10243410011 Não analisado	Apresentou prospecto com vários modelos, porém não indicou qual é o modelo ofertado que deverá ser analisado.	----- Análise prévia: para continuidade da análise é necessário que a empresa comprove que o produto ofertado atende as especificações constantes no edital. Para comprovação, aceita-se ficha técnica complementar ou imagem da embalagem (do envelope ou da caixa) do fio ofertado. Resposta da diligência: item 45 - a empresa Blumédica Produtos Médicos e Cirúrgicos Ltda encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30350569. Parecer: para continuidade da análise é necessário que a empresa identifique no catálogo qual é o código, imagem ou descrição do modelo ofertado.
47	Exclusivo	47038 - FIO MONONYLON 10-0 AG 0,5 CM A 0,65 CM MICROCIRURGIA FIO CIRÚRGICO, MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, PRETO, ESPESSURA 10-0, DE 13 A 20CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, MEDINDO DE 0,5 A 0,65CM, ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR	ENV	DIFIO PRODUTOS MEDICOS LTDA	BIOLINE	De acordo	10426020004, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 23/07/2026.	Apresentou prospecto, porém o documento não deixa claro a seguinte exigência do edital: 1. Agulha círculo cilíndrica	----- Análise prévia: classificação condicionada a empresa confirmar se o item ofertado atende na íntegra as exigências do edital: 1. Agulha círculo cilíndrica. Resposta da diligência: item 47 - a empresa Difio Produtos Médicos Ltda encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30356405 e se manifestou no chat da plataforma Comprasnet, conforme segue: Boa tarde! O item que oferecemos tem agulha espatulada. A ponta da

		14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.							agulha espatulada é a correta para essa especificação de fio. Parecer final: o edital exige agulha círculo cilíndrica, e a empresa ofertou agulha espatulada. Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital.
53	Exclusivo	916999 - FIO MONONYLON 3.0 C/ AG. T 3/8 3,0 CM FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 3.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 3,0 CM, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSEPTICA, QUE NAO PERMITA A PERFURACAO GARANTINDO A ESTERILIZACAO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FACIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	ENVPE	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA	MEDIX	Apresentou descrição resumida do item.	80495519040, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	----- Análise prévia: para continuidade da análise é necessário que a empresa indique no prospecto qual é o modelo ofertado. Resposta da diligência: item 53 - a empresa Cirúrgica Nossa Senhora Ltda encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30356388 e se manifestou no chat da plataforma Comprasnet, conforme segue: ok, poderia verificar se o catalogo com o item grifado atende sua solicitação! Parecer: proposta de acordo com o edital, classificada.
54	Exclusivo	47040 - FIO MONONYLON 3-0 AG 3,50 CM A 4,0 CM ATRAUM.CILÍNDRICA FIO CIRÚRGICO, MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, PRETO, ESPESSURA 3-0, COM 75CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA 1/2 CÍRCULO ATRAUMÁTICA, MEDINDO DE 3,5 A 4,0CM, ESTÉRIL,	ENV	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	SHALON	De acordo	10243410022 Não analisado	Apresentou prospecto com vários modelos, porém não indicou qual é o modelo ofertado que deverá	----- Análise prévia: para continuidade da análise é necessário que a empresa comprove que o produto ofertado atende as especificações constantes no edital. Para comprovação, aceita-se ficha técnica complementar ou imagem da embalagem (do envelope ou da caixa) do fio ofertado. Resposta da diligência: item 54 - a empresa Blumédica

		EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.						ser analisado.		Produtos Médicos e Cirúrgicos Ltda encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30350576. Parecer: para continuidade da análise é necessário que a empresa identifique no catálogo qual é o código, imagem ou descrição do modelo ofertado.
57	Exclusivo	917001 - FIO MONONYLON 4.0 C/ AG. T 3/8 3,0 CM FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 4.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 3,0 CM, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSEPTICA, QUE NAO PERMITA A PERFURACAO GARANTINDO A ESTERILIZACAO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FACIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	ENVPE	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA	MEDIX	Apresentou descrição resumida do item.	80495519040, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	-----	Análise prévia: para continuidade da análise é necessário que a empresa indique no prospecto qual é o modelo ofertado. Resposta da diligência: item 57 - a empresa Cirúrgica Nossa Senhora Ltda encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30356393. Parecer: proposta de acordo com o edital, classificada.
61	Exclusivo	910689 - FIO MONONYLON 5-0 AG 1,3CM ATRAUM.CILINDRICA FIO CIRURGICO, MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, PRETO, ESPESSURA 5-0, COM 75CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA 3/8	ENV	M A M VIDAL LTDA	SHALON	Apresentou descrição resumida conforme cadastro do item no Portal de Compras do Governo Federal	Não analisado.	Apresentou prospecto com vários modelos, porém não indicou qual é o	-----	Análise prévia: para a continuidade da análise, solicitamos que a proposta seja complementada com as especificações detalhadas do item ofertado, visto que a descrição atual está limitada ao cadastro do Comprasnet, não ao exigido no edital. Solicitamos também o envio da documentação obrigatória constante no instrumento convocatório: itens 8.10.1 (Registro ANVISA) e

		CIRCULO CILINDRICA ATRAUMATICA, MEDINDO 1,3CM, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.				- Comprasnet: DIÂMETRO FIO: 2-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45CM		modelo ofertado que deverá ser analisado.	8.10.2 (Prospecto, ficha técnica e print de tela do site). Resposta da diligência: item 61 - a empresa M A M Vidal Ltda encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30356427. Parecer: para continuidade da análise é necessário que a empresa identifique no catálogo qual é o código, imagem ou descrição do modelo ofertado.
70	Exclusivo	909788 - FIO POLIESTER 5 AG 4,7CM A 4,8CM CARDIOV. Fio cirurgico de poliester trançado, impregnado com polibutilato, espessura 5, medindo 4x75cm de comprimento, com agulha 1/2 circulo, medindo de 4,7cm a 4,8cm, esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	SHALON	De acordo	10243410023 Não analisado	Apresentou prospecto com vários modelos, porém não indicou qual é o modelo ofertado que deverá ser analisado.	----- Análise prévia: para continuidade da análise é necessário que a empresa comprove que o produto ofertado atende as especificações constantes no edital. Para comprovação, aceita-se ficha técnica complementar ou imagem da embalagem (do envelope ou da caixa) do fio ofertado. Resposta da diligência: item 70 - a empresa Blumédica Produtos Médicos e Cirúrgicos Ltda encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30350582. Parecer: para continuidade da análise é necessário que a empresa identifique no catálogo qual é o código, imagem ou descrição do modelo ofertado.
									Análise prévia: para a continuidade da análise, solicitamos que a proposta seja complementada com as especificações detalhadas do item ofertado, visto que a descrição atual está limitada ao cadastro do Comprasnet,

71	Exclusivo	47046 - FIO POLIÉSTER 5 AG 4,7 CM A 5,0 CM PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA FIO CIRÚRGICO DE POLIÉSTER COR VERDE, ESPESSURA 5 COM AG 1/2 CÍRCULO, CORPO CILÍNDRICA E PONTA TRIANGULAR, MEDINDO DE 4,7 A 5,0 CM, COMPRIMENTO 75CM, ORTOPÉDICO. ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	M A M VIDAL LTDA	SHALON	Apresentou descrição resumida conforme cadastro do item no Portal de Compras do Governo Federal - Comprasnet: DIÂMETRO FIO: 3-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70CM, TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 30MM	Não analisado	Apresentou prospecto com vários modelos, porém não indicou qual é o modelo ofertado que deverá ser analisado.	-----	não ao exigido no edital. Solicitamos também o envio da documentação obrigatória constante no instrumento convocatório: itens 8.10.1 (Registro ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto, ficha técnica e print de tela do site). Resposta da diligência: item 71 - a empresa M A M Vidal Ltda encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30356432. Parecer: para continuidade da análise é necessário que a empresa identifique no catálogo qual é o código, imagem ou descrição do modelo ofertado.
73	Exclusivo	47047 - FIO DE SEDA 3.0 COM AGULHA 3,0 CM FIO PARA SUTURA DE SEDA ESPESSURA N º 3.0, MEDINDO DE 45 A 75CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 CIRCULAR, PONTA TRIANGULAR DE 3,0 CM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO EM SACHÊ TIPO ENVELOPE, ABERTURA FÁCIL E ASSÉPTICA. EMBALAGEM UNITÁRIA CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	ENV	BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	SHALON	De acordo	10243410013 Não analisado	Apresentou prospecto com vários modelos, porém não indicou qual é o modelo ofertado que deverá ser analisado.	-----	Análise prévia: para continuidade da análise é necessário que a empresa comprove que o produto ofertado atende as especificações constantes no edital. Para comprovação, aceita-se ficha técnica complementar ou imagem da embalagem (do envelope ou da caixa) do fio ofertado. Resposta da diligência: item 73 - a empresa Blumédica Produtos Médicos e Cirúrgicos Ltda encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30350588. Parecer: para continuidade da análise é necessário que a empresa identifique no catálogo qual é o código, imagem ou descrição do modelo ofertado.

74	Exclusivo	18367 - FIO DE SEDA 3.0 COM AGULHA 2,0 CM FIO PARA SUTURA DE SEDA ESPESSURA N º 3.0, 45 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 1/2, CIRCULAR, PONTA TRIANGULAR DE 2,0 CM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO EM SACHÊ TIPO ENVELOPE, ABERTURA FÁCIL E ASSEPTICA.	Envelope	M A M VIDAL LTDA	SHALON	Apresentou descrição resumida conforme cadastro do item no Portal de Compras do Governo Federal - Comprasnet: DIÂMETRO FIO: 4-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 70CM, TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CILÍNDRICA,	Não analisado	Apresentou prospecto com vários modelos, porém não indicou qual é o modelo ofertado que deverá ser analisado.	-----	Análise prévia: para a continuidade da análise, solicitamos que a proposta seja complementada com as especificações detalhadas do item ofertado, visto que a descrição atual está limitada ao cadastro do Comprasnet, não ao exigido no edital. Solicitamos também o envio da documentação obrigatória constante no instrumento convocatório: itens 8.10.1 (Registro ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto, ficha técnica e print de tela do site). Resposta da diligência: item 74 - a empresa M A M Vidal Ltda encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30356437. Parecer: para continuidade da análise é necessário que a empresa identifique no catálogo qual é o código, imagem ou descrição do modelo ofertado.
75	Exclusivo	26221 - FIO DE SEDA 4.0 COM AGULHA 1,5 A 1,7 CM FIO PARA SUTURA DE SEDA ESPESSURA N º 4.0, 45 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 1/2, CIRCULAR, PONTA TRIANGULAR DE 1,5 A 1,7 CM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO EM SACHÊ TIPO ENVELOPE, ABERTURA FÁCIL E ASSEPTICA. REGISTRO NA ANVISA	Envelope	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA	MEDIX	Apresentou descrição resumida do item.	80495519046, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA	Apresentou	-----	Análise prévia: para continuidade da análise é necessário que a empresa indique no prospecto qual é o modelo ofertado. Resposta da diligência: item 75 - a empresa Cirúrgica Nossa Senhora Ltda encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30356398. Parecer: proposta de acordo com o edital, classificada.

Atenciosamente,



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30357461** e o código CRC **3508F8B3**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.040569-5

30357461v28