Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 0025031686/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 01 de abril de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **075/2025**.

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem - fios cirúrgicos.

Em atenção ao documento SEI nº 0025031113, seguem as análises solicitadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Amostras?	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/ Print de Tela	Parecer
19	909820 - FIO CIR. MONOF. DE POLIPROPILENO 2-0 AG 3,5 A 3,7CM Fio cirurgico monofilamentar de polipropileno, cor azul, espessura 2-0, com	ENV	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO PP27MR35 - 2.0 1/2 35	Exige	De acordo	10378330017, registro vigente, confirmado no portal da Anvisa.	--------	Na análise preliminar, foi solicitado a informação do modelo ofertado. No retorno, a empresa apresentou proposta atualizada indicando o modelo referente ao item.

	75cm de comprimento, com agulha 1/2 circulo, ponta cilindrica, medindo 3,5a 3,7cm, gin/ob., esteril, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.								Proposta de acordo com o edital, classificada. **Haverá a necessidade de apresentar amostras.**
44	909775 - FIO CIRURGICO SIMPLES (TIPO CATGUT) 4-0 AG 1,5CM A 1,7CM Fio cirurgico simples (tipo catgut), espessura 4-0, com 70cm de comprimento com agulha 1/2 circulo, ponta cilindrica, medindo de 1,5cm a 1,7cm, esteril, urol, embalagem unitaria conforme NBR 14990 e suas atualizações.	ENV	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO CS47MR15 - 4.0 1/2 15	Exige	Apresentou descrição resumida do item.	10378330016, registro vigente, confirmado no portal da Anvisa. ofertado.	--------	Na análise preliminar, foi solicitado a informação do modelo ofertado. No retorno, a empresa apresentou proposta atualizada indicando o modelo referente ao item. Proposta de acordo com o edital, classificada. **Haverá a necessidade de apresentar amostras.**
51	916992 - FIO MONONYLON 2.0 C/ AG. T 3/8 2,5 CM FIO CIRURGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 2.0, COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 2,5 CM, ESTERIL,	ENVPE	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO NY24CT25 - 2.0 3/8 25	Exige	Proposta descreve "diâmetro: 0/1-0", porém, a ficah técnica informa que o modelo ofertado é 2.0.	10378330022, registro vigente, confirmado no portal da Anvisa. ofertado.	--------	Na análise preliminar, foi solicitado a informação do modelo ofertado. No retorno, a empresa apresentou proposta atualizada indicando o modelo referente ao item. Proposta de acordo com o edital, classificada. **Haverá a necessidade de apresentar amostras.**

	DESCARTAVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSEPTICA, QUE NAO PERMITA A PERFURACAO GARANTINDO A ESTERILIZACAO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FACIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.								
64	917009 - FIO MONONYLON 6.0 C/ AG. T 3/8 2,0 CM FIO CIRÚRGICO MONOFILAMENTAR, DE POLIAMIDA, COR PRETA, ESPESSURA 6.0,	ENVPE	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO NY64CT20 - 6.0 3/8 20	Exige	Apresentou descrição resumida do item.	10378330022, registro vigente, confirmado no portal da Anvisa. ofertado.	--------	Na análise preliminar, foi solicitado a informação do modelo ofertado. No retorno, a empresa apresentou proposta atualizada indicando o modelo referente ao item.

	COM 45 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, PONTA TRIANGULAR MEDINDO 2,0 CM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE COM ABERTURA ASSÉPTICA, QUE NÃO PERMITA A PERFURAÇÃO GARANTINDO A ESTERILIZAÇÃO E PREVENINDO CONTRA ACIDENTES, A EMBALAGEM DEVE PERMITIR A RETIRADA FÁCIL DO FIO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSÃO DA NF DE ENTREGA.								Proposta de acordo com o edital, classificada. **Haverá a necessidade de apresentar amostras.**

As demais análises serão encaminhadas posteriormente.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 01/04/2025, às 16:13, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **0025031686** e o código CRC **F166C31F**.