

MEMORANDO SEI Nº 0025177624/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 14 de abril de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 071/2025.**Objeto:** Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Em atenção ao documento SEI nº 0025172230 e 0025172450, seguem as análises solicitadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10 b) Laudo BFE, para os itens 38, 39/40, 41	8.10 c) Prospeto, Ficha Técnica/ Print de Tela	11 - Amostra	Parecer
31	29856 - AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA PARA PACIENTE PARA PROCEDIMENTO EM USO CLINICO E AMBULATORIAL, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO (TNT OU 100% POLIPROPILENO), GRAMATURA MÍNIMA 40 G/M² (ESPECIFICADA NO ROTULO) ATOXICO, HIPOALERGÊNICO, RESISTENTE, CONFORTÁVEL, MALEÁVEL, SEM MANGA, COR CLARA, MODELO ADULTO GRANDE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 120 CM X LARGURA 150 CM (EM TODA A EXTENSÃO DO AVENTAL); FECHAMENTO COM DUAS TIRAS SOLDADAS OU COSTURADAS NA ALTURA DA CINTURA DO AVENTAL; EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA	Unidade	RM TRADE SOLUCAO EM NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	PROTMED	De acordo	81100920001- registro vigente, confirmado no portal da ANVISA	-----	Apresentou 2 fichas diferentes referentes a avental sem manga, com gramaturas diferentes e com medidas divergentes do edital.	EXIGE	Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme que o item ofertado atende as seguintes exigências do edital: 1- GRAMATURA MÍNIMA 40 G/M²; 2- SEM MANGA; 3- ALTURA MÍNIMA: 120 CM; 4- LARGURA MÍNIMA (EM TODA A EXTENSÃO DO AVENTAL): 150 CM; Haverá a necessidade de apresentar amostras.

	DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DE NF DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%									
33	12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 G/M2, COR CLARA. HIPOALERGÊNICO. MANGA LONGA COM PUNHO EM ELÁSTICO, DECOTE COM VIÉS S NO ACABAMENTO, SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS (NAS COSTAS E NA CINTURA), ACABAMENTO COM COSTURA OVERLOCK . EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO GRANDE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 140 CM. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. - Cota Reservada até 25%	Unidade	RM TRADE SOLUCAO EM NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	PROTMED	De acordo	81100920001- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa.	-----	Apresentou, porém, com várias possibilidades de gramatura e com medidas divergentes do edital.	EXIGE	Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme que o item ofertado atende as seguintes exigências do edital: 1- GRAMATURA MÍNIMA 30 G/M²; 2- MANGA LONGA; 3- ALTURA MÍNIMA: 110 CM; 4- LARGURA MÍNIMA 140 CM; Haverá a necessidade de apresentar amostras.
36	42284 - AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ISOLAMENTO USO EM ISOLAMENTO; CONFECCIONADO EM TECIDO-NÃO-TECIDO DE USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, HIDRORREPELENTE, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, GRAMATURA MÍNIMA 50G/M2; MANGAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50 CM, PUNHOS EM ELÁSTICO; ABERTURA NA PARTE POSTERIOR; DOTADO DE NO MÍNIMO 2 PARES DE TIRAS PARA AMARRAÇÃO; TAMANHO MÍNIMO: LARGURA 140 CM X ALTURA 120 CM; ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES E BORDAS; FORNECIDO EM EMBALAGEM COM ATÉ 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, LOTE	Unidade	MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA	SNMED	De acordo	81866520001- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	-----	Apresentou	EXIGE	Na análise preliminar, foi solicitado a confirmação que o item atende as seguintes exigências do edital: 1- GRAMATURA MÍNIMA 50G/M2; 2- LARGURA MÍNIMA 140 CM; 3- ALTURA MÍNIMA 120 CM. No retorno, a empresa manifestou-se " <i>Nossa empresa fabrica qualquer tamanho, e produzimos igual a solitação acima. podem seguir. Qual e o prazo para o envio das amostras e quantidade.</i> " Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.

	E FABRICANTE. - Cota Principal										
61	916960 - ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M FITA ADESIVA, IMPERMEAVEL, DE COR BRANCA, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODAO COM FIBRAS DISTRIBUIDAS NA TRAMA EM RACHADURAS QUE FACILITA O ROMPIMENTO AO MANUSEIO, SEM DESFILAMENTO, IMPERMEABILIDADE ADEQUADA PARA SUA FINALIDADE, FLEXIVEL PARA ADAPTAR-SE EM DOBRAS DA PELE SEM CAUSAR DANOS, MASSA ADESIVA DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE FACIL DESPRENDIMENTO/ REMOCAO SEM DEIXAR RESIDUOS OU MANCHAS NA SUPERFICIE. BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, CORTE FACIL EM AMBOS OS SENTIDOS, ISENTO DE SUBSTANCIAS ALERGICAS, ATOXICO, ACONDICIONADO EM CARRETEL COM CAPA PROTETORA, EM EMBALAGEM UNITARIA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, LOTE, RESPONSAVEL TECNICO, ISENCAO/ REGISTRO NO M.S./ ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Principal	UNID	LARISMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA	CRAL	Apresentou descrição resumida	10379860120- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	---	Apresentou	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.	
68	917116 - LENCOL DE TNT DESCARTAVEL COM ELASTICO COR BRANCO CONFECCIONADO EM TNT, 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 30 GR/ M², TAMANHO MINIMO 0,90 CM X 2,00 M, COM ELASTICO, EMBALADO EM SACO PLASTICO COM NO MAXIMO 10 PECAS, CONSTANDO DATA DE FABRICACAO LOTE, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.	UNID	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDGAUZE	De acordo	10440549003- registro Cancelado em 16/11/2020, confirmado no portal da Anvisa	---	Apresentou	----		Na análise preliminar foi solicitado a confirmação que o item ofertado atende as seguintes exigências do edital: 1- Cor branco; 2- Com elástico; 3- Gramatura 30 g/ m2; Também foi solicitado a apresentação do registro na Anvisa do produto ofertado. No retorno, a

ALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. - Cota Principal								empresa apresentou o documento SEI nº 0025172445 com o registro Anvisa do produto e ficha técnica indicando cor branco, com elástico e gramatura 30 g/m ² ., porém, em consulta ao portal da Anvisa, verifica-se que o registro apresentado encontra-se cancelado. Proposta reprovada por não atender o item 8.10 do edital.
---	--	--	--	--	--	--	--	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 14/04/2025, às 15:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0025177624** e o código CRC **12885775**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

0025177624v14