



MEMORANDO SEI Nº 0023968863/2024 - SES.UFL.LAB

Joinville, 17 de dezembro de 2024.

À
SAP.LCT
C/C
HMSJ.CAOP
HMSF.DNIR.ALA

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **518/2024**.
Objeto: Aquisição de mobiliário e equipamentos laboratoriais, para a Secretaria da Saúde e Hospital São José de Joinville

Prezados,

Em atenção ao Memorando SEI 0023950291 - SAP.LCT, encaminhamos a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Descritivo (a)	Registro ANVISA 8.10.1	Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2	Parecer
11	25743 - MICROSCÓPIO LABORATORIAL MICROSCÓPIO BINOCULAR DE CAMPO CLARO PARA UTILIZAÇÃO EM ANÁLISES CLÍNICAS, OCULAR 10 X NÚMERO DE CAMPO 20 MM COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA MANUSEIO, ÓPTICA COM CORREÇÃO INFINITA, SISTEMA ÓPTICO CONSTRUÍDO EM CRISTAL COM	EVEN COMERCIAL LTDA	BIOFOCUS	Sim	Isento	Sim.	Solicitamos diligência para confirmar se o item vem acompanhado de 01 JOGO DE OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS INFINITAS, conforme o descritivo.

PROTEÇÃO ANTI-FUNGO EM TODO CONJUNTO ÓPTICO. REVÓLVER PARA 04 (QUATRO) OBJETIVAS MOVIDAS POR ESFERAS DE SISTEMA DE PARADA CLICK STOP. COM 01 JOGO DE OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS INFINITAS COM OS SEGUINTE AUMENTOS: 4X, 10X, 40X RETRÁTIL E 100X IMERSÃO E RETRÁTIL À ÓLEO. CONDENSADOR COM FILTRO, ILUMINAÇÃO POR LÂMPADA LED DE 1 W OU SUPERIOR, INTENSIDADE LUMINOSA AJUSTÁVEL. AJUSTE MACRO E MICROMÉTRICOS BILATERAIS, COM GRADUAÇÃO E DESLOCAMENTO PADRÃO PARA CHARRIOT, PLATINA RETANGULAR COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA EVITAR QUEBRA DE LÂMINA E COM MOVIMENTO CRUZADO X E Y. CABEÇOTE BINOCULAR SIEDENTOPF COM ANGULAÇÃO DE 30 GRAUS E GIRO DE 360 GRAUS. AJUSTE DE DIFERENTES DIOPTRIAS COM AJUSTE INDEPENDENTE PARA AMBAS OCULARES, DISTÂNCIA INTER-PUPILAR AJUSTÁVEL. VOLTAGEM: 220 VOLTS OU BIVOLT AUTOMÁTICO, 50/60 HZ. COM CAPA DE PROTEÇÃO. COM CABO E PLUG PARA LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA, CONFORME ABNT NBR VIGENTE. COM MANUAL DE INSTRUÇÕES.						
--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenador(a)**, em 17/12/2024, às 16:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023968863** e o código CRC **FE82D361**.

