

## MEMORANDO SEI Nº 26230701/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 24 de julho de 2025.

À

SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica de amostras- Pregão Eletrônico **071/2025**.**Objeto:** Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Encaminhamos as informações das amostras já analisadas por esta Secretaria da Saúde:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Parecer
33	12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Conforme Análise SEI nº 26216498, o edital exige embalagem individual e a embalagem apresentada é pacote com 10 unidades. O edital exige gramatura mínima de 30 g/m2 e a amostra apresentou gramatura de 28 g/m2. <b>Amostra reprovada.</b>
39	274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL	WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Conforme Análise SEI nº 26216505, o edital exige campo com medidas mínimas de 50 X 50 cm; na embalagem consta a medida 50 X 50 cm, porém, verifica-se que os campos possuem medidas inferiores ao indicado na embalagem (48 X 49 cm). <b>Amostra reprovada.</b>
55	912413 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7.5 X 7.5CM	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	Conforme Análise SEI nº 26226691, o edital exige a medida de 7,5 x 7,5 cm fechada e a amostra apresentou medidas de 6,0 a 7,0 cm. <b>Amostra reprovada.</b>

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 24/07/2025, às 14:13, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26230701** e o código CRC **33DBA1AE**.

## ANÁLISE SEI Nº 26216498/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 23 de julho de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 071/2025

ITEM 33- AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL

DESCRIÇÃO	12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 G/M2, COR CLARA. HIPOALERGÊNICO. MANGA LONGA COM PUNHO EM ELÁSTICO, DECOTE COM VIÉS S NO ACABAMENTO, SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS (NAS COSTAS E NA CINTURA), ACABAMENTO COM COSTURA OVERLOCK . EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO GRANDE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 140 CM. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. - Cota Reservada até 25%
FORNECEDOR	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
MARCA	Live
REGISTRO ANVISA	80630310018
LOTE	LVLA 20250605
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	4 PACOTES

**AVALIAÇÃO TÉCNICA****EMBALAGEM**

Apontamentos: O edital exige embalagem individual e a embalagem apresentada é pacote com 10 unidades.

 Adequada  inadequada  Não se aplica**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos: O edital exige embalagem individual e a embalagem apresentada é pacote com 10 unidades. O edital exige gramatura mínima de 30 g/m2 e a amostra apresentou gramatura de 28 g/m2.

 Adequada  inadequada  Não se aplica**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos: Não atende as necessidades assistenciais desta Secretaria da Saúde.

 Adequada  inadequada  Não se aplica**CONCLUSÃO: REPROVADO**Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 24/07/2025, às 09:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26216498** e o código CRC **447EC37C**.

---

---

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

---

24.0.254207-6

26216498v2

## ANÁLISE SEI Nº 26216505/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 23 de julho de 2025.

**ANÁLISE DE AMOSTRA**

PREGÃO ELETRÔNICO: 071/2025

ITEM 39- CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL DESCARTÁVEL, COM FENESTRA DE 10 CM DE DIÂMETRO, GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 40G/M <sup>2</sup> , TAMANHO MÍNIMO 50 X 50 CM, NA COR AZUL OU BRANCO, ESTERIL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO, IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, SENDO QUE UMA DEVERÁ SER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%
FORNECEDOR	WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
MARCA	POLARFIX
REGISTRO ANVISA	8003400026
LOTE	012025
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	4 UNIDADES

**AVALIAÇÃO TÉCNICA****EMBALAGEM**

Apontamentos:

 Adequada  inadequada  Não se aplica**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos: O edital exige campo com medidas mínimas de 50 X 50 cm; na embalagem consta a medida 50 X 50 cm, porém, verifica-se que os campos possuem medidas inferiores ao indicado na embalagem (48 X 49 cm)

 Adequada  inadequada  Não se aplica**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos:

 Adequada  inadequada  Não se aplica**CONCLUSÃO: REPROVADO**



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 24/07/2025, às 09:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26216505** e o código CRC **F6985B2E**.

---

---

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

24.0.254207-6

26216505v5

## ANÁLISE SEI Nº 26226691/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 24 de julho de 2025.

**ANÁLISE DE AMOSTRA**

PREGÃO ELETRÔNICO: 071/2025

ITEM 55 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL

DESCRIÇÃO	912413 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7.5 X 7.5CM 13 FIOS PCT.C/10 UNIDADES COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL MEDINDO 7.5 X 7.5 CM FECHADA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2 CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO TIPO TELA. 08 CAMADAS E CINCO DOBRAS, ALVEJADAS, ISENTOS DE IMPUREZA, SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES OPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALAGENS EM PACOTES COM 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE E VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.
FORNECEDOR	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA
MARCA	AMED LIVIA
REGISTRO ANVISA	81481900001
LOTE	B08-1
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	4 PACOTES

**AVALIAÇÃO TÉCNICA****EMBALAGEM**

Apontamentos:

 Adequada  inadequada  Não se aplica**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos: O edital exige a medida de 7,5 x 7,5 cm fechada e a amostra apresentou medidas de 6,0 à 7,0 cm.

 Adequada  inadequada  Não se aplica**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos: Não atende as necessidades assistenciais desta Secretaria da Saúde.

 Adequada  inadequada  Não se aplica**CONCLUSÃO: REPROVADO**



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26226691** e o código CRC **7C879151**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

24.0.254207-6

26226691v6