



MEMORANDO SEI Nº 27194895/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 17 de outubro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 161/2025

Objeto: Locação de equipamentos de oxigenoterapia domiciliar e ventilação não invasiva, para atender a demanda dos pacientes do SIAVO - Serviço Integrado de Assistência Ventilatória e Oxigenoterapia, com fornecimento de insumos.

Em atendimento ao memorando SAP.LCT 27178751, segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	9.6 - "m" - Alvará Sanitário	9.6 - "n" - AFE - Item 1	Parecer
1	22574 - LOCAÇÃO DE KIT CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO O2	White Martins Gases Industriais Ltda	Válido até 30/08/2026	AFE para gases medicinais ativa.	Documentação técnica aprovada.
2	22575 - LOCAÇÃO DE APARELHO DE AUTO CPAP	White Martins Gases Industriais Ltda	Válido até 30/08/2026	---	Documentação técnica aprovada.
3	22576 - LOCAÇÃO DE APARELHO DE AUTO BIPAP	White Martins Gases Industriais Ltda	Válido até 30/08/2026	---	Documentação técnica aprovada.
4	22577 - LOCAÇÃO DE APARELHO DE BIPAP MODO VENTILATÓRIO MANDATÁRIO	White Martins Gases Industriais Ltda	Válido até 30/08/2026	---	Documentação técnica aprovada.

Oportunamente, após contato com a equipe técnica do SIAVO, realizamos nova análise da proposta enviada pela empresa e não foi possível identificar a autonomia do Nobreak Premium PDV (GIII 1400VA c/ 2 Baterias Seladas 17/18Ah/12V/120V/ENG) com Módulo de Exp. Médio p/2 Baterias Seladas 17/18Ah 24V, ofertado para o item 4.

Considerando a demanda assistencial, solicitamos que a empresa confirme que o Nobreak indicado possui autonomia de no mínimo 4 horas.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 17/10/2025, às 10:34, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27194895** e o código CRC **D89FABC7**.

Rua Doutor João Colín, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.032928-8

27194895v10