



MEMORANDO SEI N° 0021347054/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 15 de maio de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 173/2024.

Objeto: Aquisição de Materiais para o Serviço de Terapia Ocupacional e SAMU.

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0021343089), segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Proposta de acordo com o edital?	8.10.1-registro Anvisa	8.10.2-Prospecto	Parecer
1	25580 - BANDAGEM ELÁSTICA FUNCIONAL PARA KINESIOTAPING CONFECCIONADA EM ALGODÃO E ELASTANO, HIPOALERGÉNICA, LIVRE DE LÁTEX, SEM MEDICAMENTO, TRANSPİRANTE, RESISTENTE A ÁGUA; COM ADESIVO ACRÍLICO TERMOPLÁSTICO ONDULADO EM UM DOS LADOS, NÃO-PREJUDICIAL À PELE; ELASTICIDADE DE 30 A 40 %; FORNECIDO EM ROLO COM A SEGUINTE MEDIDAS EM REPOUSO: COMPRIMENTO 500 CM X LARGURA 5 CM. APRESENTAR ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.	Unidade	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERAPEUTICOS E DE REABILITACA	Dermatape	De acordo	10410130038, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	De acordo	Proposta de acordo com o edital - Classificada.
6	25984 - VELCRO TIPO JAPÃO PARA ÓRTESE DE MMSS ADULTO (2,5 MM) TECIDO COM ALTO PODER DE ADERÊNCIA (LADO FÊMEA DE FECHO DE CONTATO); COR PRETA; COMPOSIÇÃO 30% CLOROPRENO (CR) + 70% SBR REVESTIDO COM TECIDO 100% POLIAMIDA EM UMA DAS FACES; TECIDO VELCRO JAPÃO 95% POLIESTER + 5% ELASTANO EM OUTRA FACE. MEDIDAS: 2,5 MM (ESPESSURA) X 1,30 METRO (LARGURA) X 3,30 METRO (COMPRIMENTO); ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/-5%.	Unidade	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERAPEUTICOS E DE REABILITACA	Neoprene	De acordo	Isento	De acordo	Proposta de acordo com o edital - Classificada.
7	25985 - VELCRO TIPO JAPÃO PARA ÓRTESE DE MMSS INFANTIL (1,5 MM) TECIDO COM ALTO PODER DE ADERÊNCIA (LADO FÊMEA DE FECHO DE CONTATO); COR PRETA; COMPOSIÇÃO 30% CLOROPRENO (CR) + 70% SBR REVESTIDO COM	Unidade	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERAPEUTICOS	Neoprene	De acordo	Isento	De acordo	Proposta de acordo com o edital - Classificada.

	TECIDO 100% POLIAMIDA EM UMA DAS FACES; TECIDO VELCRO JAPÃO 95% POLIESTER + 5% ELASTANO EM OUTRA FACE. MEDIDAS: 1,5 MM (ESPESSURA) X 1,30 METRO (LARGURA) X 3,30 METRO (COMPRIMENTO); ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/-5%.		E DE REABILITACA					
8	25986 - TERMOPLÁSTICO DE BAIXA TEMPERATURA 2,4 MM MOLDÁVEL ENTRE 70°C E 75°C. RESISTÊNCIA MODERADA A MÁXIMA, RESISTENTE A IMPRESSÃO DIGITAL. 100% MEMÓRIA (PARA PERMITIR SERIAÇÃO), BOA ADAPTAÇÃO. MEDIDAS: 2,4 MM (ESPESSURA) X 45 A 46 CM X 60 A 61 CM; NÃO PERFORADA. APRESENTAR ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.	Unidade	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERAPEUTICOS E DE REABILITACA	Danmic Global	De acordo	10352830007, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou. Na documentação técnica é indicado "Cada um destes modelos pode se apresentar nos seguintes formatos: placa lisa e placa perfurada."	Classificação condicionada a empresa confirmar que item ofertado atende a exigência do edital: 1. Não perfurada.
9	25581 - TERMOPLÁSTICO DE BAIXA TEMPERATURA 3,2 MM MOLDÁVEL ENTRE 70°C E 75°C. RESISTÊNCIA MODERADA A MÁXIMA, RESISTENTE A IMPRESSÃO DIGITAL. 100% MEMÓRIA (PARA PERMITIR SERIAÇÃO), BOA ADAPTAÇÃO. MEDIDAS: 3,2 MM (ESPESSURA)X 45 A 46 CM X 60 A 61 CM; NÃO PERFORADA. APRESENTAR ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.	Unidade	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERAPEUTICOS E DE REABILITACA	Danmic Global	De acordo	10352830007, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou. Na documentação técnica é indicado "Cada um destes modelos pode se apresentar nos seguintes formatos: placa lisa e placa perfurada."	Classificação condicionada a empresa confirmar que item ofertado atende a exigência do edital: 1. Não perfurada.
22	15002 - CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO, DESTINADO À FIXAÇÃO DE VÍTIMA EM PRANCHA RÍGIDA. CONFECCIONADO EM FITA TIPO POLIAMIDA COM 50 MM DE LARGURA. DEVERÁ POSSUIR 1 TIRANTE LONGITUDINAL NA COR PRETA COM ALTURA REGULÁVEL EM 15 CM, CONFORME O TAMANHO DA VÍTIMA. EM SUA PARTE SUPERIOR DEVERÁ HAVER UMA BIFURCAÇÃO COSTURADA NA FITA COM SAÍDA EM V PARA MELHOR COLOCAÇÃO NA PRANCHA E AJUSTE AO TÓRAX DO PACIENTE. OS DEMAIS QUATRO TIRANTES QUE FAZEM PARTE DO SISTEMA ÚNICO, DEVERÃO SER TRANSVERSAIS E REGULÁVEIS EM SUAS ALTURAS PARA FÁCIL ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE PRANCHA RÍGIDA. DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM CORES VIVAS E DISTINTAS PARA EVITAR ERROS QUANDO DA FIXAÇÃO. TODO O SISTEMA DEVERÁ SER FIXADO COM VELCRO DE 50 MM DE LARGURA TIPO MACHO/ FÊMEA COM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES: TIRANTE LONGITUDINAL: 1,98 M DE COMPRIMENTO JÁ COM SISTEMA V- TIRANTES TRANSVERSAIS: 1,60 M DE COMPRIMENTO SUPERIOR E DO	Unidade	32.802.087 ALEXIA PARREIRAS WINNING	UNI&ART	De acordo	Não analisado	Não apresentou	Proposta Desclassificada por não atender ao item 8.10.2 do edital.

	MEIO SUPERIOR; 1,10 M O DO MEIO INFERIOR E DE 1,15 M O INFERIOR.						
23	15003 - CINTO TIRANTE ARANHA INFANTIL CONFECCIONADO EM FITA TIPO POLIAMIDA 100%, PRETA E COLORIDA COM 50 MM DE LARGURA; FECHO COM REGULAGEM EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO PRETO. COM VELCRO DE 50 MM DE LARGURA TIPO MACHO/ FÊMEA COM MATERIAL DE ALTA DURABILIDADE E QUALIDADE. DEVERÁ POSSUIR 1 TIRANTE PRINCIPAL NA COR PRETA, COM AS MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,15 M DE COMPRIMENTO, COM SISTEMA EM "V" E ALTURA REGULÁVEL EM 10 CM APROXIMADAMENTE. COMPRIMENTO: FITA VERDE COM VELCROS ABERTOS: APROXIMADAMENTE 71,5 CM. FITA AMARELA COM VELCROS ABERTOS: APROXIMADAMENTE 110,5 CM. FITA VERMELHA COM VELCROS ABERTOS: APROXIMADAMENTE 111 CM.	Unidade	32.802.087 ALEXIA PARREIRAS WINNING	UNI&ART	De acordo	Não analisado	Não apresentou Proposta Desclassificada por não atender ao item 8.10.2 do edital.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 15/05/2024, às 14:02, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0021347054** e o código CRC **788A0B2B**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.049554-2

0021347054v7