



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 0018242246/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 04 de setembro de 2023.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 347/2023

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem para Exames e Monitorização para atender a demanda das unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville, e do Hospital Municipal São José.

Em atenção ao memorando SI nº 0018215660/2023 - SAP.LCT, segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo da proposta de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.11 - Prospecto/Ficha técnica/ Imagem de site	11.1 Amostras (itens 09, 10 e 35)	Parecer
1	916891 - ABAIXADOR DE LINGUA (PACOTE COM 100 PECAS) EM ESPATULA DE MADEIRA, COR NATURAL, MEDINDO 14CM DE COMPRIMENTO, 1,4CM DE LARGURA E 0,2MM DE ESPESSURA, EXTREMIDADES ARREDONDADAS, LISAS, SUPERFICIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM SUA EXTENSAO, EMBALAGEM COM 100 PECAS CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, FABRICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA.	PCT	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	THEOTO	De acordo	80002369003 Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou SEI 0018215640 pág.03	Não se aplica	Proposta atendeu as exigências do edital, classificada.
11	33479 - ESCOVA ENDOCERVICAL COM MICRO CERDAS DE MONOFILAMENTO EXTREMAMENTE FINO NA ESPESSURA MÍNIMA DE 0,04 MM, MONOFILAMENTO DE SUSTENTACAO DE ACO INOXIDAVEL, MALEAVEL. COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 180 MM, SENDO NO MÍNIMO 1,8 MM DE PONTA ATIVA EM FORMATO LEVEMENTE CÔNICO E 16 MM DE CABO EM POLIETILENO, ATOXICO, RESISTENTE A TRACAO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM UMA DAS EXTREMIDADES DO ENVELOPE, ESTERILIZADAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. ARMAZENADAS EM CAIXA RESISTENTE E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO.	UNID	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	LABPLAST	Proposta não especifica todas as exigências do edital.	10369460029 Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou SEI 0018215657 pág 03 porém não descreve exigências do edital: 1. Com micro cerdas de monofilamento extremamente fino na espessura mínima de 0,04 mm, 2. Monofilamento de sustentação de aço inoxidável, 3. Comprimento total mínimo de 180 mm, sendo no mínimo 1,8 mm de ponta ativa em formato levemente cônico e 16 mm de cabo em polietileno, 4. Esterilizadas.	Não se aplica	Classificação da empresa condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende todas as exigências do edital: 1. Com micro cerdas de monofilamento extremamente fino na espessura mínima de 0,04 mm, 2. Monofilamento de sustentação de aço inoxidável, 3. Comprimento total mínimo de 180 mm, sendo no mínimo 1,8 mm de ponta ativa em formato levemente cônico e 16 mm de cabo em polietileno. 4. Esterilizadas.
12	917646 - ESPATULA DE AYRE (PACOTE COM 100 PECAS) EM MADEIRA DE COR	PCT	CWBCARE PRODUTOS MEDICO	THEOTO	Edital exige espátula em madeira. Descritivo da	80002369002 Registro ativo, confirmado	Apresentou SEI 0018215640 pág. 04 descrevendo que item é de madeira de	Não se aplica	Empresa descreveu na proposta que item é de material plástico,

	NATURAL, LISAS, SUPERFICIES E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORMES EM SUA EXTENSAO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, LOTE, RESPONSAVEL TECNICO, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.		HOSPITALARES LTDA		proposta refere material plástico, porém no Portal ANVISA. indica descrição: modelo/versão: madeira.	reflorestamento.		porém no prospecto descreve fabricação em madeira de reflorestamento. Classificação da empresa condicionada a empresa confirmar que o item ofertado será em madeira.	
16	25196 - ESTOJO PORTA LAMINA DE PREVENTIVO SEM LÂMINA, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, COM TAMPA ROSQUEÁVEL, COM DIVISÓRIAS INTERNAS E CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 3 (TRÊS) LÂMINAS DE VIDRO	Unidade	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	FIRSTLAB	De acordo	Isento	Apresentou SEI 0018215648 pág. 02	Não se aplica	Proposta atendeu as exigências do edital, classificada.
39	920385 - TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA, FAIXA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA: 34,0°C A 42,2°C; PRECISÃO: ±0,3°C (DENTRO DA FAIXA DE MEDIÇÃO); UTILIZA BATERIA/PILHA DE LÍTIO, REGISTRO NA ANVISA	UNID	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	BIOLAND/BIOLAND	De acordo	10410139003, Registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou SEI 0018215631 pág. 6	Não se aplica	Proposta atendeu as exigências do edital, classificada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 04/09/2023, às 08:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018242246** e o código CRC **50274162**.

Rua Doutor João Colín, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.183452-7

0018242246v3