



MEMORANDO SEI Nº 26209188/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 23 de julho de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 217/2025.

Objeto: Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.

Em atenção aos Memorandos 26205891 e 26206753, segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unidade	Fornecedor	Marca Registrada	Descrição de acordo com o Edital	Laudo/Comodato	8.10.1 Registro ANVISA	8.10.2 Prospecto	Parecer
6	45938 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS GRANDES ESCOVA DESENVOLVIDA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS GRANDES QUE EXIGEM LIMPEZA SUAVE, MEDINDO 22 CM (± 2 CM), COM CERDAS FLEXÍVEIS EM NYLON 78 X 17 X 20 MM.	Unidade	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	PCA	A proposta apresenta descritivo resumido.	---	Isento.	Apresentou.	O edital exige as medidas da escova de: 22 cm (± 2 cm), com cerdas flexíveis em nylon 78 x 17 x 20 mm. Na ficha técnica, as

									medidas indicadas são 50cm x 7mm, porém consta a informação: <i>Fabricamos em tamanhos personalizados conforme a necessidade do cliente.</i>
									Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende as medidas exigidas no edital.
24	22156 - INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, INDICADO PARA USO INTERNO NOS PACOTES DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. EFETIVO ENTRE	Unidade	CM HOSPITALAR S.A.	2I /2I	A proposta apresenta descritivo resumido .	---	Isento.	Apresentou.	O edital exige que o item seja acondicionado em pacotes com no máximo 50 unidades. A proposta indica caixa com 250 unidades e a ficha técnica indica caixa

121°C E 134°C, OS VALORES DECLARADOS DEVEM SER SUPERIORES A 16,5 MINUTOS A 121°C E 1,2 MINUTOS A 134°C, COM TIRA INDICADORA QUÍMICA COM OU SEM ADESIVO. A LEITURA PODERÁ SER FEITA A PARTIR DA MODIFICAÇÃO VISUAL, TIPICAMENTE DE UMA COR A PARA UMA COR B DISTINTA, OU RESPOSTA GRADUAL, COMO OS INTEGRADORES QUÍMICOS DE MOVIMENTO FRONTAL NOS QUAIS SE OBSERVA UMA MUDANÇA PROGRESSIVA NO SENTIDO DE UMA ZONA DE ACEITAÇÃO APÓS EXPOSIÇÃO A TODAS AS VARIÁVEIS CRÍTICAS DO PROCESSO. DEVERÁ ATENDER A NBR/ISO 11.140-1. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. ACONDICIONAR EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO VALIDADE. ACONDICIONADO EM PACOTES COM							com 25 ou 250 unidades. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme: 1 - Que o item será fornecido em pacotes com no máximo 50 unidades.
---	--	--	--	--	--	--	---

NO MÁXIMO 50 UNIDADES.								
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Elenise Sobral Bonfim, Servidor(a) Público(a)**, em 23/07/2025, às 09:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26209188** e o código CRC **A81E0940**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

25.0.067136-9

26209188v6