

MEMORANDO SEI Nº 27404442/2025 - HMSJ.SUP.CPA

Joinville, 05 de novembro de 2025.

Ao

SAP.LCT

Assunto: Resposta da Análise Técnica - Pregão Eletrônico 447/2025

Objeto: Aquisição de itens de enfermagem para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.

Prezados(as) Senhores(as),

Venho por meio deste, trazer o parecer referente ao Processo Licitatório SEI nº 25.0.209899-2, conforme tabela abaixo:

Item	Tratamento	Material/Serviço	Fornecedor	Proposta	Registro Anvisa	Prospecto / Ficha Técnica	Parecer	
7	Normal	25698 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM TAMPAS SOBRESSALENTE POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK FEMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS E TAMPAS SOBRESSALENTE (4 NO TOTAL), TUBO FLEXIVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE NO MINIMO 6 CM DE COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM CONECTOR LUER-LOCK MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICACAO, LOTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Cota Principal	MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA	De Acordo. Pág.1 do documento nº27390259	Apresentou nas págs.3 à 7 do documento SEI nº27390259	Apresento u nas págs. 7 à 9 do documento SEI nº27390259	O Conector Luer Slip apresentado pela marca não atende às exigências do edital, pois não apresenta a conexão compatível com os padrões especificados (2 conexões Luer Lock Femea e 1 conexão Luer Lock Macho).	REPROVADO
8	Exclusivo	25698 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM TAMPAS SOBRESSALENTE POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK FEMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS E TAMPAS SOBRESSALENTE (4 NO TOTAL), TUBO FLEXIVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE NO MINIMO 6 CM DE COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM CONECTOR LUER-LOCK MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALADO	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	De Acordo. Apresentou na pág. 1 do documento nº27390271	Apresentou nas págs. 1,2 e 7 do documento SEI nº27390271	Apresento u nas págs. 2 e 3 do documento SEI nº27390271	O Conector Luer Slip apresentado pela marca não atende às exigências do edital, pois não apresenta a conexão compatível com os padrões especificados (2 conexões Luer Lock Femea e 1 conexão Luer Lock Macho).	

INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICACAO, LOTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Cota Reservada até 25%

nº2739027

1

REPROVADO

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Beatriz Soares, Servidor(a) Público(a)**, em 05/11/2025, às 13:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27404442** e o código CRC **212B2842**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.209899-2

27404442v5