



MEMORANDO SEI Nº 0025061571/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 03 de abril de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 075/2025.
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem - fios cirúrgicos.

Em atenção ao documento SEI nº 0025039486, seguem as análises solicitadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Amostras?	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/ Print de Tela	Parecer
37	14840 - FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA EM POLIGLECAPRONE 4-0 FIO CIRÚRGICO PRA SUTURA EM POLIGLECAPRONE 4-0, DE ORIGEM	Unidade	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	BIOLINE PGCL40CT19IES3	-----	Apresentou descrição resumida do item.	10426020015, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	Para continuidade da análise foi solicitado que a empresa apresentasse prospecto específico referente ao modelo ofertado: PGCL40CT19IES3.

	SINTÉTICA, MONOFILAMENTO, INCOLOR, ABSORVÍVEL, MEDINDO ENTRE 70 A 75 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3,8 DE CÍRCULO, PONTA TRIANGULAR, CORTANTE, MEDINDO 1,9 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CONFORME NBR 14990 E SUAS ATUALIZAÇÕES.								Após diligência realizada, a empresa apresentou o documento solicitado. Proposta de acordo com o edital, classificada.
76	43909 - FIO CIRÚRGICO DE NYLON 3-0 COM AGULHA RETA 6.0 CM FIO CIRÚRGICO EM NYLON, SINTÉTICO 3-0, NÃO ABSORVÍVEL, MONOFILAMENTAR, ATÓXICO. COMPRIMENTO DE 75 CM. COM AGULHA ATRAUMÁTICA, TRIANGULAR CORTANTE, INVERTIDA, RETA, COM 6.0 CM EM AÇO SILICONIZADO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE	Unidade	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	BIOLINE NL30RT60S3	-----	Apresentou descrição resumida do item.	10426020004, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Para continuidade da análise foi solicitado que a empresa apresentasse prospecto específico referente ao modelo ofertado: NL30RT60S3. Após diligência realizada, a empresa apresentou o documento solicitado. Proposta de acordo com o edital, classificada.

	EM ENVELOPE ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.								
77	18368 - FIO DE SEDA 3.0 COM AGULHA 3,0 CM FIO PARA SUTURA DE SEDA ESPESSURA N° 3.0, 45 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 3/8 CIRCULAR, PONTA TRIANGULAR DE 3,0 CM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO EM SACHÊ TIPO ENVELOPE, ABERTURA FÁCIL E ASSÉPTICA.	Envelope	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX	-----	De acordo	80495519046- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Prospecto não deixa claro as características do item e qual é o modelo ofertado.	Para continuidade da análise foi solicitado que a empresa informasse qual modelo ofertado, confirmasse o número do registro Anvisa e apresentasse prospecto com a descrição exata do modelo ofertado. Após diligência realizada, a empresa apresentou proposta atualizada, porém, não consta na proposta o modelo ofertado e também, não apresentou prospecto com a descrição exata do modelo ofertado. Considerando que a empresa não atendeu a solicitação, a proposta está reprovada.
78	18367 - FIO DE SEDA 3.0 COM AGULHA 2,0 CM FIO PARA SUTURA DE SEDA ESPESSURA N° 3.0, 45 CM DE COMPRIMENTO,	Envelope	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX	-----	De acordo	80495519046- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Prospecto não deixa claro as características do item e qual é o modelo ofertado.	Para continuidade da análise foi solicitado que a empresa informasse qual modelo ofertado, confirmasse o número

AGULHA 1/2, CIRCULAR, PONTA TRIANGULAR DE 2,0 CM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO EM SACHÊ TIPO ENVELOPE, ABERTURA FÁCIL E ASSÉPTICA.								do registro Anvisa e apresentasse prospecto com a descrição exata do modelo ofertado. Após diligência realizada, a empresa apresentou proposta atualizada, porém, não consta na proposta o modelo ofertado e também, não apresentou prospecto com a descrição exata do modelo ofertado. Considerando que a empresa não atendeu a solicitação, a proposta está reprovada.
---	--	--	--	--	--	--	--	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 03/04/2025, às 16:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0025061571** e o código CRC **2AF45603**.

