



MEMORANDO SEI Nº 25753983/2025 - SES.UFL.LAB

Joinville, 10 de junho de 2025.

À**SAP.LCT** - Luciana Klitzke**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 220/2025.**Objeto:** Aquisição de agulhas, corantes, materiais e reagentes para exames de grande demanda para o Laboratório Municipal e Laboratório do Hospital Municipal São José de

Joinville

Prezada Senhora,

Em atenção ao MEMORANDO SEI Nº 25748786 - SAP.LCT, temos o que segue:

a) Quanto as diligências realizadas:

Item 16 - a empresa apresentou a ficha técnica do adaptador conforme solicitado SEI 25745395, na qual observa-se uma embalagem com 100 unidades de adaptadores simples, sem mecanismo de descarte, no qual entende-se que será fornecido um adaptador para cada agulha. RMS 80155470343 - confirmado no Portal da Anvisa.

No entanto, observa-se que os adaptadores não possuem dispositivo de segurança. Sendo assim, uma vez que as agulhas ofertadas também não possuem dispositivo de segurança (SEI 25638519 - págs. 3 à 5) a proposta está em desacordo com o Edital, o qual solicita que o dispositivo de segurança esteja localizado na agulha ou no adaptador.

Proposta desclassificada

Item 17 - a empresa apresentou a ficha técnica do adaptador conforme solicitado SEI 25745400, na qual observa-se uma embalagem com 100 unidades de adaptadores simples, sem mecanismo de descarte, no qual entende-se que será fornecido um adaptador para cada agulha. RMS 80155470343 - confirmado no Portal da Anvisa.

No entanto, observa-se que os adaptadores não possuem dispositivo de segurança. Sendo assim, uma vez que as agulhas ofertadas também não possuem dispositivo de segurança (SEI 25638519 - págs. 3 à 5) a proposta está em desacordo com o Edital, o qual solicita que o dispositivo de segurança esteja localizado na agulha ou no adaptador.

Proposta desclassificada

Item 18 - embora a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA tenha manifestado-se, via chat, informando que o adaptador não é automático e sim, simples, questionamos ainda:

- Será fornecido um adaptador simples para cada escalpe? Possuem mecanismo de segurança?

Para confirmação das informações, solicitamos também envio da ficha técnica dos adaptadores.

b) análise das Propostas Comerciais apresentadas pelas empresas arrematantes do Pregão Eletrônico 220/2025, conforme tabela abaixo:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Descritivo (a)	Registro ANVISA 8.10.1	Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2	Parecer	Amostra
8	20912 - Garrote em tiras, livre de látex, não talcado e de uso único. Com tiras com largura mínima de 2,5 cm e comprimento entre 36 e 50 cm. Apresentação em rolo.	BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA	CRAL PLAST	ATENDE	10379860116 - Confirmado no Portal da Anvisa	Sim, pág. 3 SEI 25745358	Proposta Classificada	5 (cinco) unidades.
13	9073 - TESTE ORAL DE TOLERÂNCIA A GLICOSE OU CURVA GLICÊMICA Solução padronizada de glicose ultra pura estabilizada, sabor limão. Frascos de 300 ml contendo exatos 75g de glicose.	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	RENYLAB	ATENDE	80002670077 - Confirmado no Portal da Anvisa	Sim, págs. 2 e 3 SEI 25745369	Proposta Classificada	Não necessário, item já validado para uso na rotina dos laboratórios, Parecer técnico SEI 25755662.

15	917631 - VDRL PRONTO PARA USO TIPO RPR. Kit para teste de VDRL, tipo RPR (Rapid Plasmatic Reagin). Suspensão antigênica estabilizada para realizar prova de VDRL modificada (RPR) para detecção de sífilis, tendo a suspensão aquosa de antígeno minimamente cardiolipina e lecitina. Antígeno pronto para uso. Com controles positivo e negativo. Para utilização com amostras biológicas não inativadas e inativadas. Kit para até 250 determinações (testes).	RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTIC A LTDA	RENYLAB	Não atende - Segundo a bula do teste, pág. da proposta comercial SEI 25745383, <i>"Quando a suspensão antigênica do VDRL é misturada com o soro ou plasma que contenham anticorpos (reaginas), as partículas de antígeno floculam e o resultado da reação é observado ao microscópio"</i> . No entanto, no VDRL tipo RPR (Rapid Plasm Reagin) a leitura final da prova é a olho nu, dispensando-se o uso do microscópio.	80002670128 - Confirmado no Portal da Anvisa	Sim, porém não atende ao descritivo do Edital.	Proposta Reprovada	-----
----	--	--	---------	---	--	--	--------------------	-------

c) análise dos documentos de habilitação:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	9.6 -m Alvará Sanitário Estadual ou Municipa	9.6 - n AFE	Parecer
10	25398 - SWAB PARA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS COM MEIO STUART OU	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Sim, válido até 30/01/2026, pág. 206 SEI 25745412	AFE de Correlatos ativa, confirmado no Portal da Anvisa	Habilitada

AMIES ESTÉRIL, HASTE PLÁSTICA INDIVIDUAL. SWAB COM 150MM DE COMPRIMENTO E PONTA DE RAYON.				
--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenador(a)**, em 10/06/2025, às 16:51, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Marlos Vanni Borba, Coordenador(a)**, em 10/06/2025, às 17:00, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25753983** e o código CRC **68200037**.

Rua Itajaí, 268 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br