

MEMORANDO SEI Nº 0020592259/2024 - HMSJ.DNIR.ALA

Joinville, 19 de março de 2024.

À

SAP.LCT - Luciana Klitzke

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 075/2024.

**Objeto:** Aquisição de corantes, materiais e reagentes para exames de grande demanda.

Prezada Senhora,

Em atenção ao MEMORANDO SEI Nº 0020591031 - SAP.LCT, encaminhamos análise técnica dos Documentos de Habilitação e Propostas Comerciais apresentadas pelas empresas arrematantes do Pregão Eletrônico 075/2024.

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Descritivo (a)	Registro ANVISA 8.10.1	Prospecto/Ficha técnica/Imagem do site 8.10.2	Parecer	Amostra
3	9074 - CORANTE GIEMSA Corante de Giemsa p/ coloração diferencial em hematologia. Apresentação frasco com 1000 ml.	New Med Importadora e Distribuidora De Materiais Médicos Ltda	Renylab	SIM	80002670086 - Confirmado no porta da Anvisa	SIM	APROVADA	SIM Mínimo de 200 (duzentos) ml. As amostras devem ser entregues em embalagem original e lacrada, da mesma marca do produto ofertado na embalagem de 1.000 ml.
10	25398 - SWAB PARA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS COM MEIO STUART OU AMIES ESTÉRIL, HASTE PLÁSTICA INDIVIDUAL. SWAB COM 150MM DE COMPRIMENTO E PONTA DE RAYON.	Medical Life Comércio Ltda	MEDIX	SIM	80495510171 - Confirmado no porta da Anvisa	Não encontrado no documento (0020590973)	REPROVADA	-----
	9073 - TESTE ORAL DE							

14	TOLERÂNCIA A GLICOSE OU CURVA GLICÊMICA Solução padronizada de glicose ultra pura estabilizada, sabor limão. Frascos de 300 ml contendo exatos 75g de glicose.	New Med Importadora e Distribuidora De Materiais Médicos Ltda	Renylab	SIM	80002670077 - Confirmado no portal da Anvisa	SIM	APROVADA	<b>Não necessário</b>  Produto já possui validação pelo Laboratório Municipal, conforme Parecer Técnico 0020601538
16	917631 - VDRL PRONTO PARA USO TIPO RPR. Kit para teste de VDRL, tipo RPR (Rapid Plasmatic Reagin). Suspensão antigênica estabilizada para realizar prova de VDRL modificada (RPR) para detecção de sífilis, tendo a suspensão aquosa de antígeno minimamente cardioplipina e lecitina. Antígeno pronto para uso. Com controles positivo e negativo. Para utilização com amostras biológicas não inativadas e inativadas. Kit para até 250 determinações (testes).	New Med Importadora e Distribuidora De Materiais Médicos Ltda	Renylab	SIM	O RMS informado 80002670083 não corresponde ao teste VDRL tipo RPR e sim ao VDRL modificado (USR) - item 15.	A bula enviada não corresponde ao teste VDRL tipo RPR e sim ao VDRL modificado (USR) - item 15.	REPROVADA	-----

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenador(a)**, em 20/03/2024, às 08:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Cibely Schipitoski, Coordenador(a)**, em 20/03/2024, às 09:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020592259** e o código CRC **D8000493**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro an - CEP 89202-000 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)



