

**MEMORANDO SEI N° 0020005687/2024 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 02 de fevereiro de 2024.

À

**SAP.LCT**

**Assunto: Análise de amostras**

Pregão Eletrônico 327/2023 - Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de insumos da linha têxtil para atendimento aos pacientes no Hospital São José de Joinville e Unidades de Saúde da Rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville

Informações que as amostras do item 45 encaminhada pela empresa Ortom Indústria Textil Ltda foi recebida e analisada nesta Secretaria da Saúde. Conforme exposto no parecer SEI nº 0020005563, a amostra possui trama aberta, prejudicando a contenção de sangramentos e não mantém os curativos ocluídos. O fato da trama ser aberta não inibe a entrada de sujidade, trazendo riscos de contaminação ao paciente. **Amostra reprovada.**

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 02/02/2024, às 15:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020005687** e o código CRC **5EA4AEF2**.



ANÁLISE SEI Nº 0020005563/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 02 de fevereiro de 2024.

**ANÁLISE DE AMOSTRA**

PREGÃO ELETRÔNICO: **327/2023**

ITEM 45- COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PACOTE COM 5 UNIDADES

DESCRIÇÃO	912973 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PACOTE COM 5 UNIDADES COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO MEDINDO NO MINIMO 25X28CM PRE-ENCOLHIDO, CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO QUADRUPLO SOBREPOSTO TIPO TELA, FIXADAS ENTRE SI, DE FORMA A EVITAR DESLIZAMENTO DAS CAMADAS, COM NO MINIMO 20 GRAMAS POR UNIDADE E FILAMENTO RADIOPACO. POSSUIR COSTURAS PARA EVITAR DESFIAMENTO DAS LATERAIS E DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM FORMA DE CADARCO DUPLO FORMANDO UMA ALCA. A COMPRESSA DEVE SER ISENTA DE SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTES OPTICOS, MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, RASGOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS EM PACOTES DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME TERMOPLASTICO CONTENDO 5 UNIDADES. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICACOES DA NBR14.767. Cota principal
FORNECEDOR	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA
MARCA	ORTOFEN
REGISTRO ANVISA	80205290009
LOTE	231537
QUANTIDADE	

RECEBIDA  
PARA  
ANÁLISE

4 pacotes

## AVALIAÇÃO TÉCNICA

### EMBALAGEM

Apontamentos:

Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

### ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

( ) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

### FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: A amostra possui trama aberta, prejudicando a contenção de sangramentos e não mantém os curativos ocluídos. O fato da trama ser aberta não inibe a entrada de sujidade, trazendo riscos de contaminação ao paciente. **Amostra reprovada.**

( ) Adequada  inadequada ( ) Não se aplica

**CONCLUSÃO: REPROVADO**



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 02/02/2024, às 15:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020005563** e o código CRC **F8C06C5C**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.176853-2

0020005563v5