

**MEMORANDO SEI Nº 0020727553/2024 - SES.UFL.LAB**

Joinville, 01 de abril de 2024.

**À SAP - LCT**

Sra. Pregoeira Luciana Klitzke

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **542/2023**

**Objeto:** Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Aglhas/Tubos/Coletores de resíduos), para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José.

Prezada Senhora,

Em atenção a Informação SEI nº 0020539876, referente a convocação do item 16, informamos que a amostra foi recebida e testada pela equipe técnica do Laboratório Municipal.

Sendo assim, segue o Parecer Técnico:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Parecer Técnico
16	18798 - COLETOR PARA RESÍDUO INFECTANTE PERFURO CORT ANTE RÍGIDO 13 L CONFECCIONADO EM PLASTICO RÍGIDO, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A PERFURAÇÕES. CONSTITUÍDO POR: COLETOR PROPRIAMENTE DITO, TAMP A, BOCAL COM SOBRET AMPA. 13 L. COR AMARELA, IDENTIFICAÇÃO COM SÍMBOLO DE INFECTANTE.	ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	VACUPLAST	<b>APROVADA</b> Parecer técnico 0020727588

Atenciosamente,



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020727553** e o código CRC **B35331F7**.

---

Rua Itajaí, 268 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

23.0.255210-0

0020727553v4

**Parecer Técnico Nº 16/2024**

**Material:** Descartador de Perfurocortantes

**Quantidade Enviada:** 01 unidades

**Marca:** Vaccuplast

**Lote:** 01042023

**Validade:** Indeterminada


**Setor Avaliador:** Coleta e Controle de Qualidade **Período da Avaliação:** Março/2024

**DESCRIPTIVO DO EDITAL:**

COLETOR PARA RESÍDUO INFECTANTE PERFURO CORTANTE RÍGIDO 13 L CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A PERFURAÇÕES. CONSTITUÍDO POR: COLETOR PROPRIAMENTE DITO, TAMPA, BOCAL COM SOBRETAMPA. 13 L. COR AMARELA, IDENTIFICAÇÃO COM SÍMBOLO DE INFECTANTE.

1. As características físicas do recipiente estão de acordo com o padrão?  SIM ( ) NÃO
2. A tampa veda bem?  SIM ( ) NÃO
3. Tamanho da boca do recipiente facilita o ato de desprezar o material perfurocortante?  
 SIM ( ) NÃO
4. Recipiente tem marca para orientar o volume máximo de preenchimento?  
 SIM ( ) NÃO
5. Boa visualização do material?  SIM ( ) NÃO ( ) Não se aplica
6. É de material resistente?  SIM ( ) NÃO
7. Boa segurança no manuseio?  SIM ( ) NÃO
8. Contem alça para transporte? ( ) SIM ( ) NÃO
9. Contem o símbolo de material infectante?  SIM ( ) NÃO
10. Após o travamento da tampa de segurança, esta se mantém travada?  
 SIM ( ) NÃO

**Avaliação:**  **Aprovado**  
( ) **Reprovado**

  
Michelle Regine Anversi Cordeiro  
Técnico em Análises Clínicas – CRF 0178AU  
Matrícula 44.143  
Carolina Simone de Souza de Oliveira  
Responsável Técnica - CRF/SC 8600  
Coordenação  
LABORATÓRIO MUNICIPAL DE JOINVILLE  
CAROLINA SIMONE DE SOUZA DE OLIVEIRA  
Responsável Técnico – CRF 8600  
Matrícula 40.412