



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI N° 0010466979/2021 - SES.UAF.ACM

Joinville, 16 de setembro de 2021.

À SAP.UPR

Encaminhamos as informações do parecer da amostra analisada para o item 26:

ITEM	Material/Serviço	EMPRESA	MARCA	8.9.1- REGISTRO ANVISA	ANÁLISE
9	ATADURA DE CREPOM TAMANHO 10 CM	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	NEVE	81855830002	APROVADO CONFORME PARECER 0010467056

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador (a)**, em 16/09/2021, às 11:21, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010466979** e o código CRC **C9CB1FA7**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

21.0.130980-1

0010466979v3



ANÁLISE SEI Nº 0010467056/2021 - SES.UAF.ACM

Joinville, 16 de setembro de 2021.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 164/2021

ITEM 9- ATADURA DE CREPOM TAMANHO 10 CM

DESCRIÇÃO	916909 - ATADURA DE CREPOM TAMANHO 10 CM 13 FIOS/CM², FIOS DUPLOS, MINIMO DE 80% ALGODAO, COR NATURAL, MEDINDO 10 CM DE LARGURA POR 1,80 M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, ALTA TORCAO, BOA ELASTICIDADE, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, SEM DESFIAMENTO, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS C/ PESO MINIMO 21,60 GR POR UNIDADE, EMBALAGEM UNITARIA, ACONDICIONADOS EM RECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ATENDER NA INTEGRA NBR 14056 E PORTARIA 106/203 INMETRO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.
FORNECEDOR	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI
MARCA	NEVE
REGISTRO ANVISA	81855830002
LOTE	2103000050
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	12 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: medidas e peso atendem as exigências do edital. Produto possui boa elasticidade, sem desfiamento

Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Boa elasticidade, ataduras uniformes, atendem as necessidades assistenciais da Administração.

Adequada () inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: APROVADO



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador (a)**, em 16/09/2021, às 11:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010467056** e o código CRC **48359074**.

